



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 сентября 2024 года № РЗН 2024/23702

На медицинское изделие

Генератор кислорода Oxyplus ModulO2 компактный

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Закрытое акционерное общество "Комплексйр"

(ЗАО "Комплексйр"), Россия,

664002, г. Иркутск, ул. Крымская, д. 31, офис 12

Производитель

"Новэйр САС", Франция,

Novair SAS, 139 Rue de la Belle Etoile 95700 Roissy-en-France, France

Место производства медицинского изделия

Novair SAS, Rue de la belle etoile, 95700, Roissy, France

Номер регистрационного досье № РД-63450/50997 от 01.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.21.129**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 сентября 2024 года № 5537
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0079315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 сентября 2024 года № РЗН 2024/23702

Лист 1

На медицинское изделие

Генератор кислорода Oxyplus ModulO2 компактный, в вариантах исполнения:

I. Генератор кислорода Modul O2 - 10TX, в составе:

1. Генератор кислорода Modul O2 - 10TX - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Встроенный задний выпускной патрубок - 1 шт. (при необходимости).
4. Руководство по эксплуатации - не более 2 шт.

II. Генератор кислорода Modul O2 - 20TX, в составе:

1. Генератор кислорода Modul O2 - 20TX - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Встроенный задний выпускной патрубок - 1 шт. (при необходимости).
4. Руководство по эксплуатации - не более 2 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0147809