®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 1-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-100:

1. смесь сухих солей – 2уп. по, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,631

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	61,25	17,50	3832,50	105,00

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	32	3

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 1-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,316

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	61,25	17,50	3832,50	105,00

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	32	3

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 1-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,131
	кальций хлористый 2-водный	0,225
	магний хлористый 6-водный	0,089
2. уксусная кислота, кг		0,158

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	61,25	17,50	3832,50	105,00

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-1-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,75	0,5	109,5	32	3

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 110-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-100:

1. смесь сухих солей – 2 уп. по, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,386
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,631

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	52,5	17,50	3815,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,5	0,5	109,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 110-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,386
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,316

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	52,5	17,50	3815,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,5	0,5	109,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 110-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,131
	кальций хлористый 2-водный	0,193
	магний хлористый 6-водный	0,089
2. уксусная кислота, кг		0,158

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	70,00	52,5	17,50	3815,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-110-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	2,0	1,5	0,5	109,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 103-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-100:

1. смесь сухих солей – 2 уп. по, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,457
	кальций хлористый 2-водный	0,322
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,631

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	122,5	43,75	17,5	3850,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	3,5	1,25	0,5	110,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 103-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,457
	кальций хлористый 2-водный	0,322
	магний хлористый 6-водный	0,178
2. уксусная кислота, кг		0,316

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать смесь сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	122,5	43,75	17,5	3850,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	3,5	1,25	0,5	110,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 103-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,228
	кальций хлористый 2-водный	0,161
	магний хлористый 6-водный	0,089
2. уксусная кислота, кг		0,158

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
3605,0	122,5	43,75	17,5	3850,0	105,0

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-103-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
138,0	3,5	1,25	0,5	110,0	32,0	3,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 2-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и 2 канистры с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-100:

1. смесь сухих солей – 2 уп. по, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота – 2 кан. по, кг		0,553

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из 2 канистр в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	64,5	18,5	3001,75	184,25

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-	HCO_3^-
140,0	2,0	1,75	0,5	107,5	5,0	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 2-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота, кг		0,553

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	64,5	18,5	3001,75	184,25

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-	HCO_3^-
140,0	2,0	1,75	0,5	107,5	5,0	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 2-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,138
	кальций хлористый 2-водный	0,238
	магний хлористый 6-водный	0,094
2. уксусная кислота, кг		0,277

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	64,5	18,5	3001,75	184,25

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-2-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-	HCO_3^-
140,0	2,0	1,75	0,5	107,5	5,0	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 227-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-100:

1. смесь сухих солей – 2уп. по, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,550
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота, кг		0,885

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	147,3	64,5	18,5	3075,8	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	4,0	1,75	0,5	109,5	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 227-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,550
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота, кг		0,443

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	147,3	64,5	18,5	3075,8	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	4,0	1,75	0,5	109,5	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 227-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,238
	магний хлористый 6-водный	0,094
2. уксусная кислота, кг		0,221

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	147,3	64,5	18,5	3075,8	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-227-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	4,0	1,75	0,5	109,5	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 222-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-100:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,406
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота, кг		0,885

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	55,3	18,5	2984,0	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	2,0	1,5	0,5	107,0	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 222-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-50:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,406
	магний хлористый 6-водный	0,188
2. уксусная кислота, кг		0,443

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	55,3	18,5	2984,0	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	2,0	1,5	0,5	107,0	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А- 222-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и канистра с уксусной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-25:

1. смесь сухих солей, кг	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,138
	кальций хлористый 2-водный	0,203
	магний хлористый 6-водный	0,094
2. уксусная кислота, кг		0,221

Способ приготовления:

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать упаковку со смесью сухих солей в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Вылить из канистры в бак с концентратом уксусную кислоту, перемешать.
5. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
6. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^-
2762,5	73,75	55,3	18,5	2984,0	147,3

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «МЕДЕЛЕН» КК-А-222-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3^-	CH_3COO^-
140,0	2,0	1,5	0,5	107,0	35,0	4,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «ЦИТРАТ» КК-Ал- 1-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и упаковка с лимонной кислотой предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Лимонная кислота, кг		0,662

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать 2 упаковки смеси сухих солей и лимонную кислоту в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	31,50

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,9	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «ЦИТРАТ» КК-Ал- 1-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка с лимонной кислотой предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Лимонная кислота, кг		0,331

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать смесь сухих солей и лимонную кислоту в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	31,50

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,9	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «ЦИТРАТ» КК-Ал- 1-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка с лимонной кислотой предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,131
	кальций хлористый 2-водный	0,225
	магний хлористый 6-водный	0,089
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,036
2. Лимонная кислота, кг		0,166

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) и подогретой до 25-30^0 С воды.
2. Высыпать смесь сухих солей и лимонную кислоту в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	31,50

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «ЦИТРАТ» КК-Ал-1-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,9	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля- 1-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, ***расфасовке не подлежит.***

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-100:

1. смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,228
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля- 1-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-50:

1. смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,450
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,114
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля- 1-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-25:

1. смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,131
	кальций хлористый 2-водный	0,225
	магний хлористый 6-водный	0,089
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,036
2. смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,057
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,00	61,25	17,50	3832,50	10,50	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,386
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,228
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,0	52,5	17,5	3815,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,5	0,5	109,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,261
	кальций хлористый 2-водный	0,386
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,114
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,0	52,5	17,5	3815,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,5	0,5	109,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,131
	кальций хлористый 2-водный	0,193
	магний хлористый 6-водный	0,089
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,036
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,057
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	70,0	52,5	17,5	3815,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-110-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	2,0	1,5	0,5	109,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,457
	кальций хлористый 2-водный	0,322
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,228
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	122,5	43,75	17,5	3850,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-100 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	3,5	1,25	0,5	110,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	10,550
	калий хлористый	0,457
	кальций хлористый 2-водный	0,322
	магний хлористый 6-водный	0,178
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,072
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,114
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	122,5	43,75	17,5	3850,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-50 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	3,5	1,25	0,5	110,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	5,275
	калий хлористый	0,228
	кальций хлористый 2-водный	0,161
	магний хлористый 6-водный	0,089
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,036
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,057
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
3615,5	122,5	43,75	17,5	3850,0	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ !

Раствор подлежит разбавлению в гемодиализном аппарате в пропорции 1/35.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-103-25 в пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
138,3	3,5	1,25	0,5	110,0	0,3	0,31	0,88	32,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей, упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,727
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	64,5	18,5	3001,8	18,4	34,6	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,75	0,5	107,5	0,5	0,94	0,84	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей, упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,364
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	64,5	18,5	3001,8	18,4	34,6	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,75	0,5	107,5	0,5	0,94	0,84	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей, упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,138
	кальций хлористый 2-водный	0,238
	магний хлористый 6-водный	0,094
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,063
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,182
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	64,5	18,5	3001,8	18,4	34,6	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-2-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,75	0,5	107,5	0,5	0,94	0,84	34,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,406
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,471
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	55,3	18,5	2984,0	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,5	0,5	107,0	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,406
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,236
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	55,3	18,5	2984,0	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,5	0,5	107,0	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесью сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,138
	кальций хлористый 2-водный	0,203
	магний хлористый 6-водный	0,094
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,063
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,118
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	73,75	55,3	18,5	2984,0	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-222-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	2,0	1,5	0,5	107,0	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-100.

ВНИМАНИЕ! 2 упаковки со смесь сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 100 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-100:

1. Смесь сухих солей – 2 уп. по, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,550
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,471
	янтарная кислота	0,363

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 70 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать 2 упаковки со смесью сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 100 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-100, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	147,3	64,50	18,5	3075,8	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-100 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	4,0	1,75	0,5	109,5	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-50.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесь сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 50 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-50:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	8,080
	калий хлористый	0,550
	кальций хлористый 2-водный	0,475
	магний хлористый 6-водный	0,188
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,126
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,236
	янтарная кислота	0,183

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 35 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 50 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2**.

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-50, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	147,3	64,50	18,5	3075,8	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-50 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	4,0	1,75	0,5	109,5	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

®

Инструкция по применению смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка»

ССС «КРЕБСПАК» Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-25.

ВНИМАНИЕ! упаковка со смесь сухих солей и упаковка со смесью кислот предназначены для приготовления 25 литров концентрированного раствора, *расфасовке не подлежит.*

Состав кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-25:

1. Смесь сухих солей, кг:	натрий хлористый	4,040
	калий хлористый	0,275
	кальций хлористый 2-водный	0,238
	магний хлористый 6-водный	0,094
	натрий уксуснокислый 3-водный	0,063
2. Смесь кислот, кг:	лимонная кислота	0,118
	янтарная кислота	0,091

Способ приготовления

1. Заполнить емкость, используемую для приготовления гемодиализирующих растворов , 18 литрами очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) воды.

ВНИМАНИЕ! **Для обеспечения полного растворения лимонной и янтарной кислот, температура очищенной воды должна быть не ниже 30^0 С воды.**

2. Высыпать смесь сухих солей и смесь кислот в бак с подготовленной водой (по п. 1 настоящей инструкции).
3. Перемешать содержимое бака ***до полного растворения*** солей.
4. Довести объем раствора в баке очищенной (ГОСТ Р 52556-2006) водой до 25 литров, снова перемешать и дать отстояться.
5. Отфильтровать перед употреблением готовый концентрированный гемодиализирующий раствор через пористый микрофильтр с размером пор 50 -100 мкм.

Приготовленный концентрированный раствор использовать **только с бикарбонатным компонентом ВК-В-2.**

Ионный состав концентрированного кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-25, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион
2780,9	147,3	64,50	18,5	3075,8	18,4	22,45	30,8

ВНИМАНИЕ !

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения гемодиализным аппаратом кислотного компонента «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-227-25 в пропорции 1/36,8, бикарбонатного ВК-В-2 в пропорции 1/20,12, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	CH_3COO^- (от уксуснокислого натрия)	Цитрат ион	Сукцинат ион	HCO^-_3
140,5	4,0	1,75	0,5	109,5	0,5	0,61	0,84	35,0

Примечание

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие смеси сухих солей для приготовления концентрированных гемодиализирующих растворов для аппаратов «искусственная почка» требованиям ТУ 9398-008-50861859-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина , 13
Тел./факс (812) 380-8828, 325-19-44

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В документе прошито и пронумеровано
39 (тридцать девять) листов

Ген. директор _____
Д.Б. Сапожников

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU