

Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор калибраторов VITROS TТГ3 (VITROS TSH3 Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции



684 4467

Набор калибраторов VITROS ТТГ3 (VITROS TSH3 Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции, в составе: 1. Калибратор 1 - 1 флакон, 1,09 мл. 2. Калибратор 2 - 1 флакон, 1,09 мл. 3. Калибратор 3 - 1 флакон, 1,09 мл. 4. Калибровочная карта - 1 шт. 5. Протокол карта - 1 шт. 6. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора.

Назначение: Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при количественном иммунодиагностическом определении тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке (с активатором свертывания) и плазме (с ЭДТА и литий-гепарином).

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер.
Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия__

Набор калибраторов VITROS ТТГ3. Флаконы с калибраторами уровней 1, 2 и 3.



ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 4 лист а

" " " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

