



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

На медицинское изделие

Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная) медицинская "ОРТОРЕНТ ПРМ-01" (статическая)
по ТУ 9451-013-57972160-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Орторент"

(ООО "Орторент"), Россия,

142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 306, эт. 4, подземный 1 эт.,
ком. 215

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Орторент"

(ООО "Орторент"), Россия,

142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 306, эт. 4, подземный 1 эт.,
ком. 215

Место производства медицинского изделия

**ООО "Орторент", Россия, 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева,
д. 306**

Номер регистрационного досье № РД-63937/55521 от 12.08.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 13 ноября 2024 года № 6406

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0079540

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 1

На медицинское изделие

Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная) медицинская "ОРТОРЕНТ ПРМ-01" (статическая)

по ТУ 9451-013-57972160-2016, в составе:

1. Блок подъемный, варианты исполнения:
 - 1.1. Блок подъемный - не более 10 шт.
 - 1.2. Блок подъемный РТР - не более 10 шт.
2. Пульт управления - не более 5 шт.
3. Устройство зарядное - не более 10 шт.
4. Распорка 650 мм - не более 10 шт.
5. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 1000 мм - не более 100 шт.
6. Каретка для блока подъемного - не более 5 шт.
7. Отбойник - не более 200 шт.
8. Заглушка - не более 200 шт.
9. Стойка для крепления рельс, регулируемая от 100 мм до 2000 мм - не более 500 шт.
10. Система опоры тела, вариант исполнения:
 - пояс поддерживающий, исполнении: (S) - не более 100 шт.;
 - пояс поддерживающий, исполнении: (M) - не более 100 шт.;
 - пояс поддерживающий, исполнении: (L) - не более 100 шт.;
11. Набор крепежных изделий (монокит 1 закладная) - не более 500 шт. в составе:
 - Анкер забивной - 4 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Болт DIN 933 M8x25 - 5 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба DIN 125 A M8 - 7 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба-гровер DIN 127 M8 - 5 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Гайка DIN 985 M8 2 шт. (из расчета на 1 закладную)
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Паспорт - 1 шт.
14. Распорка 550 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
15. Распорка 450 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
16. Распорка для лежачих пациентов (горизонтальная) - (при необходимости) не более 10 шт.
17. Распорка V-образная - (при необходимости) не более 10 шт.
18. Распорка X01-образная - (при необходимости) не более 10 шт.
19. Распорка X02-образная - (при необходимости) не более 10 шт.
20. Соединитель к распорке X01-образной, X02-образной - (при необходимости) не более 10 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150831

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 2

21. Распорка "рум-ту-рум" 450 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
22. Распорка "рум-ту-рум" 550 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
23. Распорка "рум-ту-рум" 650 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
24. Комплект "рум-ту-рум" - (при необходимости) не более 50 шт.
25. Распорка "рум-ту-рум" транзит 450 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
26. Распорка "рум-ту-рум" транзит 550 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
27. Распорка "рум-ту-рум" транзит 650 мм - (при необходимости) не более 10 шт.
28. Комплект "рум-ту-рум" транзит - (при необходимости) не более 50 шт.
29. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
30. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
31. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 4000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
32. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 5000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
33. Рельс потолочный прямой (профиль 75мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
34. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 1000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
35. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 50 шт.
36. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 50 шт.
37. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 4000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
38. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 5000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
39. Рельс потолочный прямой с электрическим питанием (профиль 75мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
40. Рельс - траверс (профиль 135мм) 1000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
41. Рельс - траверс (профиль 135мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
42. Рельс - траверс (профиль 135мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
43. Рельс - траверс (профиль 135мм) 4000мм - (при необходимости) не более 100 шт.
44. Рельс - траверс (профиль 135мм) 5000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
45. Рельс - траверс (профиль 135мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150832

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года

№ РЗН 2017/6336

Лист 3

46. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 1000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
47. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
48. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
49. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 4000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
50. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 5000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
51. Рельс - траверс с электрическим питанием (профиль 135мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
52. Рельс настенный (профиль 100мм) 1000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
53. Рельс настенный (профиль 100мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
54. Рельс настенный (профиль 100мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
55. Рельс настенный (профиль 100мм) 4000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
56. Рельс настенный (профиль 100мм) 5000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
57. Рельс настенный (профиль 100мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
58. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 1000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
59. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 2000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
60. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 3000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
61. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 4000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
62. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 5000мм - (при необходимости) не более 100 шт.
63. Рельс настенный с электрическим питанием (профиль 100мм) 6000 мм - (при необходимости) не более 100 шт.
64. Рельс дугообразный 30 градусов (профиль 75 мм) - (при необходимости) не более 100 шт.
65. Рельс дугообразный 45 градусов (профиль 75 мм) - (при необходимости) не более 100 шт.
66. Рельс дугообразный 60 градусов (профиль 75 мм) - (при необходимости) не более 100 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150833

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года

№ РЗН 2017/6336

Лист 4

67. Рельс дугообразный 90 градусов (профиль 75 мм) - (при необходимости) не более 100 шт.
68. Комплект настенного крепления рельс - (при необходимости) не более 20 шт.
69. Держатель настенный - (при необходимости) не более 20 шт.
70. Каретка с электроприводом для блока подъемного с парковочной зарядной станцией - (при необходимости) не более 20 шт.
71. Сцепка блок подъемный - каретка с электроприводом - (при необходимости) не более 20 шт.
72. Каретка продольная для увеличения высоты - (при необходимости) не более 20 шт.
73. Каретка для блока подъемного с зарядным устройством от рельс с электрическим питанием - (при необходимости) не более 20 шт.
74. Каретка для траверс 320мм - (при необходимости) не более 20 шт.
75. Каретка для траверс 320мм с зарядным устройством от рельс с электрическим питанием - (при необходимости) не более 20 шт.
76. Каретка для траверс 500мм - (при необходимости) не более 20 шт.
77. Каретка для траверс 500мм с зарядным устройством от рельс с электрическим питанием - (при необходимости) не более 20 шт.
78. Каретка с электроприводом для блока подъемного - (при необходимости) не более 20 шт.
79. Каретка с электроприводом для блока подъемного модель 001 - (при необходимости) не более 20 шт.
80. Каретка с электроприводом для блока подъемного с зарядным устройством от рельс с электрическим питанием - (при необходимости) не более 20 шт.
81. Каретка настенная - (при необходимости) не более 20 шт.
82. Каретка с электроприводом с электромагнитом - (при необходимости) не более 20 шт.
83. Каретка с электроприводом с передатчиком - (при необходимости) не более 20 шт.
84. Каретка универсальная с электромагнитом - (при необходимости) не более 20 шт.
85. Каретка универсальная с передатчиком - (при необходимости) не более 20 шт.
86. Весы крановые, вариант исполнения:
- весы крановые, модель WH-C 200кг (Изготовитель:Guangzhou WeiHeng Electronics Co.,Ltd, Китай) (при необходимости) - не более 20 шт.
 - весы крановые, модель WH-C 300кг (Изготовитель:Guangzhou WeiHeng Electronics Co.,Ltd, Китай) (при необходимости) - не более 20 шт.
 - весы крановые, модель WH-C 500кг (Изготовитель:Guangzhou WeiHeng Electronics Co.,Ltd, Китай) (при необходимости) - не более 20 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150834



ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 ноября 2024 года

№ РЗН 2017/6336

Лист 5

87. Подвес ножницы - (при необходимости) не более 20 шт.
88. Переходный блок рельс потолочный - рельс траверс - (при необходимости) не более 50 шт.
89. Переходный блок рельс траверс - рельс траверс - (при необходимости) не более 50 шт.
90. Поворотный круг (Механический) - (при необходимости) не более 20 шт.
91. Поворотный круг с электроприводом - (при необходимости) не более 50 шт.
92. Парковочная зарядная станция - (при необходимости) не более 2 шт.
93. Быстросъемные крючки для смены подъемных аксессуаров - (при необходимости) не более 50 шт.
94. Шнур аварийной остановки - (при необходимости) 1 шт.
95. Стул для бассейна - (при необходимости) не более 5 шт.
96. Стул для бассейна «Шасси» - (при необходимости) не более 5 шт.
97. Система опоры тела, вариант исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий, исполнение: (XS) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150835

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 6

- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для купания, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для купания, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- сетка для купания, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150836

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 7

- сетка для купания, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение: (110-116) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение: (122-128) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение: (134-140) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение: (146-152) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение: (110-116) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение: (122-128) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение: (134-140) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение: (146-152) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XXL) - (при необходимости) не более 100 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150837

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 8

не более 100 шт.

- съемный валик (подголовник) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для ампутантов, исполнение: (детская) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для ампутантов, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для ампутантов, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для ампутантов, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - сетка для ампутантов, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - простыни смены положения 2 -х. опорные - (при необходимости) не более 100 шт.
 - простыни смены положения 4 -х. опорные - (при необходимости) не более 100 шт.
 - простыни смены положения 8 -х. опорные - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна детский исполнение:(110-116) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна детский исполнение:(122-128) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна детский исполнение:(134-140) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна детский исполнение:(146-152) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна, исполнение: (S) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна, исполнение: (M) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна, исполнение: (L) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс поддерживающий для бассейна, исполнение: (XL) - (при необходимости) не более 100 шт.
 - пояс нагрудный поддерживающий страховочный (шлейка) - (при необходимости) не более 100 шт.
98. Свободностоящая система рельс -траверс с 4-мя опорами размер 3*3 метра - (при необходимости) не более 10 шт.
99. Свободностоящая система рельс -траверс с 4-мя опорами размер 3*4 метра - (при необходимости) не более 10 шт.
100. Свободностоящая система рельс -траверс с 4-мя опорами размер 4*4 метра - (при необходимости) не более 10 шт.
101. Свободностоящая система рельс -траверс с 4-мя опорами размер 4*3 метра - (при необходимости) не более 10 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150838

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 ноября 2024 года № РЗН 2017/6336

Лист 9

102. Свободностоящая система рельс - траверс с 4-мя опорами размер 4.8*4.8 метра - (при необходимости) не более 10 шт.
103. Набор крепежей для свободностоящей системы - (при необходимости) не более 10 комплектов.
104. Система свободностоящая складная - (при необходимости) не более 10 шт.
105. Система свободностоящая мобильная - (при необходимости) не более 10 шт.
106. Набор крепежей для система свободностоящая складная - (при необходимости) не более 10 комплектов.
107. Устройство для горизонтального подъема пациента с балансирующим устройством - (при необходимости) не более 10 шт.
108. Набор крепежей для горизонтального устройства подъема пациента - (при необходимости) не более 20 комплектов.
109. Набор крепежных изделий (плита 1 закладная) - (при необходимости) не более 300 шт. в составе:
- Анкер болт 4 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Болт DIN 933 M8x25 - 1 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба DIN 125 A M8 - 7 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба-гровер DIN 127 M8 - 5 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Гайка DIN 985 M8 - 2 шт. (из расчета на 1 закладную)
110. Набор крепежных изделий (дерево на 1 закладная) - (при необходимости) не более 300 шт. в составе:
- Саморез с шестигранной головкой DIN 7976 M8x50 - 4 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Болт DIN 933 M8 x25 - 1 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба DIN 125 A M8 - 7 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Шайба-гровер DIN 127 M8 - 5 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - Гайка DIN 985 M8 - 2 шт. (из расчета на 1 закладную)
111. Набор крепежных изделий (гипс 1 закладная) - (при необходимости) не более 300 шт. в составе:
- Анкер-гильза с болтом для гипсокартона - 4 шт. (из расчета на 1 закладную)
 - DIN 6798 Шайба стопорная - 4 шт. (из расчета на 1 закладную)
112. Щит спинальный иммобилизационный YXH-1A6A, производитель: ООО "МЕДПЛАНТ" (Россия), РУ № РЗН 2014/2128 - (при необходимости) не более 20 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0150839