

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ОВМ Логика»

« *Вашенко О.И.* » августа 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


Аппарат медицинский для трансдермального введения лекарственных веществ "Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio", модель FTE1/P-D, с принадлежностями

Состав:

1. Основной блок - 1 шт.
2. Кабель питания электрический – 1 шт.
3. Активный электрод (ручка, при необходимости) – не более 5 шт.
4. Головка с одним вращающимся роллом (при необходимости) – не более 5 шт.
5. Головка с двумя вращающимися роллами (при необходимости) – не более 5 шт.
6. Пассивный электрод из электропроводящей резины (при необходимости) – не более 5 шт.
7. Активный электрод - ручка с 8-контактной головкой (при необходимости) – не более 5 шт.
8. Активный электрод - ручка с 4-контактной головкой (при необходимости) – не более 5 шт.
9. Предохранитель сменный, T1A 250V (при необходимости) - не более 3 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:


- Активный электрод (ручка, при необходимости) – не более 5 шт.
- Головка с одним вращающимся роллом (при необходимости) - не более 5 шт.
- Головка с двумя вращающимися роллами (при необходимости) - не более 5 шт.
- Пассивный электрод из электропроводящей резины (при необходимости) - не более 5 шт.
- Активный электрод - ручка с 8-контактной головкой (при необходимости) - не более 5 шт.
- Активный электрод - ручка с 4-контактной головкой (при необходимости) - не более 5 шт.
- Предохранитель сменный, T1A 250V (при необходимости) - не более 3 шт.




Общий вид медицинского изделия.
На передней панели кнопка аварийной остановки «Emergency stop» красного цвета на ярко-желтом фоне.



Передняя панель. Органы управления и кнопка аварийной остановки «Emergency stop».
Необходимые надписи и символы находятся на передней панели.



**Маркировка медицинского изделия - на задней панели
основного блока**



Ручка-электрод для головки-ролла



Пассивный электрод из электропроводящей резины



**Сменная головка с одним
вращающимся роликом**



**Сменная головка с одним
вращающимся роликом**



Активный электрод – ручка с 4-контактной головкой




Активный электрод – ручка с 8-контактной головкой



Кабель питания электрический



Внешний вид основного блока с кабелем питания и активными электродами - ручки с 4-х и 8-контактной головкой



Руководство по эксплуатации

ИЗДАНИЕ 1.0

ИЗДАНИЕ 1.0



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ОВМ Логика»

Вашенко О.И.

19 января 2022 г.



**Фотографические изображения медицинского изделия «Аппарат
медицинский для трансдермального введения лекарственных веществ "Farma
T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio", модель FTE1/P-D»**



Рис. 1 Основной блок





Рис. 2 Активный электрод (ручка)




Рис. 3 Головка с одним вращающимся роллом




Рис. 4 Головка с двумя вращающимися роллами



Рис. 5 Пассивный электрод из электропроводящей резины



Рис. 6 Активный электрод-ручка с 4-контактной головкой





Рис. 7 Активный электрод-ручка с 8-контактной головкой



Рис. 8 Предохранитель сменный, T1A 250V

Рис. 9 Кабель питания электрический



Ad Biomedical Innotech S.r.l.

Медицинское изделие
Farma T.E.B. Physio
Модель: FTE1/P-D (RU)
(Rel 2.0)

Регистрационное удостоверение
ФСЗ 2012/12945 от 09.04.2014

2016 12 06514




Via Modena S.Sperato, II trav. 48 89133
Reggio Calabria (Italia)
Тел: +39.0965.673791
+39.0965.612526

На входе:
100-240 Vac~
50/60 Hz
35VA * 230Vac
25VA * 115 Vac
Предохранители (5x 20)
T1A 250V



На выходе:
Ch 1 (RL=5000)
0-3.5Vp-p±10%
0-7mAп-p±10%
350Hz-50KHz





Ad Biomedical Innotech S.r.l.

Medical device

Farma T.E.B. Physio

Модель: FTE1/P-D (RU)

(Rel 2.0)

Registration certificate

ФСЗ 2012/12945 от 09.04.2014

■ 2016 12 06514



Via Modena S.Sperato, II trav. 48 89133

Reggio Calabria (Italia)

Tel: +39.0965.673791

+39.0965.612526

Input:

100-240 Vac~

50/60 Hz

35VA * 230Vac

25VA * 115 Vac

FUSE (5x 20)

T1A 250V



Output:

Ch 1 (RL=5000)

0-3.5Vp-p±10%

0-7mA_{p-p}±10%

350Hz-50KHz



Рис. 10 Макет маркировки медицинского изделия на русском языке




Рис. 11 Фото упаковки с маркировкой медицинского изделия на русском языке

