

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «САНРЭС»

О.А. Яковлева

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Автоматизированная система проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских
осмотров «МЕДРЕГИСТР» по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

**Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских осмотров
«МЕДРЕГИСТР» по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017**

1. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских осмотров
«МЕДРЕГИСТР-011»

Информационный терминал М1



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-01 с принадлежностями
(Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10492);



Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 с принадлежностями
(Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1689)



– Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183
(Регистрационное удостоверение РЗН 2013/737.)



Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями, модели: ТМ-2655Р (Регистрационное удостоверение РЗН 2013/283)



– Прибор для измерения артериального давления автоматический, в вариантах исполнения ВРВЮ320 и ВРВЮ320S (Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13167);



Кабель IEC C13 1,5 м





Термопринтер X-Printer XP-365B
Термоэтикетки размером 58x40 мм (700 шт./уп)



- 1** Снимите верхнюю одежду и головной убор.


- 2** Сядьте на стул, пододвиньте его к терминалу так, чтобы Вам было удобно.


- 3** Для перехода к медицинскому осмотру на экране терминала нажмите кнопку «ВХОД» после чего **выберите необходимый медицинский осмотр.**


- 4** Для идентификации введите личный код, воспользовавшись клавиатурой на экране или приложив магнитную карту к считывающему устройству на корпусе терминала.


- 5** На экране терминала появятся Ваши данные, которые нужно проверить и подтвердить.


- 6** В случае неверного ввода личного кода появится сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку снова.


- 7** Поместите руку в отверстие прибора для измерения АД до упора локтя в специальное углубление, после чего нажмите кнопку «Старт» на экране терминала.


- 8** Не вынимая руки из отверстия прибора наклонитесь вперед к алкотестеру и сделайте продыхительный выдох в мундштук до соответствующего сигнала устройства.


- 9** После замера на экране монитора появятся показатели на экране монитора появится сообщение о доступе или отстранении от работы.


- 10** После окончания медицинского осмотра Вы должны подтвердить его результаты личной подписью, которую нужно поставить на выделенной области экрана.


- 11** Затем на экран будет выведено заключение медицинского осмотра с данными полученными с прибора и фотографии сделанные во время текущего осмотра.


- 12** Для завершения медицинского осмотра Вы должны распечатать наклеиваталон о прохождении осмотра и нажать кнопку «Далее», которая появится в нижнем правом углу экрана.


- 13** Аккуратно оторвите распечатку с информацией о доступе к работе из принтера.





ПАСПОРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ / ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ,
ПРЕДСМЕННЫХ / ПОСЛЕСМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
«МЕДРЕГИСТР-011»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

S/N:
0411-0000-0000-0000

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
ИНН/ОГРН 7743024872/774301001



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «САНРЭС»

Яковлева О.А.

«__»____ 2024 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматизированная система
проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных
медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

Руководство пользователя

Назначение

Требования к условиям

Обслуживания

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
(ООО САНРЭС)

Адрес места нахождения юридического лица 125480

г. Москва, ул. Вилиса Лациса д. 1

ИНН 77-08-048702/77-08-001


Макет маркировки

Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР» по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017 

Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-011»

 ООО «САНРЭС»
125480 г. Москва, ул. Вилиса Лациса д. 1

   IP 20

Источник питания переменного тока: 220 В $\pm 10\%$, 50-60 Гц.
Потребляемая мощность: не более 200 Вт, Оборудование класса I

ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

2. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых/ послерейсовых, предсменных/ послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-012»

Информационный терминал М1



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05650)



Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 с принадлежностями
(Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1689);





 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телемедицинскую систему в вариантах исполнения «ГемоДин-АКСМА», модель «ГемоДин-ВТ» по ТУ ТНШВ. 941111.001ТУ (Регистрационное удостоверение РЗН 2020/10110



Кабель IEC C13 1,5 м





Термопринтер X-Printer XP-365B

Термоэтикетки размером 58x40 мм (700 шт./уп)



- 1** **Снимите защитный бокс**
и готовый прибор.
- 2** **Сядьте на стул, подложите его к спинке** так, чтобы Вы были удобны.
- 3** **Для перехода к медицинскому осмотру на экране терминатора нажмите кнопку «ВХОД»** после чего **выберете необходимый медицинский осмотр.**
- 4** **Для индивидуального выбора личной код** восстановившись экран перейдет на экран, на котором можно выбрать код «Считать» или «Считать» на экране терминатора.
- 5** **На экране терминатора** появятся Ваши данные, которые нужно проверить и подтвердить.
- 6** **В случае неверного ввода** личной кода появится сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку ввода.
- 7** **Положите руку в отверстие** прибора для измерения АД до упора ладоня в специальное углубление, после чего нажмите кнопку «Считать» на экране терминатора.
- 8** **Не вынимая руку из отверстия** прибора, нажмите на кнопку, которая «Вход» в меню до достижения сигнала устройства.
- 9** **После измерения** вода покажет на экране монитора появятся сообщения о давлении или о состоянии от работы.
- 10** **После окончания** медицинского осмотра Вы должны подтвердить его результаты личной подписью, которую нужно поставить на выделенной области экрана.
- 11** **Затем на экран** будут выданы заключение медицинского осмотра с данными полученными с прибора и фотографии снимков во время проведения осмотра.
- 12** **Для завершения** индивидуального осмотра Вы должны расчитать, нажав на кнопку «ВХОД», которая появится в нижней части экрана.
- 13** **Аналоги** отображены расчёту с информацией о давлении в работе на приборе.



ПАСПОРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ / ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ,
ПРЕДСМЕННЫХ / ПОСЛЕСМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
«МЕДРЕГИСТР-012»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

S/N:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»

ИНН/ОГРН: 77-03904870/77-0301501



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «САНРЭС»

_____ Яковлева О.А.

«__» _____ 2024 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматизированная система
проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных
медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

Руководство пользователя

Назначение

Требования к условиям

Обслуживания

Компакты

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
(ООО САНРЭС)

Адрес места нахождения юридического лица 125480

г. Москва, ул. Вилиса Лавина д. 1

ИНН/ОГРН 77-0204873/770201801

Автоматизированная система проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских
осмотров «МЕДРЕГИСТР» по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017




Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-012»



ООО «САНРЭС»



125480 г. Москва, ул. Вилиса Лациса д. 1



IP 20



SN



Источник питания переменного тока: 220 В $\pm 10\%$, 50-60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 200 Вт, Оборудование класса I

ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

3. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых/ послерейсовых, предсменных/ послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-020», в составе: Информационный терминал М2.



– Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1689)



Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (Регистрационное удостоверение РЗН 2013/737)




Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модели: UA-911BT-C (Регистрационное удостоверение ФЗС 2010/07276)



BEURER-SHOP.RU

Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телемедицинскую систему в вариантах исполнения «ГемоДин-АКСМА», модель «ГемоДин-ВТ» по ТУ ТНШВ. 941111.001ТУ (Регистрационное удостоверение РЗН 2020/10110)



Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями,
модели: ТМ-2655Р (Регистрационное удостоверение РЗН 2013/283)




Кабель IEC C13 1,5 м





Термопринтер X-Printer XP-365B

Термоэтикетки размером 58x40 мм (700 шт./уп)



- 1** Снять верхнюю одежду и головной убор.


- 2** Сидя на стул, пододвиньте его к терминалу так, чтобы Вам было удобно.


- 3** Для перехода к медицинскому осмотру на экране терминала нажмите кнопку «ВХОД» после чего выбрать необходимый медицинский осмотр.


- 4** Для идентификации введите личный код, воспользовавшись клавиатурой на экране или приложите магнитную карту к считывающему устройству на корпусе терминала.


- 5** На экране терминала появятся Ваши данные, которые нужно проверить и подтвердить.


- 6** В случае неверного ввода личного кода появится сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку ввода.


- 7** Поместите руку в отверстие прибора для измерения АД до упора локтя в специальное углубление, после чего нажмите кнопку «Старт» на экране терминала.


- 8** Не вынимая руки из отверстия прибора, немного наклонитесь вперед к алкотестеру и сделайте продолжительный выдох в мундштук до соответствующего сигнала устройства.


- 9** После измерения всех показателей на экране монитора появится сообщение о допуске или отстранении от работы.


- 10** После окончания медицинского осмотра Вы должны подтвердить его результаты личной подписью, которую нужно поставить на выделенной области экрана.


- 11** Затем на экран будет выведено заключение медицинского осмотра с данными полученными с прибора и фотографии сделанные во время текущего осмотра.


- 12** Для завершения медицинского осмотра Вы должны распечатать наклеивку талон о прохождении осмотра и нажать кнопку «Далее», которая появится в нижнем правом углу экрана.


- 13** Аккуратно оторвите распечатку с информацией о допуске к работе из принтера.





ПАСПОРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ / ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ,
ПРЕДСМЕННЫХ / ПОСЛЕСМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
«МЕДРЕГИСТР-020»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

S/N:
0224-0120-0120-0001

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
ИНН/ОГРН 77-02-0072/77-02-00001



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «САНРЭС»

_____ Яковлева О.А.

«__» _____ 2024 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматизированная система
проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных
медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

Руководство пользователя

Назначение

Требования и условия

Обслуживание

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
(ООО САНРЭС)

Адрес места нахождения юридического лица 125480

г. Москва, ул. Витуса Лациса д. 1

ИНН/ОГРН 77-02824873/77-0201801

Автоматизированная система проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных медицинских
осмотров «МЕДРЕГИСТР» по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017




Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-020»



ООО «САНРЭС»

125480 г. Москва, ул. Вилиса Лациса д. 1



IP 20



SN



Источник питания переменного тока: 220 В $\pm 10\%$, 50-60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 200 Вт, Оборудование класса I

ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

4. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых/ послерейсовых, предсменных/ послесменных медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР-110»


Состав

1. Совместимая персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ), в вариантах исполнения:


1.1 Совместимая персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) М1, в составе:

1.1.1 Корпус с системным блоком Lenovo Thinkcentre M72e – 1 шт.;

1.1.2 Монитор PayTor TM-17 V2 – 1 шт.



- 1.2 Совместимая персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) М2, в составе:
- 1.2.1 Корпус с системным блоком Acer Veriton S – 1 шт.;
- 1.2.2 Монитор RayTor TM-17 V2 – 1 шт.



1.3 Совместимая персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) МЗ в составе корпус с системным блоком MSI PRO 16T со встроенным монитором – 1 шт.;



2. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения Динго Е-200 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1689)



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E010 с принадлежностями
(Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05650)



3.Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, вариант исполнения JXB-183
(Регистрационное удостоверение РЗН 2013/737)




4. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по «Блютус» (Bluetooth), с принадлежностями модели UA-911BT-C (Регистрационное удостоверение РЗН 2010/07276)



BEURER-SHOP.RU

– Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телемедицинскую систему в вариантах исполнения «ГемоДин-АКСМА», модель «ГемоДин-ВТ» по ТУ ТНШВ. 941111.001ТУ (Регистрационное удостоверение РЗН 2020/10110)



Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями, модели: ТМ-2655Р (Регистрационное удостоверение РЗН 2013/283)




5. Модем Kroks Rt-Cse DS m4





6. Термопринтер Атол ВР41



Термопринтер X-Printer XP-365B
Термоэтикетки размером 58x40 мм (700 шт./уп)



- 1** Снимите верхнюю одежду и головной убор.


- 2** Сядьте на стул, пододвиньте его к терминалу так, чтобы Вам было удобно.


- 3** Для перехода к медицинскому осмотру на экране терминала нажмите кнопку «ВХОД» после чего **выберите** необходимый медицинский осмотр.


- 4** Для идентификации введите личный код, воспользовавшись клавиатурой на экране или приложив магнитную карту к считывающему устройству на корпусе терминала.


- 5** На экране терминала появятся Ваши данные, которые нужно проверить и подтвердить.


- 6** В случае неверного ввода личного кода появится сообщение об ошибке с просьбой повторить попытку ввода.


- 7** Поместите руку в отверстие прибора для измерения АД до упора локтя в специальное углубление, после чего нажмите кнопку «Старт» на экране терминала.


- 8** Не вынимая руки из отверстия прибора нажмите наклониться вперед к алкотестеру и сделайте продолжительный выдох в мундштук до соответствующего сигнала устройства.


- 9** После измерения всех показателей на экране монитора появится сообщение о доступе или отстранении от работы.


- 10** После окончания медицинского осмотра Вы должны подтвердить его результаты личной подписью, которую нужно поставить в выделенной области экрана.


- 11** Затем на экран будет выведено заключение медицинского осмотра с данными полученными с приборов и фотографии сделанные во время текущего осмотра.


- 12** Для завершения медицинского осмотра Вы должны распечатать наклейку-таблон с проведением осмотра и нажать кнопку «Далее», которая появится в нижнем правом углу экрана.


- 13** Аккуратно оторвите распечатку с информацией о доступе к работе из принтера.





ПАСПОРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ / ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ,
ПРЕДСМЕННЫХ / ПОСЛЕСМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
«МЕДРЕГИСТР-110»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

S/N:

0412-0000-0000-0000

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»

ИНН/ОГРН 77-02-0070171/10301000



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ООО «САНРЭС»

_____ Яковлева О.А.

«__» _____ 2024 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматизированная система
проведения дистанционных
предрейсовых / послерейсовых,
предсменных / послесменных
медицинских осмотров «МЕДРЕГИСТР»
по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017

Руководство пользователя

Назначение

Требования к условиям

Обслуживания

Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС»
(ООО САНРЭС)

Адрес места нахождения юридического лица 125480

г. Москва, ул. Витуса Лациса д. 1

ИНН/ОГРН 7743834870/774303803



Прошито и пронумеровано

57 листов

Генеральный директор

И.И.И. 2

