

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR. Вид спереди




Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR с передвижной стойкой.
Вид спереди




Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR. Вид сзади




Рисунок 4. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR с передвижной стойкой. Вид сзади




Рисунок 5. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR. Вид сбоку




Рисунок 6. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR с передвижной стойкой. Вид сбоку.



Рисунок 7 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR
в потребительской упаковке.



ООО «Сфера Принт»
610044, Россия, г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5а, пом. 1
www.sferasan.ru, info@sferasan.ru
8 800 551 07 54

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха бактерицидный "Сфера"
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020
вариант исполнения SR.

Максимальная потребляемая мощность, ВА 200
Напряжение питания, В/Гц 230±10%/50
Производительность по категориям помещения, м³/час, ±10%

I	II	III	IV	V
260	260	260	260	260



SN

Наличие
передвижной
стойки



Предельная масса стационарной/передвижной модели, кг, 13,5 / 16,5

Соответствует ТУ 32.50.50-001-67547475-2020, ГОСТ Р 50444-2020,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Регистрационное удостоверение:
РЗН 2021/15195 от 27.08.2021.

Сделано
в России



Рисунок 8 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR. Макет этикетки.

Прошито и скреплено печатью
количество 9 (девять) листов

Директор

ООО «Сфера Принт»

/ Салтыков А.Н. /

Подпись

ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9. Вид спереди



Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9. Вид сзади



Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9. Вид сбоку



Рисунок 4 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9
в потребительской упаковке.



Рисунок 5 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-9. Этикетка вблизи.

Прошито и скреплено печатью
количество 6 (шесть) листов

Директор

ООО «Сфера Принт»

/ Салтыков А.Н. /

Подпись

ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020

вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M.
Вид спереди




Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15М, SR-30М, SR-45М с передвижной
стойкой. Вид спереди.



Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M. Вид сзади



Рисунок 4. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M с
передвижной стойкой. Вид сзади.




Рисунок 5. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M.
Вид сбоку




Рисунок 6. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15М, SR-30М, SR-45М с
передвижной стойкой. Вид сбоку.




Рисунок 7 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M, SR-30M, SR-45M в
потребительской упаковке.



Рисунок 8 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА» по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-45M. Этикетка вблизи.



Рисунок 9 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА» по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-15M. Макет этикетки.



ООО «Сфера Принт»
 610044, Россия, г. Киров,
 ул. Ломоносова, д. 5а, пом. 1
 www.sferasan.ru, info@sferasan.ru
 8 800 551 07 54

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха бактерицидный "Сфера"
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020
вариант исполнения SR-30M

Максимальная потребляемая мощность, ВА 50
 Напряжение питания, В/Гц 230±10%/50
 Производительность по категориям помещения, м³/час, ±10%

I	II	III	IV	V
60	60	90	100	100



SN

Наличие
 передвижной
 стойки
☐

Предельная масса стационарной/передвижной модели, кг 3,5 / 5,5

Соответствует ТУ 32.50.50-001-67547475-2020, ГОСТ Р 50444-2020,
 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Регистрационное удостоверение:
 РЗН 2021/15195 от 27.08.2021.

Сделано
 в России
 





Рисунок 10 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
 по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30M. Макет этикетки.

Прошито и скреплено печатью
количество 10 (десять) листов

Директор
ООО «Сфера Принт»

 / Салтыков А.Н. /

Подпись

ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60. Вид спереди




Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60 с передвижной стойкой. Вид
спереди.




Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60. Вид сзади




Рисунок 4. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60 с передвижной стойкой. Вид
сзади.




Рисунок 5. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60. Вид сбоку




Рисунок 6. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60 с передвижной стойкой. Вид
сбоку.




Рисунок 7 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30, SR-60
в потребительской упаковке.



Рисунок 8 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА» по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60. Этикетка вблизи.



Рисунок 9– УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА» по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-30. Макет этикетки.

Прошито и скреплено печатью
количество 9 (девять) листов

Директор

ООО «Сфера Принт»

_____/ Салтыков А.Н. /
Подпись ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60M, SR-75M, SR-90M

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60М, SR-75М, SR-90М.
Вид спереди



Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60М, SR-75М, SR-90М с передвижной
стойкой. Вид спереди



Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60M, SR-75M, SR-90M. Вид сзади



Рисунок 4. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60M, SR-75M, SR-90M с передвижной
стойкой. Вид сзади




Рисунок 5. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60М, SR-75М, SR-90М. Вид сбоку




Рисунок 6. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60М, SR-75М, SR-90М с передвижной
стойкой. Вид сбоку



Рисунок 7 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60M, SR-75M, SR-90M
в потребительской упаковке.



Рисунок 8 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90М. Этикетка вблизи.



Рисунок 9 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-60М. Макет этикетки.



ООО «Сфера Принт»
610044, Россия, г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5а, пом. 1
www.sferasan.ru, info@sferasan.ru
8 800 551 07 54

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха бактерицидный "Сфера"
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020
вариант исполнения SR-75M

Максимальная потребляемая мощность, ВА 120
Напряжение питания, В/Гц 230±10%/50
Производительность по категориям помещения, м³/час, ±10%

I	II	III	IV	V
90	140	200	200	200



SN

Наличие
передвижной
стойки



Предельная масса стационарной/передвижной модели, кг 6 / 8

Соответствует ТУ 32.50.50-001-67547475-2020, ГОСТ Р 50444-2020,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Регистрационное удостоверение:
РЗН 2021/15195 от 27.08.2021.

Сделано
в России



Рисунок 10 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-75M. Макет этикетки.

Прошито и скреплено печатью
количество 10 (десять) листов

Директор

ООО «Сфера Принт»

 / Салтыков А.Н. /

Подпись

ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Сфера Принт»

А.Н. Салтыков

«05» марта 2024 г.



УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»

по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Рисунок 1. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120. Вид спереди




Рисунок 2. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120 с передвижной стойкой.
Вид спереди




Рисунок 3. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120. Вид сзади




Рисунок 4. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120 с передвижной стойкой.
Вид сзади




Рисунок 5. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120. Вид сбоку




Рисунок 6. УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120 с передвижной стойкой.
Вид сбоку




Рисунок 7 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90, SR-120
в потребительской упаковке.



ООО «Сфера Принт»
610044, Россия, г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5а, пом. 1
www.sferasan.ru, info@sferasan.ru
8 800 551 07 54

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха бактерицидный "Сфера"
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020
вариант исполнения SR-120.

Максимальная потребляемая мощность, ВА 175
Напряжение питания, В/Гц 230±10%/50
Производительность по категориям помещения, м³/час, ±10%

I	II	III	IV	V
180	200	200	200	200



SN

Наличие
передвижной
стойки

10 АПР 2023

50014



Предельная масса стационарной/передвижной модели, кг 9 / 11

Соответствует ТУ 32.50.50-001-67547475-2020, ГОСТ Р 50444-2020,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Регистрационное удостоверение:
РЗН 2021/15195 от 27.08.2021.

Сделано
в России



Рисунок 9 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-120. Этикетка вблизи.



ООО «Сфера Принт»
610044, Россия, г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 5а, пом. 1
www.sferasan.ru, info@sferasan.ru
8 800 551 07 54

УФ облучатель:
рециркулятор воздуха бактерицидный "Сфера"
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020
вариант исполнения SR-90

Максимальная потребляемая мощность, ВА 140
Напряжение питания, В/Гц 230±10%/50
Производительность по категориям помещения, м³/час, ±10%

I	II	III	IV	V
140	200	200	200	200



SN

Наличие
передвижной
стойки



Предельная масса стационарной/передвижной модели, кг 9 / 11

Соответствует ТУ 32.50.50-001-67547475-2020, ГОСТ Р 50444-2020,
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Регистрационное удостоверение:
РЗН 2021/15195 от 27.08.2021.

Сделано
в России



Рисунок 10 – УФ ОБЛУЧАТЕЛЬ: РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА «СФЕРА»
по ТУ 32.50.50-001-67547475-2020 вариант исполнения: SR-90. Макет этикетки.

Прошито и скреплено печатью
количество 9 (девять) листов

Директор

ООО «Сфера Принт»

/ Салтыков А.Н. /

Подпись

ФИО

