

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Кокотов О.Б.

«01» августа 2024 г.

Маркировка

медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями»

1. Маркировка Apparata для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями




Рисунок 1. Образец маркировки «Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями», расположенной на корпусе основного блока.
Размер этикетки 85 x 65 мм ±5 мм.

Таблица 1. Перевод маркировки Apparata для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русский язык

Английский язык	Русский язык
Automatic Tissue Processor	«Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями»
Model	
HP300 Plus	
SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands	«СУНГО Юроп Б.В.» Бульвар Фасцинатио 522, Блок 1.7. 2909VA Капелла аан дел Уссел, Нидерланды
Growthimports BV NL-IM-00013877 Plesmanweg 9 7602 PD Almelo The Netherlands www.growthimpots.es	Гросимпортс BV NL-IM-00013877 Плесманвег 9 7602 PD Алмео Нидерланды www.growthimpots.es
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай




Рисунок 2. Изображение маркировки, расположенной на задней панели основного блока



Рисунок 3. Изображение маркировки, расположенной на крышке отсека для парафина

Hot surface *Горячая поверхность*




Рисунок 4. Изображение маркировки, расположенной на крышке реторты

Do not open the lid while working
Hot surface
Flammable material
Biological risks

Не открывайте крышку во время работы
Горячая поверхность
Горючие материалы
Биологические риски



Рисунок 5. Изображение маркировки, расположенной на крышке технического отсека



Рисунок 6. Изображение маркировки, расположенной в техническом отсеке

*Turn on
Gas Filter*

*Поворачивать по часовой стрелке
Угольный фильтр*

2. Макет маркировки Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русском языке

**Аппарат для гистологической проводки тканей
HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus)
с принадлежностями**

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Срок службы – 7 лет



Напряжение 220-240 В

Частота ~50/60 Гц

Мощность 1200 ВА



XXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX

Эксплуатация от +10 до +40 °C

Хранение от +5 до +50 °C

Транспортировка от -20 до +50 °C



(01)06971182570978(11)220228(21)15010001

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /

Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Место производства:

Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. / Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуаньдун, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

3. Транспортная маркировка Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

DAKEWE

Product

Automatic Tissue Processor

Model

HP300 Plus

Part No.


P/N:130.023.001-00

Serial No.


S/N:02030001

Dakewe Sales Order



Customer P.O.



Date of Manufacture


2022-07-08

L*W*H(MM)

796×751×1378


G.W. (KG)

249

N.W. (KG)

180


[udi] (01)06971182570954(11)220708(21)02030001


-20°C 50°C 85% 10%

 DAKWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community,
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

Made in China

Рисунок 7. Транспортная маркировка Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями.
Размер этикетки 210 x 320 мм ±5 мм.

Таблица 2. Перевод маркировки транспортной упаковки (тары) Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русский язык

Английский язык	Русский язык
Product	Наименование изделия
Automatic Tissue Processor	«Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями»
Model	
HP300 Plus	
Part No.	Номер по каталогу (внутренний производственный номер)
Serial No.	Серийный номер
Dakewe Sales Order	Заказ на продажу Дакэве

Английский язык	Русский язык
Customer P.O.	Заказчик РО
LxWxH(mm)	ДхШхВ (мм)
G.W. (KG)	Вес брутто (кг)
N.W. (KG)	Вес нетто (кг)
	QR код
UDI	Уникальный идентификатор изделия
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай
Made in China	Сделано в Китае
Date of manufacture	Дата производства

4. Макет маркировки транспортной упаковки Apparata для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русском языке

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

DAKESHE

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX
Серийный номер XXXXXXXXXXXX



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China)

Страна происхождения: Китай

Масса нетто 192 кг
Масса брутто 249 кг

Дата изготовления XX.XX.XXXX
Дата упаковывания XX.XX.XXXX

Условия транспортирования:

- допустимая температура от -20 до +50 °C;
- допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации.

Условия хранения:

- допустимая температура от +5 до +50 °C;
- допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации.

Грузополучатель _____

Пункт назначения _____

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-РМ», (ООО «МЕДТЕХ-РМ»)

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81

e-mail: info@medteh-mo.ru







Таблица 3. Описание символов, применяемых при маркировке

Символ	Описание
	Серийный номер
	Уникальный идентификатор изделия
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Импортер
	Осторожно Указание на важную предупреждающую информацию, с которой пользователи должны ознакомиться в Руководстве пользователя.
	Знак защиты окружающей среды Директивы RoHS. Цифра в символе указывает на количество лет экологически чистого использования (EFUP) прибора. Обратите внимание на этот символ, если период использования вещества ограниченного применения превышает максимально допустимый предел.
	Указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: минимум 10%, максимум 85 %
	Температурный диапазон Требования к температуре при транспортировке: минимум -29 °C, максимум 50 °C
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги

Символ	Описание
	Штабелировать запрещается.
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.
	Биологические риски
	Предупреждение: воспламеняющийся материал
	Предупреждение: горячая поверхность
	Общее предупреждение
	Порт USB
	Идентификатор сетевого интерфейса
	Включение
	Выключение
	Крышка блокируется электронным замком
	В оборудовании используются технология RFID-меток
	Угольный фильтр
	Батареи литий-металлические

5. Маркировка компонентов состава Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

2. Подставка для монитора – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

3. Перемычка питания

(производитель: Jinhe Electronics (SHENZHEN) Co., Ltd., модель: KC-002+KC-003,H05VV-F 3G*1.0MM2) – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

4. Кабель питания

(производитель: Jinhe Electronics (SHENZHEN) Co., Ltd.,
модель: KC-002+KC-003,H05VV-F 3G*1.0MM2) – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

5. Модульная бутылка для реагентов – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

6. Ключ для винтовой крышки бутылки для реагентов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

7. Угольный фильтр – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

8. Большая парафиновая станция – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

9. Малая парафиновая станция – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состав:

**10. Корзина для образцов вместимостью
150 кассет – XX шт.**

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состав:

11. Трубка для слива реагентов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

12. Трубка для подачи реагентов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

13. Лоток для сбора отходов жидких реагентов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состав:

14. Лоток для отработанного парафина – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состав:

15. Руководство пользователя

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

6. Маркировка принадлежностей Apparata для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

DAKEШE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

1. Смазка для уплотнительного кольца – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

DAKEШE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

2. Магнитный крючок – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

3. Лопатка для удаления парафина – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

4. Ручка-стилус для сенсорного экрана аппарата – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

5. Набор этикеток для емкостей с реагентами – XX упак.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

6. Вентиляционная труба – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

7. Зажим для вентиляционной трубы – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцца,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

8. Уплотнительное кольцо для бутылей – XX упак.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцца,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

9. Лоток для корзин для образцов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

10. Плёнка в лоток для отработанного парафина – XX шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 (двадцать три) листов

генеральный директор

Кокотов О.Б.

» августа 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Кокотов О.Б.

«31» июля 2024 г.



Фотографические изображения

медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus)
с принадлежностями»



Рисунок 1. Транспортная упаковка



Рисунок 2. Маркировка транспортной упаковки



Рисунок 3. Общий вид

Automatic Tissue Processor

DAKEWE

Model **HP300 Plus**

SN 02030041

 2023-02-09

220-240V ~ 50/60Hz
1200VA




UDI (01)06971182570954(11)230209(21)02030041

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands

IVD



CE



GrowthImports BV
NL-IM-00013877
Plesmanweg 9
7602 PD Almelo
The Netherlands
www.growthimports.eu



DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community,
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

Рисунок 5. Руководство пользователя



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

2. Подставка для монитора – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5°C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел.: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

3. Перемычка питания

(производитель: Jinhe Electronics (SHENZHEN) Co., Ltd.,
модель: KC-002+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2) – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцца,

ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

4. Кабель питания

(производитель: Jinhe Electronics (SHENZHEN) Co., Ltd.,
модель: KC-002+KC-003,H05VV-F 3G*1.0MM2) – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»


Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дажэвэ (Шэньчжэнь) медицинское оборудование Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 8. Кабель питания



DAKEWE

PV № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

5. Модульная бутылка для реагентов – 14 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Рошд,
ул. Двиница, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-rm.ru

 Даквэ (Шэньчжэнь) медицинское оборудование Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус 6, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кэн Цзи Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
6, No 2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 9. Модульная бутылка для реагентов



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

Б. Ключ для винтовой крышки бутылки для реагентов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10% до 85%,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Роща,

ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1


тел.: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэнцзи Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 10. Ключ для винтовой крышки бутылки для реагентов



DAKESHE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

7. Угольный фильтр – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10% до 85%,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцца,

ул. Динцева, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-rm.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинское оборудование Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Циньшань,
Кэн Цзи Стрит, район Пиншань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 11. Угольный фильтр



DAKESHE

Р/И: XXXXXXXX от XXXX.XXXX

Аппарат для гистологической обработки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состоит:

8. Большая парафиновая станция – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10% до 85%,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДИКА-РМ»

Адрес: 117018, г. Москва, в/п-г. м.п. «Сектор Медицина России»

ул. Давыдов, д. 12, к. 1, этаж 1/1


тел: +7 (495) 180-43-81 / e-mail: info@medika-rm.ru

Дакеша (Shanghai) medical equipment Co., Ltd.
Dakeshe (Shanghai) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус 6, №2 Ручуэй Рендэ, муниципалитет Чжэцзян,
Куньшань-Сити, район Гундэцзян, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
6, No. 2 Ruchuai Road, Jinhua Community, Kengou Street, Fengshan District,
Shenzhen, China

Тел: +86 755 2640 5971

Рисунок 12. Большая парафиновая станция



ДАКЕШЕ

Р/У № XXXXXXX от XX.XX.XXXX
Аппарат для гистологической обработки тканей HP300 Plus
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

9. Малая парафиновая станция – 3 шт.


Эксплуатация от +10°C до +40°C
Хранение от +5°C до +30°C
Транспортировка от +20°C до +50°C
Допустимая относительная влажность от 10% до 85%,
без конденсации

Универсальный представитель, производитель в России
ООО «ИРДТХ-РФ»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Тр. д. 1/1
3-й этаж, в. 12, в. 1, комната 1/1
тел. 7 (495) 180 81 81 / e-mail: info@irtdk.ru

Дакеш (Shanghai) медицинское оборудование Ко., Лтд.
Dakewe (Shanghai) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 3-й этаж, комната 6, №2 Рутуэй Роуд, Интеграция (Шанхай),
квартал Сунг, район Фэнсян, Шанхай, Китай / Floor 3, Building
A, No. 2 Rutu Road, Songhu Community, Fengxian District,
Shanghai, China
тел. +86 21 59 3140 5971

Рисунок 13. Малая парафиновая станция



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

**10. Корзина для образцов, вместимостью
150 кассет – 2 шт.**

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцца,


ул. Двинцева, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
tel.: +86 755 2640 5921



6




Рисунок 16. Трубка для подачи реагентов

DAKESHE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Состав:

**13. Лоток для сбора отходов жидких
реагентов – 1 шт.**

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»


Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Роща,
ул. Давыдова, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-rm.ru



Даквэ (Шэньчжэнь) медицин.экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Луцунь Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кан Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jingshan Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 17. Лоток для сбора отходов жидких реагентов



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Состав:

14. Лоток для отработанного парафина –
1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Роцца,
ул. Демченко, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: +7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-rm.ru



Дакэва (Шэньчжэнь) медицинское оборудование Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус 6, №2 Луцуй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кин Цзи Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
6, No.2 Luhui Road, jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел: +86 755 2640 5921

Рисунок 18. Лоток для отработанного парафина



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

1. Смазка для уплотнительного кольца – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

2. Магнитный крючок – 2 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

3. Лопатка для удаления парафина – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Давидова, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Даквэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшэ,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

4. Ручка-стилус для сенсорного экрана аппарата – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 22. Ручка-стилус для сенсорного экрана



Рисунок 23. Набор этикеток для емкостей с реагентами



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

6. Вентиляционная труба – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роцц,
ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No 2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 24. Вентиляционная труба



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

7. Зажим для вентиляционной трубы – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 25. Зажим для вентиляционной трубы

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями

Принадлежности:

8. Уплотнительное кольцо для бутылей –

1 упак.

Эксплуатация от +10°C до +40 °C

Хранение от +5 °C до +50 °C

Транспортировка от -20 °C до +50 °C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РР № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Аппарат для гистологической подготовки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

9. Лоток для корзин для образцов – 1 шт.

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МДТЛХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Рнхд,

ул. Давыдова, д. 12, к. 1, пом. 1/1


тел. 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medtech-ru.ru



Директ (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лулуэй Роуд, микрорайон Циньшань,
№: Цинь Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No. 2 Luluwei Road, Jintia Community, Kangzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел. +86 755 2640 5921



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX
Аппарат для гистологической проводки тканей HP300 Плюс
(Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями
Принадлежности:

**10. Плёнка в лоток для отработанного
парафина – 1 шт.**

Эксплуатация от +10°C до +40°C

Хранение от +5°C до +50°C

Транспортировка от -20°C до +50°C

Допустимая относительная влажность от 10 % до 85 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Давидова, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньшань,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No 2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

мет маркировки Аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русском языке

**Аппарат для гистологической проводки тканей
HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus)
с принадлежностями**

DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Срок службы – 7 лет



XXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



Напряжение 220-240 В

Частота ~50/60 Гц

Мощность 1200 ВА

Эксплуатация от +10 до +40 °C

Хранение от +5 до +50 °C

Транспортировка от -20 до +50 °C



(01)06971182570978(11)220228(21)15010001

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /

Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Место производства:

Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. / Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай / Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

ит маркировки транспортной упаковки Apparata для гистологической проводки тканей
00 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300 Plus) с принадлежностями на русском языке

**Аппарат для гистологической проводки тканей
HP300 Плюс (Automatic Tissue Processor HP300
Plus) с принадлежностями**

DAKESHE

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX
Серийный номер XXXXXXXXXX



**Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)**

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi
Street, Pingshan District, Shenzhen, China)

Страна происхождения: Китай

Масса нетто 192 кг
Масса брутто 249 кг

Дата изготовления XX.XX.XXXX
Дата упаковывания XX.XX.XXXX

Условия транспортирования:

- допустимая температура от -20 до +50 °C;
- допустимая относительная влажность от 10 %
до 85 %, без конденсации.

Условия хранения:

- допустимая температура от +5 до +50 °C;
- допустимая относительная влажность от 10 %
до 85 %, без конденсации.

Грузополучатель _____

Пункт назначения _____

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-РМ», (ООО «МЕДТЕХ-РМ»)

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81

e-mail: info@medteh-mo.ru



Таблица 1. Описание символов, применяемых при маркировке

Символ	Описание
	Серийный номер
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Осторожно Указание на важную предупреждающую информацию, с которой пользователи должны ознакомиться в Руководстве пользователя.
	Знак защиты окружающей среды Директивы RoHS. Цифра в символе указывает на количество лет экологически чистого использования (EFUP) прибора. Обратите внимание на этот символ, если период использования вещества ограниченного применения превышает максимально допустимый предел.
	Указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: минимум 10%, максимум 85 %
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги
	Штабелировать запрещается.
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

32 (тридцать два) листов

генеральный директор

Кокотов О.Б.

» июля 2024 г.

