



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

На медицинское изделие

**Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Ву Янг Медикал Ко., Лтд.", Корея,

**Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea**

Производитель

"Ву Янг Медикал Ко., Лтд.", Корея,

**Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea**

Место производства медицинского изделия

**Woo Young Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea**

Номер регистрационного досье № РД-64006/63004 от 16.08.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 28 листах

приказом Росздравнадзора от 25 ноября 2024 года № 6657

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0079677

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 1

На медицинское изделие

**Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series
с принадлежностями, в вариантах исполнения:**

1. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M4C - непрерывная инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

1.1. MC12S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.2. MC12M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.3. MC12L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.4. MC23S - скорости инфузии: 2.0, 3.0, 5.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.5. MC23M - скорости инфузии: 2.0, 3.0, 5.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.6. MC23L - скорости инфузии: 2.0, 3.0, 5.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.7. MC24S - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.8. MC24M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

1.9. MC24L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0 (мл/ч); силиконовый резервуар

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151689

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 2

300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M8C- непрерывная инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

2.1. MC012S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.2. MC012M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.3. MC124S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.4. MC124M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.5. MC124L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.6. MC248M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.7. MC248L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

2.8. MC248XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

3. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M16C- непрерывная

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151690

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 3

инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

3.1. MC1248S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

3.2. MC1248M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

3.3. MC1248L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

3.4. MC1248XL - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M8P - с регулятором скорости и с болюсом, в вариантах исполнения:

4.1. MP01210S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.2. MM01210S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.3. MT01210S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.4. MP01215S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 4

более 10 шт.).

4.5. MM01215S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.6. MT01215S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.7. MP01230S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.8. MM01230S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.9. MT01230S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.10. MP01260S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.11. MM01260S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.12. MT01260S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151664

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 5

шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.13. МР01210М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.14. ММ01210М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.15. МТ01210М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.16. МР01215М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.17. ММ01215М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.18. МТ01215М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.19. МР01230М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151665

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 6

4.20. ММ01230М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.21. МТ01230М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.22. МР01260М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.23. ММ01260М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.24. МТ01260М - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.25. МР12410S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.26. ММ12410S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.27. МТ12410S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151666

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 7

необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.28. MP12415S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.29. MM12415S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.30. MT12415S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.31. MP12430S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.32. MM12430S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.33. MT12430S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.34. MP12460S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.35. MM12460S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151667

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 8

(мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.36. MT12460S - скорости Инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.37. MP12410M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.38. MM12410M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.39. MT12410M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.40. MP12415M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.41. MM12415M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.42. MT12415M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151668

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 9

более 10 шт.).

4.43. МР12430М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.44. ММ12430М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.45. МТ12430М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.46. МР12460М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.47. ММ12460М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.48. МТ12460М - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.49. МР12410L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.50. ММ12410L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151669

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 10

Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.51. МТ12410L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.52. МР12415L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.53. ММ12415L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.54. МТ12415L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.55. МР12430L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.56. ММ12430L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.57. МТ12430L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151670

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8131

Лист 11

4.58. MP12460L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.59. MM12460L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.60. MT12460L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.61. MP24810M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.62. MM24810M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.63. MT24810M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.64. MP24815M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.65. MM24815M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151671

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 12

необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.66. МТ24815М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.67. МР24830М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.68. ММ24830М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0(мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.69. МТ24830М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.70. МР24860М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.71. ММ24860М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0(мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.72. МТ24860М - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.73. МР24810L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 0.5

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151672

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 13

(мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.74. MM24810L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.75. MT24810L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.76. MP24815L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.77. MM24815L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.78. MT24815L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.79. MP24830L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.80. MM24830L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151673

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 14

более 10 шт.).

4.81. MT24830L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.82. MP24860L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.83. MM24860L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.85. MT24860L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.86. MP24810XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.87. MM24810XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.88. MT24810XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.89. MP24815XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151674

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 15

Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.90. MM24815XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.91. MT24815XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.92. MP24830XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.93. MM24830XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.94. MT24830XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.95. MP24860XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 0.5 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

4.96. MM24860XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151675

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 16

4.97. MT24860XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 2.0 (мл); время работы замка боллоса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M8EP - с регулятором скорости и с боллосом, в вариантах исполнения:

5.1. ME101210S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.2. ME101215S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.3. ME101230S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.4. ME101260S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.5. ME101210M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 10 (мин); силиконовый резервуар 100(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.6. ME101215M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллоса 1.0 (мл); время работы замка боллоса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.7. ME101230M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151676

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 17

боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.8. ME101260M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.9. ME112410S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 60(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.10. ME112415S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.11. ME112430S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.12. ME112460S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.13. ME112410M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 100(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.14. ME112415M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151677

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 18

более 10 шт.).

5.15. ME112430M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.16. ME112460M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.17. ME112410L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.18. ME112415L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.19. ME112430L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.20. ME112460L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.21. ME124810M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.22. ME124815M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151678

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 19

Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.23. ME124830M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.24. ME124860M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.25. ME124810L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.26. ME124815L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.27. ME124830L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.28. ME124860L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.29. ME124810XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0(мл/ч); объем болюса 1.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 600(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151679

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 20

5.30. ME124815XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.31. ME124830XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.32. ME124860XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллуса 1.0(мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.33. ME201210S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 60(мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.34. ME201215S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.35. ME201230S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.36. ME201260S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.37. ME201210M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч). Объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 21

более 10 шт.).

5.38. ME201215M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч). Объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.39. ME201230M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.40. ME201260M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.41. ME212410S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч). Объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.42. ME212415S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч). Объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.43. ME212430S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.44. ME212460S - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.45. ME212410M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч). Объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт.,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 22

Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.46. ME212415M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч). Объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.47. ME212430M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.48. ME212460M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.49. ME212410L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.50. ME212415L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.51. ME212430L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.52. ME212460L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем боллуса 2.0 (мл); время работы замка боллуса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151682

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 23

5.53. ME224810M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.54. ME224815M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.55. ME224830M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.56. ME224860M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.57. ME224810L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.58. ME224815L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.59. ME224830L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.60. ME224860L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151683

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 24

необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.61. ME224810XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.62. ME224815XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.63. ME224830XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

5.64. ME224860XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M8S - с регулятором скорости и с болюсом, в вариантах исполнения:

6.1. MS2012S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.2. MS3012S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.3. MS4012S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151684

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 25

более 10 шт.).

6.4. MS5012S - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.5. MS2012M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.6. MS3012M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.7. MS4012M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.8. MS5012M - скорости инфузии: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.9. MS2124M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.10. MS3124M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.11. MS4124M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151685

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8131

Лист 26

шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.12. MS5124M - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.13. MS2124L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.14. MS3124L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.15. MS4124L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.16. MS5124L - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.17. MS2124XL - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.18. MS3124XL - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151686

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 27

- 6.19. MS4124XL - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.20. MS5124XL - скорости инфузии: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.21. MS2248M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.22. MS3248M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.23. MS4248M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 4.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.24. MS5248M - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 5.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.25. MS2248L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 2.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).
- 6.26. MS3248L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем болюса 3.0 (мл); время работы замка болюса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151687

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 ноября 2024 года № РЗН 2019/8131

Лист 28

необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.27. MS4248L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 4.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).


6.28. MS5248L - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 5.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.29. MS2248XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 2.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.30. MS3248XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 3.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.31. MS4248XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 4.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).

6.32. MS5248XL - скорости инфузии: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 (мл/ч); объем боллоса 5.0 (мл); время работы замка боллоса 10, 15, 30 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл) - 10 шт., Наклейка - 10 шт., Инструкция по применению - 10 шт., Чехол для переноски (при необходимости, не более 10 шт.), Лента для крепления (при необходимости, не более 10 шт.).



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0151688