

ООО «ГБМ»

109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1
ИНН/КПП 7728461842/772101001
+7 (903) 145-69-33
gradbiomed2019@gmail.com
gradbiomed@bk.ru

«Утверждаю»

ООО «ГБМ»

Организация


109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1
Адрес

Генеральный директор
Должность

Гра Дмитрий Вадимович
ФИО

«26» ноября 2024 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ



Фотографические изображения

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических
моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP

2024



Рис. 1. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

ematology Analyzer Lyse

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов
гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5
GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:
Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для
анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

100 мл

Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотехнологии Ко.
Лтд» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
4th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Guangming Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109402,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд
Рязанский, д. 5, стр. 1.






Рис. 2. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP




Рис. 3. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP



Рис. 4. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP




Рис. 5. RFID-карта реагента GBM-LYD-1




Рис. 6. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP



Рис. 7. Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP




Рис. 8. RFID-карта реагента GBM-LYD-1



Рис. 9. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Hem

Реагент
гематологический
GRADBIOMED
Реагент
анализатор

РУ №



КНР (Shanghai)
10th Floor
Yutang Science & Technology Co., Ltd.

Уполномоченный
Москва
д.5, стр.1

Рис. 10. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

ematology Analyzer Lyse

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализатора
гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5CRP,
вариант исполнения:
Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл,
для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

200 мл

Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко. Лтд.»
(Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
Room 1001, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109420,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовый,
д. 1.



IVD





Рис. 11. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP




Рис. 12. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP



Рис. 13. RFID-карта реагента GBM-LYD-2



Рис. 14. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP



Рис. 15. Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP




Рис. 16. RFID-карта реагента GBM-LYD-2




Рис. 17. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5



Рис. 18. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5




Рис. 19. RFID-карта реагента GBM-LYC-1




Рис. 20. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

Hematology Analyzer Lyse

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

РУ № _____

200 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнологджи Ко. Лтд», КНР (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд
Вязовский, д.5, стр.1



IVD




Рис. 21. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5




Рис. 22. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5




Рис. 23. Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5




Рис. 24. RFID-карта реагента GBM-LYC-1



Рис. 25. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

Нем

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

**Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия**

Реагент
гематологический
и GRADBIOMED
Реагент для
анализатора

РУ №



Лтд»
10th Floor
Yutang

Уполномоченный
Москва
Вязовский

Рис. 26. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

ematology Analyzer Lyse

агент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

агент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

200 ML

Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнологии»
KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Comm
ing Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 100000
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, пром
шленный, д.5, стр.1.






Рис. 27. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

**GBM-LYC-2
GRADBIOMED®**

аторов
GBM-5

LOT

2024030501

л, для



20240305

л



20260304

и Ко.,

community.

28, г.

1-й

Состав:

вода, поверхностно-активное
вещество (додецилтриметиламмоний
бромид), буферное вещество
(янтарная кислота), ProClin® 300.

Рис. 28. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5



Рис. 29. RFID-карта реагента GBM-LYC-2



Рис. 30. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5



Рис. 31. Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5




Рис. 32. RFID-карта реагента GBM-LYC-2



Согласовано/APPROVED

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

Организация/Organization

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Tianhao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P.R. China

Адрес/Address

General Manager

Должность/Occupation

Liuwei Zhai

Фамилия, Имя/Surname, Name

Дата/Date 05.11.2024

Подпись/Signature

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED» для анализаторов гематологических
автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP»

INSTRUCTION FOR USE

Lyse reagent «GBM GRADBIOMED®» for hematology analyzers automatic models
GRADBIOMED® GBM-5 and GRADBIOMED® GBM-5CRP

2024

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd

Рис. 33. Инструкция по применению

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYD-1
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

РУ № _____

100 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотехнологии Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



GHS09



LOT



XXXX

XXXX

XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное вещество (додецилтриметиламмоний бромид), буферное вещество (гидрофосфат натрия), ProClin® 300.

Рис. 34. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYD-1
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

РУ № _____

200 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



GHS09



LOT



XXXX

XXXX

XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное
вещество (додецилтриметиламмоний
бромид), буферное вещество
(гидрофосфат натрия), ProClin® 300.

Рис. 35. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYD-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYD-2
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

РУ № _____

200 мл




Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотехнологджи Ко., Лтд»,
KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г.
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский,
д.5, стр.1.



GHS09



LOT

XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное
вещество (додецилтриметиламмоний
бромид), буферное вещество
(янтарная кислота), ProClin® 300.

Рис. 36. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYD-2
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP


РУ № _____

500 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



LOT

XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное
вещество (додецилтриметиламмоний
бромид), буферное вещество
(янтарная кислота), ProClin® 300.

Рис. 37. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYD-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5CRP

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYC-1
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5


РУ № _____

100 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко., Лтд»,
KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г.
Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский,
д.5, стр.1.



XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное
вещество (додecilтриметиламмоний
бромид), буферное вещество
(гидрофосфат натрия), ProClin® 300.

Рис. 38. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 100 мл, для анализатора

GRADBIOMED® GBM-5

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYC-1
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5


РУ № _____

200 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное вещество (додецилтриметиламмоний бромид), буферное вещество (гидрофосфат натрия), ProClin® 300.

Рис. 39. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYC-1 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора

GRADBIOMED® GBM-5

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYC-2
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:

Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

РУ № _____

200 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнологджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



GHS09



LOT

XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное вещество (додецилтриметиламмоний бромид), буферное вещество (янтарная кислота), ProClin® 300.

Рис. 40. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 200 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

Hematology Analyzer Lyse

**GBM-LYC-2
GRADBIOMED®**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- 1 Избегайте контакта с глазами и кожей. При случайном контакте смойте большим количеством воды. При случайном проглатывании обратитесь к врачу.
- 2 Использовать до истечения срока годности. После вскрытия изделие следует использовать в течение 60 дней.
3. Если продукт заморожен (частично или полностью), разморозьте, отогрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Произведено по заказу ООО «ГБМ»,
Россия

Реагент лизирующий «GBM GRADBIOMED®» для анализаторов гематологических автоматических моделей GRADBIOMED® GBM-5 и GRADBIOMED® GBM-5CRP, вариант исполнения:
Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5


РУ № _____

500 мл



Производитель: «Шэньчжэнь Дайминд Байотекнолоджи Ко., Лтд», KHP (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.)
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ГБМ», адрес: 109428, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, д.5, стр.1.



LOT

XXXX



XXXX



XXXX

Состав:

вода, поверхностно-активное вещество (додецилтриметиламмоний бромид), буферное вещество (янтарная кислота), ProClin® 300.

Рис. 41. Маркировка на упаковке, на примере варианта исполнения: Реагент лизирующий «GBM-LYC-2 GRADBIOMED®», 500 мл, для анализатора GRADBIOMED® GBM-5

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 42 листов (-а)
Генеральный директор ООО «ГБМ»
Гра Д.В. _____

