

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH
ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность

Комплект №1/1

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii
ИФА-антиТоксо-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для автоматических пипеток
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

16 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.



ИФА-антиТоксо-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 1/1

Каталожный №

05.04.1/1

Серия

**

Контрольный №

**










Дата изготовления:

Годен до:

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH

"ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность"

Комплект №1/2

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических

иммуноглобулинов класса G к *Toxoplasma gondii*

ИФА-антиТоксо-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

К+, инактивированный

К-пор, инактивированный

К-, инактивированный

К+на, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РПРО

РРО

ДР

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

1 шт.
1 фл. (1,3 мл)
1 фл. (1,3 мл)
1 фл. (1,3 мл)
1 фл. (1,3 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (16 мл)
1 фл. (16 мл)
1 фл. (10 мл)
1 фл. (12,5 мл)

18 шт.
1 шт.

4 шт.
4 шт.
1 шт.



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиТоксо-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018


Комплект № 1/2 Каталогный № 05.04.1/2

Серия ** Контрольный № **













Дата изготовления: ***

Голен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH

"ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность"

Комплект №2/1

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических

иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи

ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1.2 и ВГС отсутствуют



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018


Комплект № 2/1 Каталогный № 06.03.2/1

Серия ** Контрольный № **












Дата изготовления: ***

Годен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH
"ИФА-антиTORCH-IgG-авидность"

Комплект №2/2

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи
ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
Карточка маркировки стрипов по инфекциям	1 шт.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют	



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

ПУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 2/2 Каталогный № 06.03.2/2

Серия ** Контрольный № **










Дата изготовления: ***

Гожен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH
"ИФА-антиTORCH-IgG-авидность"

Комплект №3/1

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу
ИФА-антиЦМВ-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для автоматических пипеток
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов
Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиЦМВ-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

ПУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 3/1

Каталожный №

07.03.3/1

Серия

**

Контрольный №

**










Дата изготовления: ***

Годен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности
иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH
"ИФА-антиTORCH-IgG-авидность"

Комплект №3/2

Тест-система иммуноферментная для определения
индекса avidности видоспецифических
иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу
ИФА-антиЦМВ-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	15 шт.
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
Карточка маркировки стрипов по инфекциям	1 шт.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют	



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиЦМВ-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 3/2

Каталожный № 07.03.3/2

Серия **

Контрольный № **










Дата изготовления: ***

Годен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH
"ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность"

Комплект №4/1

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса простого I и II типов
ИФА-антиВПГ-1+2-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Kна, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиВПГ-1+2-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 4/1

Каталожный №

08.05.4/1

Серия

**

Контрольный №

**










Дата изготовления:

Годен до:

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

(Signature)

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям инфекций группы TORCH

"ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность"

Комплект №4/2

Тест-система иммуноферментная для определения индекса avidности видоспецифических

иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса простого I и II типов
ИФА-антиВПГ-1+2-IgG-авидность

Рассчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
K+на, инактивированный	1 фл. (1,3 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
ДР	1 фл. (10 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
Карточка маркировки стрипов по инфекциям	1 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиВПГ-1+2-IgG-авидность

ТУ 9398-105-70423725-2021

РУ №ФСР 2011/12217 от 31.08.2018

Комплект № 4/2

Каталожный №

08.05.4/2

Серия

**

Контрольный №

**











Дата изготовления: ***

Гожен до: ***

Для профессионального применения



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
2022 г.







**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения
индекса avidности иммуноглобулинов класса G к возбудителям
инфекций группы TORCH»
"ИФА-антиТОРЧ-IgG-авидность"**

Комплект № 1 "ИФА-антиТоксо-IgG-авидность"


Комплект № 1/1 "ИФА-антиТоксо-IgG-авидность" Серия 01 от 2021.01.22







Комплект № 2 – "ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность"


Комплект № 2/1– "ИФА-антиКраснуха-IgG-авидность" Серия 03 от 2021.01.22







Комплект № 3/1- "ИФА-антиЦМВ-IgG-авидность" Серия 05 от 2021.01.22





Комплект № 4 "ИФА-антиВППГ-1+2-IgG-авидность"
Комплект № 4/1 – "ИФА-антиВППГ-1+2-IgG-авидность" Серия 07 от 2021.01.22.





Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

27 2022 г.

