

Образцы маркировки медицинского изделия

Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии
суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с
принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-локоть"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б


Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-локоть компакт"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru




ООО "Орторент"



IPX0





Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-плечо"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-кисть"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 20 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0





Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-лучезапястный"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 20 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов нижних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-голеностоп"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"




IPX0



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ




Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-кисть»




Исполнительный механизм разработки кисти, включая
большой палец



Ручной пульт управления




Электронный носитель информации - карта пациента



Чемодан для хранения



Упаковка



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-кисть"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 20 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2020

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0



Дубликат маркировки изделия наносимый на упаковку

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ




Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних
остей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-лучезапястный»



Исполнительный механизм разработки лучезапястного
сустава



Ручной пульт управления




Электронный носитель информации - карта пациента



Чемодан для хранения



Упаковка



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-лучезапястный"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 20 ВА


Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01

 **10.04.2023**

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

 ООО "Орторент"



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Генеральный директор _____
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ




Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов нижних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-голеностоп»



Исполнительный механизм разработки голеностопного сустава



Ручной пульт управления




Электронный носитель информации - карта пациента



Тележка



Упаковка



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов нижних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-голеностоп"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности : I

Серийный номер 01

 **10.04.2023**

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

 ООО "Орторент"



IPX0



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов О. А.



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ




Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-локоть компакт»



Исполнительный механизм разработки локтевого сустава



Ручной пульт управления



Электронный носитель информации - карта пациента




Стул



Подлокотники к стулу



Упаковка



Дубликат маркировки изделия наносимый на упаковку


Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ



Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-локоть»



Исполнительный механизм разработки локтевого сустава




Кресло аппарата мобильное



Ручной пульт управления




Подлокотник



Электронный носитель информации - карта пациента



Упаковка



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-локоть"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности : I

Серийный номер 01

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

 10.04.2023


 ООО "Орторент"



IPX0



Дубликат маркировки изделия наносимый на упаковку



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-локоть"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности : I

Серийный номер 01

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



10.04.2023



ООО "Орторент"



IPX0



Дубликат маркировки изделия наносимый на упаковку

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов О.А.



Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ОРТО.941569.010 ТУ



Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-плечо»



Исполнительный механизм разработки плечевого сустава




Кресло аппарата мобильное




Ручной пульт управления



Подлокотник




Ограничитель плеча



Электронный носитель информации - карта пациента



Упаковка



Сделано в России

Аппарат двигательный для
роботизированной механотерапии
суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ"
по ОРТО.941569.010 ТУ

модель "Орторент-плечо"

РУ № _____ от _____

Напряжение питания: ~230 В, 50 Гц

Максимальная

потребляемая мощность: 40 ВА

Класс электробезопасности: I

Серийный номер 01



10.04.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



IPX0



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 9 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов О. А.

