



Комплект №1 Серия 01 от 2020.01







Комплект №1






ИФА-ЦМВ-IgM
 ТУ 9145-05-1423725-2023
 RU №0250-2023-01423725-2023
 Дата изготовления 2023.01
 Срок годности 2024.01
 Серия 03
 Номер партии № 70
 02.01.23
 70



ЗАО «ЭКОлаб»
 142330 Московская обл.
 г. Электрогорск, ул. Бухарного, 1А.
 Тел: (49643) 3-23-11, 3-30-93
 Тел./факс (49643) 3-30-85
 www.ekolab.ru



Набор реагентов
 Для ускоренной диагностики ЗАО «ЭКОлаб»
 Тест-система иммуноферментная для выявления
 вирусологической активности М в цитомегаловирусу
ИФА-ЦМВ-IgM
 Комплект №2 Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контрольные
 Состав набора
 Иммуносорбент 1 шт.
 К₊, инактивированный 1 фл. (12 мл)
 К₋, инактивированный 1 фл. (2,0 мл)
 К₊, инактивированный 1 фл. (2,0 мл)
 Конъюгат 1 фл. (13 мл)
 БР 1 фл. (7,5 мл)
 РИ 1 фл. (13 мл)
 РР(25) 2 фл. (по 40 мл)
 РПРО 1 фл. (15 мл)
 РРО 1 фл. (15 мл)
 Стол реагент 1 фл. (12,5 мл)
 Одноразовые наконечники для автоматических ридеров 16 шт.
 Автоматический планшет для оптического readings образцов 2 шт.
 Принадлежности:
 Вспомогательные пластиковые емкости 4 шт.
 Инструкция для персонала 1 шт.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 06

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.



лабор реактивов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу

ИФА-ЦМВ-IgM

Комплект №1

Состав набора
Иммуносорбент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

БР

РИ

ПР(х25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Набор рассчитан на проведение

96 анализов, включая контрольные

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (7,5 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

2 шт.

4 шт.

4 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 год.

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

ТУ 9398-028-70423725-2020

ПУ №ФСР 2007/01444 от 14.05.2018

Комплект №1 Каталогный № 07.01.1

Серия 01 Контрольный № 69

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06

07.01.1

ЗАО "ЭКОлаб"

ПР(х25)

с. 01 40 мл

Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО

с. 01 15 мл

Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

Иммуносорбент

с. 01

Годен до: 2021.06

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

Конъюгат

с. 01

Годен до: 2021.06

ЗАО "ЭКОлаб"

БР

с. 01 7,5 мл

Годен до: 2021.06

ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 01 13 мл

Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 01 12,5 мл

Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 01 15 мл

Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 01 K+

Годен до: 2021.06

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 01 K+

Годен до: 2021.06

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 01 K-

Годен до: 2021.06

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу

ИФА-ЦМВ-IgM

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение

Состав набора
Иммуносорбент

96 анализов, включая контрольные

К+, инактивированный
К+пор, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат

1 шт.
1 фл. (1,2 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (7,5 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (15 мл)
1 фл. (15 мл)
1 фл. (12,5 мл)
16 шт.

БР
РИ
РПРО
РРО
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток
Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

2 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 год.



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

ТУ 9398-028-70423725-2020


РУ №ФСР 2007/01444 от 14.05.2018

Комплект №2 Каталогный № 07.01.2

Серия 02 Контрольный № 70

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ПР(x25)

с. 02 40 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО

с. 02 15 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

**ИФА-ЦМВ-IgM
Иммуносорбент**

с. 02
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

**ИФА-ЦМВ-IgM
Конъюгат**


Титр 1:2000
с. 02 13 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

БР

с. 02 7,5 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 02 13 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 02 12,5 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 02 15 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 02 К+ 1,2 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 02 К+ 2,0 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ЦМВ-IgM

с. 02 К- 2,0 мл
Годен до: 2021.06



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

06 07 2021 г.

