



Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 1

«РНК Экстракт» (100 определений)

№ серии: 05

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.01

Состав набора:

Реагенты для амплификации:


|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Реагенты для выделения РНК:

|                      |       |        |
|----------------------|-------|--------|
| Высаливающий раствор | 1 фл. | 30 мл  |
| Осаждающий раствор   | 1 фл. | 110 мл |
| Промывочный раствор  | 1 фл. | 100 мл |
| Элюирующий раствор   | 1 фл. | 15 мл  |
| Инструкция           | 1 шт. |        |

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения

ЗАО "ЭКОлаб"



Серия: 05

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №1 «РНК Экстракт» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №




Каталожный № 100.01

Контрольный № 1103

Серия: 05

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23



ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №1  
"РНК Экстракт"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №






Кат. № 100.01

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Серия: 05

Годен до: 2022.09.23



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.



Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 1

«РНК Экстракт» (100 определений)

№ серии: 12

**ЗАО "ЭКОлаб"**

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.01

Состав набора:

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
 Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
 ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
 ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Реагенты для выделения РНК:

Высаливающий раствор 1 фл. 30 мл  
 Осаждающий раствор 1 фл. 110 мл  
 Промывочный раствор 1 фл. 100 мл  
 Элюирующий раствор 1 фл. 15 мл

Инструкция 1 шт.

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения

Комплект №1 «РНК Экстракт» (на 100 определений)



Серия: 12  
 Дата изг.: 2021.09.24  
 Годен до: 2022.09.24

**ЗАО "ЭКОлаб"**

Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
 Комплект №1 «РНК Экстракт» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №


Каталожный № 100.01

Контрольный № 1131

Серия: 12

Дата изг.: 2021.09.24

Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

Элюирующий раствор, 15 мл

«КовидЭк» Комплект №1  
 «РНК Экстракт»  
 С. 12  
 Дата изг.: 2021.09.24  
 Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

Промывочный раствор, 100 мл

«КовидЭк» Комплект №1  
 «РНК Экстракт»  
 С. 12  
 Дата изг.: 2021.09.24  
 Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

Высаливающий раствор, 30 мл

«КовидЭк» Комплект №1  
 «РНК Экстракт»  
 С. 12  
 Дата изг.: 2021.09.24  
 Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

Осаждающий раствор, 110 мл

«КовидЭк» Комплект №1  
 «РНК Экстракт»  
 С. 12  
 Дата изг.: 2021.09.24  
 Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

«КовидЭк» Комплект №1  
 «РНК Экстракт»

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №


Кат. № 100.01

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
 Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
 ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
 ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 12

Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**


Праймеры COVID-19 1,0 мл

«КовидЭк» Комплект №1

Серия: 12 «РНК Экстракт»

Дата изг.: 2021.09.24

Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл

«КовидЭк» Комплект №1

Серия: 12 «РНК Экстракт»

Дата изг.: 2021.09.24

Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**


ОКО 1,0 мл

«КовидЭк» Комплект №1

Серия: 12 «РНК Экстракт»

Дата изг.: 2021.09.24

Годен до: 2022.09.24



**ЗАО "ЭКОлаб"**

ПКО 0,2 мл

«КовидЭк» Комплект №1

Серия: 12 «РНК Экстракт»

Дата изг.: 2021.09.24

Годен до: 2022.09.24



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

«Утверждаю»  
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»  
Т.Ю. Гашенко  
15 07 2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 2

«РНК Магнит» (100 определений)

№ серии: 06

ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо-и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021 Комплект №2 "РНК Магнит" (на 100 определений)

РУ №

Каталожный № 100.02

Состав набора:

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Реагенты для выделения РНК:

Магнитный сорбент 1 пробирка 1,5 мл

Сорбирующий раствор 1 фл. 30 мл

Промывочный раствор 1 фл. 30 мл

Элюирующий раствор 1 фл. 15 мл

Инструкция 1 шт

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



Серия: 06  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо-и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Комплект №2 "РНК Магнит" (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №


Каталожный № 100.02

Контрольный № 1104

Серия: 06

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Промывочный раствор, 30 мл

"КовидЭк" Комплект №2

"РНК Магнит"

С. 06

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Сорбирующий раствор, 30 мл

"КовидЭк" Комплект №2

"РНК Магнит"

С. 06

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Элюирующий раствор, 15 мл

"КовидЭк" Комплект №2

"РНК Магнит"

С. 06

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Магнитный сорбент 1,5 мл

"КовидЭк" Комплект №2

"РНК Магнит"

С. 06

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

"КовидЭк" Комплект №2 "РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.02

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл


Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 06

Годен до: 2022.09.23



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Праймеры COVID-19 1,0 мл

"КовидЭк" Комплект №2

Серия: 06 "РНК Магнит"

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл

"КовидЭк" Комплект №2

Серия: 06 "РНК Магнит"

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ОКО 1,0 мл

"КовидЭк" Комплект №2

Серия: 06 "РНК Магнит"

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ПКО 0,2 мл

"КовидЭк" Комплект №2

Серия: 06 "РНК Магнит"

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

«Утверждаю»

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 2

«РНК Магнит» (100 определений)

№ серии: 13

ЗАО «ЭКОлаб»

Для учреждений здравоохранения  
Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Каталожный № 100.02  
Состав набора:  
Реагенты для амплификации  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл  
Реагенты для выделения РНК  
Магнитный сорбент 1 пробирка 1,5 мл  
Сорбирующий раствор 1 фл. 30 мл  
Промывочный раствор 1 фл. 30 мл  
Элюирующий раствор 1 фл. 15 мл  
Инструкция 1 шт.  
Компоненты требуют разных температурных режимов хранения




Серия: 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения  
Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №2 «РНК Магнит» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Каталожный № 100.02  
Контрольный № 1132

Серия: 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24



ЗАО «ЭКОлаб»  
Сорбирующий раствор, 30 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
«РНК Магнит»  
С. 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»  
Промывочный раствор, 30 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
«РНК Магнит»  
С. 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»  
Элюирующий раствор, 15 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
«РНК Магнит»  
С. 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24


ЗАО «ЭКОлаб»  
Магнитный сорбент 1,5 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
«РНК Магнит»  
С. 13  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

«КовидЭк» Комплект №2  
«РНК Магнит»

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Кат. № 100.02

Реагенты для амплификации:  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл  
Серия: 13  
Годен до: 2022.09.24



ЗАО «ЭКОлаб»  
Праймеры COVID-19 1,0 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
Серия: 13 «РНК Магнит»  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»  
ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
Серия: 13 «РНК Магнит»  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»  
ОКО 1,0 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
Серия: 13 «РНК Магнит»  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»  
ПКО 0,2 мл  
«КовидЭк» Комплект №2  
Серия: 13 «РНК Магнит»  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

«Утверждаю»  
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»  
Т.Ю. Гашенко  
«15» 04 2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 1.п.

«РНК Экстракт» (100 определений)

№ серии: 07

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №1.п. «РНК Экстракт» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.01.1/1п

Состав набора:

Реагенты для амплификации  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл


Реагенты для выделения РНК  
Высаливающий раствор 1 фл. 30 мл  
Осаждающий раствор 1 фл. 110 мл  
Промывочный раствор 1 фл. 100 мл  
Этирующий раствор 1 фл. 15 мл

Инструкция 1 шт

Плоскост для ПЦР 1 шт

Пленка для ПЦР планшетов 1 шт

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



Серия: 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №1.п. «РНК Экстракт» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021


РУ №

Каталожный № 100.01.1/1п  
Контрольный № 1105

Серия: 07

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23



ЗАО «ЭКОлаб»  
Высаливающий раствор,  
30 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
Осаждающий раствор,  
110 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
Промывочный раствор,  
100 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
Этирующий раствор,  
15 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021


РУ №

Кат. № 100.01.1/1п

Реагенты для амплификации:  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 07

Годен до: 2022.09.23



ЗАО «ЭКОлаб»  
Праймеры COVID-19 1,0 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
Серия: 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
Серия: 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
ОКО 1,0 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
Серия: 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»  
ПКО 0,2 мл  
«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
Серия: 07  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

«Утверждаю»

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

«15» 09 2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 1.п.

«РНК Экстракт» (100 определений)

№ серии: 14

ЗАО «ЭКОлаб»

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени


ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
ру №

Каталожный № 100.01.1/1п

Состав набора:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Реагенты для амплификации  |                   |
| ОТ-ПЦР-реагент             | 1 пробирка 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19          | 1 пробирка 1,0 мл |
| ПКО                        | 1 пробирка 0,2 мл |
| ОКО                        | 1 пробирка 1,0 мл |
| Реагенты для выделения РНК |                   |
| Высаливающий раствор       | 1 фл. 30 мл       |
| Осаждающий раствор         | 1 фл. 110 мл      |
| Промывочный раствор        | 1 фл. 100 мл      |
| Элюирующий раствор         | 1 фл. 15 мл       |
| Инструкция                 | 1 шт              |
| Плоский для ПЦР            | 1 шт              |
| Плоский для ПЦР планшета   | 1 шт              |

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



Серия: 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения


Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Комплект №1.п. «РНК Экстракт» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
ру №

Каталожный № 100.01.1/1п  
Контрольный № 1133

Серия: 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24



ЗАО «ЭКОлаб»

Высаливающий раствор,

30 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

Осаждающий раствор,

110 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

Промывочный раствор,

100 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

Элюирующий раствор,

15 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

ру №


Кат. № 100.01.1/1п

Реагенты для амплификации:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка 1,0 мл |

Серия: 14

Годен до: 2022.09.24



ЗАО «ЭКОлаб»

Праймеры COVID-19 1,0 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

ОКО 1,0 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО «ЭКОлаб»

ПКО 0,2 мл

«КовидЭк» Комплект №1.п.  
«РНК Экстракт»  
С. 14  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Иванова Жигалева О.Н.

«Утверждаю»

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

Комплект № 2.п.

«РНК Магнит» (100 определений)

№ серии: 08

ЗАО «ЭКОлаб»

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021 Комплект №2.п. «РНК Магнит» (на 100 определений)

РУ №

Каталожный № 100.01.2/2п

Состав набора

Реагенты для амплификации

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Реагенты для выделения РНК

Магнитный сорбент 1 пробирка 1,5 мл

Сорбирующий раствор 1 фл. 30 мл

Промывочный раствор 1 фл. 30 мл

Элюирующий раствор 1 фл. 15 мл

Пластины для ПЦР 1 шт



Пленка для пластины 1 шт

Инструкция 1 шт

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения

-24°C 16°C

2°C 8°C



Серия: 08  
Дата изг.: 2021.09.23  
Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Комплект №2.п. «РНК Магнит» (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.01.2/2п

Контрольный № 1108

Серия: 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23



2°C 8°C

ЗАО «ЭКОлаб»

Промывочный раствор 30 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

Сорбирующий раствор 30 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

Элюирующий раствор 15 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

МАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ 1,5 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

ОКО 1,0 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

ПКО 0,2 мл

«КовидЭк» Комплект №2.п.

«РНК Магнит»

С. 08

Дата изг.: 2021.09.23

Годен до: 2022.09.23

ЗАО «ЭКОлаб»

«КовидЭк» Комплект №2.п.  
«РНК Магнит»

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01.2/2п

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 08

Годен до: 2022.09.23

-24°C 16°C

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева Жигалева О.Н.

«Утверждаю»

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г.

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021


Комплект № 2.п.

«РНК Магнит» (100 определений)

№ серии: 15

ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения  
Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №2.п. «РНК Магнит» (на 100 определений)  
ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Каталожный № 100.01.2/2п  
Состав набора:  
Реагенты для амплификации:  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл  
Реагенты для выделения РНК:  
Магнитный сорбент 1 пробирка 1,5 мл  
Сорбирующий раствор 1 фл. 30 мл  
Промывочный раствор 1 фл. 30 мл  
Элюирующий раствор 1 фл. 15 мл  
Планшет для ПЦР 1 шт.  
Плоская для планшета 1 шт.  
Инструкция 1 шт.  
Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



Серия: 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения  
Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №2.п. «РНК Магнит» (на 100 определений)  
ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Каталожный № 100.01.2/2п  
Контрольный № 1134



Серия: 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Промывочный раствор,  
30 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Сорбирующий раствор,  
30 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Элюирующий раствор,  
15 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб"

Магнитный сорбент 1,5 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24


ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
Р/У №  
Кат. № 100.01.2/2п

Реагенты для амплификации:  
ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл  
Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,0 мл  
ПКО 1 пробирка 0,2 мл  
ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 15  
Годен до: 2022.09.24



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"  
Праймеры COVID-19 1,0 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"  
ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"  
ОКО 1,0 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"  
ПКО 0,2 мл  
"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"  
С. 15  
Дата изг.: 2021.09.24  
Годен до: 2022.09.24

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР Жигалева О.Н.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

8 лист

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

15 2022 г.



**Фотографические изображения общего вида  
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения  
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №1 «РНК Экстракт» Серия 05 от 2021.09.23**

Вид сверху открытой коробки набора реагентов






Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.05 и коробки с реагентами  
для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 05 от 2021.09.23 (не в сборе)



ЗАО "ЭКОлаб"



"КовидЭк" Комплект №1  
"РНК Экстракт"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №


Кат. № 100.01

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Серия: 05

Годен до: 2022.09.23



**Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов  
«КовидЭк», серия 05 от 2021.09.23**



**Фото пробирок с реагентами для амплификации «КовидЭк», серия 05 от  
2021.09.23**



**Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 05 от  
2021.09.23**





**Фотографические изображения общего вида  
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения  
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных  
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**

**Комплект № 2 «РНК Магнит» Серия 06 от 2021.09.23**

Вид сверху открытой коробки набора реагентов



Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.06 и коробки с реагентами для  
амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 06 от 2021.09.23 (не в сборе)






**Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
серия 06 от 2021.09.23**



Фото пробирок с реагентами для амплификации «КовидЭк», серия 06 от 2021.09.23



Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк»,  
серия 06 от 2021.09.23





**Фотографические изображения общего вида**

**Набора реагентов «КовидЭк» для выделения**

**и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках  
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**


**Комплект №1.п. «РНК Экстракт» Серия 07 от 2021.09.23**


Вид сверху открытой коробки набора реагентов





**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер. 07 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 07 от 2021.09.23 (не в сборе)**





ЗАО «ЭКОлаб»  
142530 Московская обл.,  
г. Электрогорск, ул. Будённого, 1-1а.  
Тел.: 8 (800) 333-33-47  
www.ekolab.ru

ЗАО "ЭКОлаб"

**"КовидЭк" Комплект №1.п.  
"РНК Экстракт"**

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01.1/1п

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Серия: 07

Годен до: 2022.09.23



-24°C




Фото пробирок с реагентами для амплификации и планшетом «КовидЭк», серия 07  
от 2021.09.23




Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 07 от  
2021.09.23





**Фотографические изображения общего вида**

**Набора реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**

**Комплект №2.п.**

**«РНК Экстракт» Серия 08 от 2021.09.23**

Вид сверху открытой коробки набора реагентов








**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер. 08 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 08 от 2021.09.23 (не в сборе)**





ЗАО «ЭКОлаб»  
142530 Московская обл.,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, 1-1а.  
Тел. 8 (800) 333-33-47  
www.ekolab.ru

ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01.2/2п

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |


Серия: 08

Годен до: 2022.09.23



IVD

-24°C



-16°C

Фото пробирок с реагентами для амплификации и планшетом «КовидЭк», серия 08  
от 2021.09.23



Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 08 от  
2021.09.23





**Фотографические изображения общего вида**

**Набора реагентов «КовидЭк» для выделения**

**и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках  
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**

**Комплект №1 «РНК Экстракт» Серия 12 от 2021.09.24**

**Вид сверху открытой коробки набора реагентов**





# ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения  
Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и  
качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2  
в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР  
в режиме реального времени  
Комплект №1 "РНК Экстракт" ( на 100 определений )

ТУ 21 20 23-324-70423725-2021  
РУ №

Каталожный № 100.01  
Контрольный № 1131

Серия 12  
Дата изг. 2021 09 24  
Годен до 2022 09 24





Для профессионального применения

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного  
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных  
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21 20 23-324-70423725-2021  
РУ № Каталожный № 100.01  
Комплект №1 "РНК Экстракт" (на 100 определений)

Состав набора

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Реагент для амплификации<br>ОТ-ПЦР-реагент | 1 пробирка 0,5 мл |
| Применение COVID-19                        | 1 пробирка 1,0 мл |
| ОК                                         | 1 пробирка 0,2 мл |
| Реагент для выделения РНК                  | 1 пробирка 1,0 мл |
| Высаливающий раствор                       | 30 мл             |
| Светляющий раствор                         | 1 флакон 110 мл   |
| Промывочный раствор                        | 1 флакон 100 мл   |
| Экстракционный раствор                     | 1 флакон 15 мл    |
| Инструкция                                 | 1 шт              |



Серия 12  
Дата изг. 2021 09 24  
Годен до 2022 09 24

www.ekolab.ru

Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.12 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,

Серия 12 от 2021.09.24 (не в сборе)




**Фото ( вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов  
«КовидЭк», серия 12 от 2021.09.24**




Фото пробирок с реагентами для амплификации «КовидЭк», серия 12 от  
2021.09.24



Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк»,  
серия 12 от 2021.09.24





**Фотографические изображения общего вида  
Набора реагентов «КовидЭк» для выделения  
и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных  
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**

**Комплект №2 «РНК Магнит» Серия 13 от 2021.09.24**

Вид сверху открытой коробки набора реагентов



Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.06 и коробки с реагентами для  
амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 13 от 2021.09.24 (не в сборе)




Для профессионального применения  
**Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и  
 качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2  
 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР  
 в режиме реального времени**  
 Комплект №2 "РНК Магнит" (на 100 определений)

**ЗАО "ЭКОлаб"**

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
 Ру №  
 Каталогный № 100.02  
 Контрольный № 1132

Серия 13  
 Дата изг. 2021.09.24  
 Годен до 2022.09.24



Для профессионального применения  
**Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного  
 выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках  
 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**  
 Комплект №2 "РНК Магнит" (на 100 определений)

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021  
 Ру №  
 Каталогный № 100.02  
 Контрольный № 1132

Серия 13  
 Дата изг. 2021.09.24  
 Годен до 2022.09.24

www.ekolab.ru

**ЗАО "ЭКОлаб"**




Фото (вид сверху) коробки с реагентами для амплификации набора реагентов  
«КовидЭк», серия 13 от 2021.09.24



**Фото пробирок с реагентами для амплификации «КовидЭк», серия 13 от 2021.09.24**



**Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк»,  
серия 13 от 2021.09.24**



ЗАО "ЭКОлаб"

# ИНСТРУКЦИЯ по применению

Набор реагентов

Набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного  
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных  
мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Реагентами для исследования № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАО "ЭКОлаб"

Для упрощения хранения и транспортировки  
набор реагентов «КовидЭк» для выделения и качественного  
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо и орофарингеальных мазках  
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.30.20-2017-09-001

Комплект №2 "РНК Магнит" для 100 образцов

Р/у №

Содержимое набора

Реагенты для выделения РНК

ОТ-ПЦР-магнит

Пробирки COVID-19

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

www.ekolab.ru

ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2  
"РНК Магнит"

ТУ 21.30.20-2017-09-001

Р/у №

Содержимое набора

Реагенты для выделения РНК

ОТ-ПЦР-магнит

Пробирки COVID-19

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

Пробирки

www.ekolab.ru


**Фотографические изображения общего вида**

**Набора реагентов «КовидЭк» для выделения**


**и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках  
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
Комплект №1.п. «РНК Экстракт» Серия 14 от 2021.09.24**


Вид сверху открытой коробки набора реагентов





**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер. 14 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 14 от 2021.09.24 (не в сборе)**





**ЭКОлаб**

ЗАО «ЭКОлаб»  
142530 Московская обл.,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, 1-1а  
Тел.: 8 (800) 333-33-47  
[www.ekolab.ru](http://www.ekolab.ru)

ЗАО "ЭКОлаб"

**"КовидЭк" Комплект №1.п.  
"РНК Экстракт"**

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01.1/1п

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Серия: 14

Годен до: 2022.09.24



-24 °C -16 °C

Фото пробирок с реагентами для амплификации и планшетом «КовидЭк», серия 14  
от 2021.09.24





Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 14 от  
2021.09.24





**Фотографические изображения общего вида**


**Набора реагентов «КовидЭк» для выделения**

**и качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках  
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени**

**Комплект №2.п. «РНК Экстракт» Серия 15 от 2021.09.24**


**Вид сверху открытой коробки набора реагентов**





**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк» сер.15 и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк»,  
Серия 15 от 2021.09.24 (не в сборе)**





ЗАО «ЭКОлаб»  
142530 Московская обл.,  
г. Электрогорск, ул. Будённого, 1-1а.  
Тел.: 8 (800) 333-33-47  
[www.ekolab.ru](http://www.ekolab.ru)

ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк" Комплект №2.п.  
"РНК Магнит"

ТУ 21.20.23-324-70423725-2021

РУ №

Кат. № 100.01.2/2п

Реагенты для амплификации:

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка | 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка | 1,0 мл |
| ПКО               | 1 пробирка | 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка | 1,0 мл |

Серия: 15

Годен до: 2022.09.24



-24 °C -16 °C

Фото пробирок с реагентами для амплификации и планшетом «КовидЭк», серия 15 от 2021.09.24




Фото флаконов с реагентами для выделения РНК «КовидЭк», серия 15 от 2021.09.24





Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

53 лист

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.

