




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Предприятие «Аист»

 А.А.Воротникова

«28» марта 2024 г

Фотографические изображения

Медицинского изделия

«Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019»

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на
верхнюю конечность «Beautiful line»

Модель №0666

**Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019**

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность «Beautiful line», модель №0666, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, 06; цвет: черный; бежевый.
Состав сырья: ПА 73%, ПУ 27%.

Общий вид медицинского изделия

**Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность**

модель №0666



Вид спереди



Вид сзади



Маркировка и упаковка

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность «Beautiful line»: картонный ярлык, в том числе с наклеиваемой этикеткой (на обороте); лента с изображением товарного знака ; рекламный мини-буклет.



Первичная упаковка



Потребительская упаковка

Вид спереди

Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность

МОДЕЛЬ
№ 0666

Применяется после операций
на верхних конечностях.

Beautiful line
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ



Вид сзади



ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОРАЗМЕРА

ТИПОРАЗМЕР	Обхват плеча, см
01	24.0-26.5
02	26.5-29.0
03	29.0-31.5
04	31.5-34.0
05	34.0-36.5
06	36.5-39.0

Упаковка: изделие хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +15°C до +40°C в относительной влажности 50-75%.
Упаковка: изделие использовать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.
Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев с даты продажи, в пределах срока годности.

Подробнее о продукции:
www.beautiful-line.ru
8 800 505 65 36

Обратитесь к инструкции по применению в электронном виде



Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат выдан АНО «ЦИРМИ» г. Челябинск (ИД РОСС RU.0001.13044XZ).

Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.43.05.003-2016. Выпускает компания Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность "Beautiful line".
МОДЕЛЬ 0666
4 603500 297688
Сделано в Китае
Получено в России
Срок годности 5 лет
с даты изготовления
Серия 1
Россия 156025 г. Кострома, Рабочий пр-д д. 7 к.402

Этикетка, наклеиваемая на лист- вкладыш

Подробнее о продукции:
www.beautiful-line.ru
8 800 505 65 36



Обратитесь
к инструкции
по применению
в электронном виде.



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» г. Челябинск
(№ РОСС RU.0001.13ФК82).

Рукав послеоперационный компрессионный
на верхнюю конечность по ТУ 32.60.60-062-60110746-2019
Вариант исполнения: Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю конечность "Beautiful line"
Модель №0666

4 603500 297688

Состав сырья: ПА 73%, ПУ 27%
ПУ № РЗН 2022/17610 от XX.XX.20XX.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, к.403

типоразмер

цвет
Партия №_
(число.месяц.год)
Срок годности 6 лет
с даты изготовления

Сорт 1

Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность

МОДЕЛЬ

№ 0666

Применяется после операций
на верхних конечностях.

Beautiful line

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ



Вид сзади



ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОРАЗМЕРА

ТИПОРАЗМЕР	Обхват плеча, см
01	24.0-26.5
02	26.5-29.0
03	29.0-31.5
04	31.5-34.0
05	34.0-36.5
06	36.5-39.0

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 50-75%.
Условия утилизации: использованные медицинские изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.
Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев с даты продажи, в пределах срока годности.

Подробнее о продукции:

www.beautiful-line.ru

8 800 505 65 36



Обратитесь
к инструкции
по применению
в электронном виде.



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» г. Челябинск
(№ РОСС RU.0001.13ФК82).

Рукав послеоперационный компрессионный
на верхнюю конечность по ТУ 32.55.55-852-0916746-2019
Вариант исполнения: Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю конечность "Beautiful line"

Модель №0666

4 603500 297688

Состав смеси: ПА 73%, ПВ 27%
Р/у № РЗН 2022/7810 от XX.XX 20XX

Издот: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 7, к. 403

ТИПОРАЗМЕР

ЦВЕТ

Партия №

(число/месяц/год)

Срок годности 6 лет

с даты изготовления

Серт 1

Инструкция по применению МИ (сокращенный вариант Инструкции по применению медицинского изделия «Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019». Полная версия)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ медицинского изделия
(сокращенный вариант Инструкции по применению медицинского изделия «Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019». Полная версия)
Наименование медицинского изделия: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019 в различных исполнениях

1. Рукав
послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
- модель М0666, типоразмеры 01, 02, 03, 04, 05, 06, цвет: черный, бежевый, шт.
- модель М0766, типоразмеры 01, 02, 03, 04, 05, 06, цвет: черный, бежевый, шт.

2. Рукав
послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
- модель М0766, типоразмеры 01, 02, 03, 04, 05, 06, цвет: черный, бежевый, шт.
- модель М0666, типоразмеры 01, 02, 03, 04, 05, 06, цвет: черный, бежевый, шт.

Назначение и область применения медицинского изделия.
Медицинское изделие предназначено для профилактики послеоперационных осложнений после плановых и экстренных операций на верхних конечностях.
Полноценным потребностям медицинского изделия являются: таргетные хирургические вмешательства, послеоперационные потребности медицинского изделия на верхних конечностях. Специальных требований к уходу за изделием нет. Подготовка изделия к использованию для применения медицинского изделия не требуется.
Рукав применяется в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Применение к медицинскому изделию:
- реабилитационный период после плановых и экстренных операций на верхних конечностях.

Применение изделия к медицинскому изделию:
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.

Меры предосторожности при применении медицинского изделия:
- перед применением изделие должно быть тщательно осмотрено.
- при применении изделие должно быть тщательно осмотрено.
- при применении изделие должно быть тщательно осмотрено.

Важные замечания:
- изделие является медицинским изделием, которое должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.
- изделие является медицинским изделием, которое должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.
- изделие является медицинским изделием, которое должно использоваться в соответствии с инструкцией по применению.


Применение изделия к медицинскому изделию:
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.
- при применении при плановых и экстренных операциях на верхних конечностях.

Применение изделия к медицинскому изделию:

Теплопроводность рукава определяется объектом измерения.
Размерный ряд для определения теплопроводности рукава приведен в таблице 1.

Объект измерения, см	Теплопроводность
30,0 - 35,5	01
35,5 - 40,0	02
40,0 - 45,5	03
45,5 - 50,0	04
50,0 - 55,5	05
55,5 - 60,0	06

Уход за медицинским изделием следует проводить в соответствии с рекомендациями по уходу, приведенными на этикетке изделия.



ВНИМАНИЕ.
- не использовать изделие, если оно повреждено или деформировано;
- не использовать изделие, если оно повреждено или деформировано;
- не использовать изделие, если оно повреждено или деформировано.

Условия транспортировки и хранения. Транспортировать медицинское изделие, упакованное в оригинальную упаковку, разрешается в соответствии с требованиями к транспортировке медицинских изделий.
Условия хранения медицинского изделия в оригинальной упаковке в соответствии с требованиями к хранению медицинских изделий.

Хранение медицинского изделия. Хранить изделие в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 °С до +40 °С, в соответствии с требованиями к хранению медицинских изделий.

Комплектование медицинского изделия.
В комплект изделия входит:
- инструкция по применению изделия, одобренная производителем (или ее копия);
- инструкция по применению изделия, одобренная производителем (или ее копия).

Срок годности (полноты) и условия на время использования медицинского изделия по истечении срока годности (полноты).
Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет с даты выпуска, в пределах срока годности.
Гарантийный срок изделия - 3 года с даты изготовления.

Сведения о производителе медицинского изделия.
Наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Анест» (ООО «Анест»)
Адрес: Московская область, Россия, 150025, г. Косихино, Рабочий поселок, дом 7, кабинет 403
Телефон: +7(4942) 510100, факс: +7(4942) 510100, e-mail: info@anest.ru
Адрес сайта производителя: anest.ru
Россия, 150025, г. Косихино, Рабочий поселок, дом 7

Сведения о регистрационном удостоверении изделия.
Рукав зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в соответствии с требованиями к медицинским изделиям.
(дата окончания срока действия регистрационного удостоверения)

Инструкция по применению медицинского изделия.
Инструкция по применению медицинского изделия «Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019» находится в комплекте изделия, при отсутствии - в комплекте к изделию.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 11

оригинал

лист 08

Директор


А.А.Воротникова





«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Предприятие «Аист»


А.А.Воротникова
«28»  2024 г

Фотографические изображения

Медицинского изделия

«Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019»

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на
верхнюю конечность «Beautiful line»

Модель №0766

**Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019**

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность «Beautiful line», модель №0766, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, 06; цвет: черный; бежевый. Состав сырья: ПА 73%, ПУ 27%

Общий вид медицинского изделия

**Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность**

модель №0766



Вид спереди



Вид сзади



Маркировка и упаковка

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность «Beautiful line»: картонный ярлык, в том числе с наклеиваемой этикеткой (на обороте); лента с изображением товарного знака; рекламный мини-буклет.



Первичная упаковка



Потребительская упаковка

Вид спереди



Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность

модель

№ 0766

Применяется после операций
на верхних конечностях.



Вид сзади

Beautiful line
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ



ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОРАЗМЕРА

ТИПОРАЗМЕР	Обхват плеча, см
01	24.0-26.5
02	26.5-29.0
03	29.0-31.5
04	31.5-34.0
05	34.0-36.5
06	36.5-39.0

Условия хранения: хранить в сухом проветриваемом от света месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 50-75%.
Упаковку рекомендуется использовать немедленно после вскрытия упаковки и в течение 4-х месяцев со дня изготовления в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 в целях безопасности.
Таблица размеров приведена для женщин 5-6 размеров и даны приблизительные значения.

Подробнее о продукции:
www.beautiful-line.ru
8 800 505 65 36



Обратитесь
к инструкции
по применению
в электронном виде.



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Сертификат выдан АНО «ЦИРМИ» и «ГосЗдравНадзор»
по ГОСТ ИСО 9001:2015.



Рукав послеоперационный компрессионный
на верхнюю конечность по ТУ 32.82.05.003-2017 от 14.06.2018
Выполнен из полипропилена. Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю конечность «Beautiful line»

Модель 0766

4 603500 297688

Срок годности 5 лет

ИЗД. 000 "Политэкс" 2018

Россия 196025, г. Колтуши, Рабочий пр-т, д. 7, к. 403

ТИПОРАЗМЕР

01-07

Полтава

гос. гос. зап. зап.

Срок годности 5 лет

8 800 505 65 36

Стр. 1

[illegible][illegible][illegible]

Measures of self-reported symptoms and measures of risk factors

Measures were used to assess self-reported symptoms and risk factors among participants involved in litigation. The measures were used to assess self-reported symptoms and risk factors among participants involved in litigation. The measures were used to assess self-reported symptoms and risk factors among participants involved in litigation.

[illegible]

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1992
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Важнейшим элементом системы является механизм формирования и реализации стратегии развития предприятия. В настоящее время в отечественных компаниях этот механизм отсутствует, что приводит к отсутствию стратегического управления. В результате компания не может эффективно использовать свои ресурсы и не может обеспечить долгосрочное развитие.

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1994
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Подробнее о продукции:
www.beautiful-line.ru
8 800 505 65 36



Обратитесь
к инструкции
по применению
в электронном виде.



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» г. Челябинск
(№ РОСС RU.0001.13ФК82).

Рукав послеоперационный компрессионный
на верхнюю конечность по ТУ 32.60.60-862-60110746-2019
Вариант исполнения: Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю конечность "Beautiful line"

Модель N20766

4 603500 297688

Состав сырья: ПА 73%, ПУ 27%
РУ № РЗН 2022/17610 от XX.XX.20XX.

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, к.403

типоразмер

цвет

Партия №

(число, месяц, год)

Срок годности 6 лет
с даты изготовления

Сорт 1

Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность

МОДЕЛЬ

№ 0766

Применяется после операций
на верхних конечностях.



Вид сзади

Beautiful line
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ БЕЛЬЕ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ



ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОРАЗМЕРА

ТИПОРАЗМЕР	Обхват плеча, см
01	24.0-26.5
02	26.5-29.0
03	29.0-31.5
04	31.5-34.0
05	34.0-36.5
06	36.5-39.0

Условия хранения: хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 50-75%.
Условия утилизации: использованные медицинские изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 вместе с бытовыми отходами.
Гарантийный срок эксплуатации — не менее 6 месяцев с даты продажи, в пределах срока годности.

Подробнее о продукции:

www.beautiful-line.ru

8 800 505 65 36



Обратитесь
к инструкции
по применению
в электронном виде.



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Сертификат выдан АНО «ЦРМИ» г. Челябинск
№ РОСС RU.0001.13ФХ821.

Рукав послеоперационный компрессионный
из эластичного материала по ТУ 32.56.66-362-0118746.2019
Верхний отдел изделия: Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю конечность "Beautiful line"

Модель №0766

4 603500 297688

Состав: хлопок 70%, ЛЭ 30%

РР № РЗ-322247810 от 11.11.2019

Издот: ООО "Предприятие" АИСТ

Россия 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 7, к. 403

ТИПОРАЗМЕР

ЦВЕТ

Партня №


(число, буква/год)

Срок годности 5 лет

с даты изготовления

Серия 1

Инструкция по применению МИ (сокращенный вариант Инструкции по применению медицинского изделия «Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019». Полная версия)



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью Н

срочно

лист ав

Директор

А.А.Воротникова



«УТВЕРЖДАЮ»



Директор

«Предприятие «Аист»

А.А.Воротникова

«28» марта 2024 г

Фотографические изображения

Медицинского изделия

«Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019»

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на
верхнюю конечность «Эффективная компрессия»

Модель №7366

**Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
по ТУ 32.50.50-062-50110745-2019**

Вариант исполнения: **Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
«Эффективная компрессия»**, модель №7366, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, 06; цвет: черный; бежевый.
Состав сырья: ПА 73%, ПУ 27%

Общий вид медицинского изделия

**Рукав послеоперационный
компрессионный
на верхнюю конечность**

модель №7366



Вид спереди



Вид сзади




Маркировка и упаковка

Вариант исполнения: Рукав послеоперационный компрессионный на верхнюю конечность
«Эффективная компрессия»: картонный ярлык, лента с изображением товарного знака ;
рекламный мини-буклет




Потребительская упаковка

Вид спереди




Вид сзаци





Рукав послеоперационный
компрессионный на верхнюю
конечность по ТУ
32.50.50-062-50110745-2019
Вариант исполнения: Рукав
послеоперационный
компрессионный на верхнюю
конечность "Эффективная
компрессия"

**Модель 7366 типоразмер
цвет**



Изготовитель: ООО "Предприятие "Аист"
Россия, 156025, г.Кострома, Рабочий пр-т, д.7, к.403
Срок годности 5 лет с даты изготовления Сорт 1
Состав сырья: ПА 73%, П 27%
РУ №РЗН 2022/17610 от XX.XX.20XX г.
Партия № (число.месяц.год)

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОРАЗМЕРА

Типоразмер	Обхват плеча, см
01	24,0—26,5
02	26,5—29,0
03	29,0—31,5
04	31,5—34,0
05	34,0—36,5
06	36,5—39,0

Лист – вкладыш









**ЭФФЕКТИВНАЯ
КОМПРЕССИЯ**

Оптимальная послеоперационная поддержка

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 70

десять

лист об

Директор

В.А. Воротникова

А.А.Воротникова

