

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА D
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
(РеалБест РНК ВГD количественный)
по 21.20.23-229-23548172-2023
(Серия 1)

Фотографическое изображение общего плана медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов для выявления
и количественного определения РНК
вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР
в режиме реального времени

**РеалБест РНК ВГD
количественный**

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

- | | | |
|--|------------|---|
| 1. Положительный контрольный образец (ПКО) | 2 фл. | 1 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС) | 96 пр. | 1 |
| 3. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) | 1 фл. 4 мл | 1 |
| 4. Оптическая пленка | 1,5 листа | |
| 5. Завинчивающиеся крышки для флаконов с ПКО | 2 шт. | |
| 6. Вкладыш со штрих-кодом | 1 шт. | |

ТУ 21.20.23-229-23548172-2023
РУ

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 1

РеалБест РНК ВГД

Инфекция: ВГД

Флуор. канал: FAM/ROX

Протокол: ОТ-ПЦР

Серия набора: 1

Штрих-код набора

XXXXXXXXXXXX

	серия	штрих-код серии	концентрация, МЕ/мл	штрих-код
ПКО	1	 XXXXXX	6300	 XXXXXX
Диапазон допустимых значений Ct контрольных образцов				
		CFX96	ДТ прайм	Fluorite
ПКО		25-29	24-28	25-29

Инструкция по применению и паспорт размещены на сайте
<http://www.vector-best.ru>

QR code

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго А.В.
"10" 10 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


Хусаинов М.Д.

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА D
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
(РеалБест РНК ВГD количественный)
по 21.20.23-229-23548172-2023
(Серия 2)


Фотографическое изображение общего плана медицинского изделия
 «Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени
 (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023
 серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГД количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023


серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита D методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (РеалБест РНК ВГD количественный)» по ТУ 21.20.23-229-23548172-2023

серия 2

РеалБест РНК ВГD

X-XXXX

Инфекция: ВГD

Флуор. канал: FAM/ROX

Протокол: ОТ-ПЦР

Серия набора: 2

Штрих-код набора



XXXXXXXXXX

	серия	штрих-код серии	концентрация, МЕ/мл	штрих-код
ПКО	2	 XXXXXXXX	6300	 XXXXXXXX
Диапазон допустимых значений Ct контрольных образцов				
		CFX96	ДТ прайм	Fluorite
ПКО		25-29	24-28	25-29

Инструкция по применению и паспорт размещены на сайте
<http://www.vector-best.ru>.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго Масяго А.В.
10 20 24 г.