

Фотографические изображения медицинского изделия

**Набор для качественного и полуколичественного
автоматического определения глюкозы, белка,
крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH,
билирубина, уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом «сухой химии»
«Мобурин-А1» по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024**

Производитель: ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

ДОКТИС 

**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения**

 глюкозы

 белка

 крови/гемоглобина

 лейкоцитов

 нитритов

 кетоновых тел

 pH

 билирубина


 уробилиногена

 относительной плотности

 аскорбиновой кислоты

**в моче методом «сухой
химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



01.04.2024



01.04.2026



UR00104



UR5

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 100 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 20 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____



<http://doctis.app/moburinA1>



100



2°C



30°C



ДОКТИС⁺

**С заботой
о вашем здоровье**

 8 800 500 0299


 doctis.ru

 devices@doctis.ru


 doctis_ru



Общая фотография Набора



Палитра



ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 20 шт.



U000104



01.04.2024



01.04.2026

Тест-полоски в упаковке




Тест-полоска




ПО «Домашние анализы мочи»

QR-код для перехода на web-доступ к ПО «Домашние анализы мочи»



Web-доступ к ПО «Домашние анализы мочи». Кнопка «Инструкция»



Краткая инструкция по проведению анализа мочи

ДОКТИС⁺

Мобурин-А1

Инструкция ▲

1. Подготовьте предварительно все необходимое для проведения анализа (контейнер для сбора мочи (не входит в комплект поставки), пенал с тест-полосками, палитру, мобильный телефон)
2. Если набор и образцы хранились в холодильнике, перед выполнением тестирования поместите их на чистую ровную поверхность и доведите до комнатной температуры
3. Возьмите одну тест-полоску из пенала и снова плотно закройте крышку. Берите из пенала только необходимое количество тест-полосок для тестирования
4. Погрузите сенсорные элементы тест-полоски полностью в мочу
5. Через 2-3 секунды необходимо извлечь тест-полоску и удалить избыток мочи на сенсорных элементах осторожным прикосновением ребра полоски к чистой фильтровальной бумаге (чистой бумажной салфетке, бумажному полотенцу, туалетной бумаге и т.п.)
6. Положите тест-полоску на палитру на ровную сухую поверхность сенсорными элементами вверх и подождите 1 (одну) минуту
7. Сфотографируйте тест-полоску на палитре.
Примечание: регистрация результатов анализа по истечении более чем 1 минуты недопустима, такие результаты являются недостоверными
8. В телефоне на странице с ПО для проведения анализа найдите кнопку «Выбрать файл» и загрузите фото в ПО
9. Нажмите кнопку «Загрузить файл» и ожидайте результат

Выберите файл | Файл не выбран

Загрузить файл

Скачать приложение

Версия приложения: 1.0.0

Web-доступ к ПО «Домашние анализы мочи». Кнопка «Выберите файл»



Ошибка загрузки фотографии. Неправильное расширение файла

доктис⁺

Мобурин-А1

Инструкция ▼

Выберите файл

Файл не выбран

Загрузить файл

Скачать приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Неправильное расширение файла

Версия приложения: 1.0.0

Ошибка загрузки фотографии. Некачественная фотография

доктис⁺

Мобурин-А1

Инструкция ▼

Выберите файл

Файл не выбран

Загрузить файл

Скачать приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проверьте что 4 маркера на фотографии не размыты

Версия приложения: 1.0.0

© 2020 ЦИРМИ
Всё права защищены

Пример результата анализа мочи

ДОКТИС⁺

Мобурин-А1

Инструкция ▼

Выберите файл

Файл не выбран

Загрузить файл

Скачать приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Лейкоциты Ваше: 15.0 лейкоцитов Норма: 0.0	Кровь (Гемоглобин) Ваше: 10.0 эритроц. Норма: 0.0	Кетоны Ваше: 0.0 ммоль/л Норма: 0.0
Белок Ваше: 0.1 г/л Норма: 0.0	Нитриты Ваше: neg Норма: neg	Билирубин Ваше: 0.0 ммоль/л Норма: 0.0
Уробилиноген Ваше: 3.5 ммоль/л Норма: 3.5	Глюкоза Ваше: 0.0 ммоль/л Норма: 0.0	pH Ваше: 6.5 ед Норма: 5.0
Отн. плотность Ваше: 1.005 Норма: 1.005	Аскорбин. кислота Ваше: 10.0 мг/дл Норма: 0.0	

Результаты отмечены красными квадратами



Версия приложения: 1.0.0

Набор для качественного и полуколичественного автоматического определения глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче методом «сухой химии» «Мобурин-А1»

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2,
помещение № 4801

LOT UR00104

REF UR5

01.04.2024

01.04.2026

Для самотестирования и/или профессионального использования

Упаковку вскрывать в перчатках!

Количество: 10 шт.

ру

Дата регистрации



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 19 листов.



Генеральный директор
ООО «ДМО»

____ Лежнин С.А.



Набор для качественного и полуколичественного автоматического определения глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче методом «сухой химии» «Мобурин-А1» по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024

Макет потребительской упаковки (для всех вариантов исполнения)



ДОКТИС 

**С заботой
о вашем здоровье**

 8 800 500 0299

 doctis.ru

 devices@doctis.ru

 doctis_ru



Инструкция

**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 1 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 1 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____

IVD

<http://doctis.app/moburinA1>



30°C

**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 25 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 5 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____

IVD



<http://doctls.app/moburinA1>



25



2°C



30°C



Набор для качественного и полуколичественного автоматического определения глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче методом «сухой химии» «Мобурин-А1»

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 50 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 10 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____ Дата регистрации _____

IVD

<http://doctis.app/moburinA1>



50



30°C



**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 75 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 15 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____ Дата регистрации _____

IVD



<http://doctis.app/moburinA1>



75



2°C

30°C



**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 100 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 20 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____

IVD



<http://doctis.app/moburinA1>



100



2°C



30°C



**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования

Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 125 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 25 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____

IVD



<http://doctis.app/moburinA1>



125



30°C



2°C

**Набор для качественного
и полуколичественного автоматического
определения глюкозы, белка, крови/
гемоглобина, лейкоцитов, нитритов,
кетоновых тел, pH, билирубина,
уробилиногена, относительной плотности,
аскорбиновой кислоты в моче методом
«сухой химии» «Мобурин-А1»**

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.),
д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение №4801



LOT

REF

Для самотестирования и/или профессионального использования


Состав набора:

- 1) Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11G по ТУ 21.20.23 – 007-45677786-2018 (ПУ № ФСР 2008/02809 от 11.02.2019 г.) по 150 шт. – 1 уп.
- 2) Палитра – 30 шт.
- 3) Программное обеспечение «Домашние анализы мочи» (web-доступ) – 1 шт.
- 4) Инструкция по применению – 1 шт.

Упаковку вскрывать в перчатках!

ПУ _____

Дата регистрации _____




<http://doctis.app/moburinA1>



150



2°C



30°C



Набор для качественного и полуколичественного автоматического определения глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче методом «сухой химии» «Мобурин-А1»

по ТУ 20.59.52-004-02923507-2024



ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой (Инновационного центра Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2,
помещение № 4801

LOT

REF



Для самотестирования и/или профессионального использования

Упаковку вскрывать в перчатках!

Количество: 10 шт.

РУ _____ Дата регистрации _____

IVD



<http://dectis.app/moburinA1>



2°C 30°C



для Варианта исполнения 1

ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 1 шт.

LOT



для Варианта исполнения 2

ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 5 шт.

LOT



для Варианта исполнения 3

ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 10 шт.

LOT



для Варианта исполнения 4

ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:
г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 15 шт.

LOT



ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 20 шт.

LOT



ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 25 шт.

LOT



ПАЛИТРА



ООО «Диджитал Медикэл
Оперейшнс»

121205, г. Москва, Б-р Большой
(Инновационного центра
Сколково тер.), д. 42, стр. 1, эт. 4,
пом. 1594, раб. 2

Место производства:

г. Москва, Пресненская набережная,
д.6, стр.2, помещение № 4801

Количество: 30 шт.

LOT





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 12 листов.

Генеральный директор

ООО «ДМО»

Лежнин С.А.