



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 декабря 2024 года № РЗН 2019/9048

На медицинское изделие

Промывочный раствор по ТУ 21.20.23-001-34065548-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Лабораторные решения"

(ООО "Лабораторные решения"), Россия,

656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Лабораторные решения"

(ООО "Лабораторные решения"), Россия,

656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43

Место производства медицинского изделия

**ООО "Лабораторные решения", Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-кт Калинина, зд. 116/43**

Номер регистрационного досье № РД-65745/77950 от 05.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **20.59.52.195**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 декабря 2024 года № 6991

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0080444

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 декабря 2024 года № РЗН 2019/9048

Лист 1

На медицинское изделие

Промывочный раствор по ТУ 21.20.23-001-34065548-2019, в вариантах исполнения:

I. Промывочный раствор № 1, варианты исполнения:

1. Комплектация № 1 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190»:

- промывочный раствор (1,0 % раствор гипохлорита натрия), 30 мл - во флаконе.

2. Комплектация № 2 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 30 мл - во флаконе.

3. Комплектация № 3 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190»:

- промывочный раствор (1,0 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

4. Комплектация № 4 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

5. Комплектация № 5 для коагулометров «АК»:

- промывочный раствор (2,0 % раствор гипохлорита натрия), 50 мл - во флаконе.

6. Комплектация № 6 для коагулометров «АК»:

- промывочный раствор (2,0 % раствор гипохлорита натрия), 60 мл - во флаконе.

7. Комплектация № 7 для коагулометров «Technology Solution 400»:

- промывочный раствор (1,3 % раствор гипохлорита натрия), 60 мл - во флаконе.

II. Промывочный раствор № 2, варианты исполнения:

1. Комплектация № 1 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (0,16 % раствор соляной кислоты), 30 мл - во флаконе.

2. Комплектация № 2 для коагулометров «Technology Solution 60», «Technology Solution 190», «Technology Solution 400», «Insula 500»:

- промывочный раствор (0,16 % раствор соляной кислоты), 500 мл - во флаконе.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0152255