

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа

ИФА-ВПГ-2-IgG

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора	1 шт.
Иммуносорбент	1 фл. (1,2 мл)
K+, инактивированный	1 фл. (2,0 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (2,0 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (13 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	2 фл. (по 40 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (15 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
РРО	1 фл. (12,5 мл)
Стоп-реагент	16 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	
Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют	



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 год.

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

ТУ 9398-049-70423725-2020

РУ №ФСР 2009/06108 от 10.05.2018

Каталожный № 08.03.1

Серия 01 Контрольный № 25

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 01 40 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО


с. 01 15 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 01 15 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG Конъюгат

Титр 1:1000
с. 01 13 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

Иммуносорбент
с. 01
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 01 12,5 мл
Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 01 13 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

Планшет

для предварительного
разведения образцов

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 01 K+ 1,2 мл
Титр: 1:500
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 01 K+ пор 2,0 мл
Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 01 K- 2,0 мл
Годен до: 2021.06



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

лабор реактивов

Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа

ИФА-ВПГ-2-IgG

Комплект №2

Состав набора

Иммуносорбент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Набор рассчитан на проведение

96 анализов, включая контрольные

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 год.

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

ТУ 9398-049-70423725-2020


РУ №ФСР 2009/06108 от 10.05.2018

Каталожный № 08.03.2

Серия 02 Контрольный № 26

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06




ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 02 40 мл

Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО

с. 02 15 мл

Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 02 15 мл

Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG
Конъюгат

с. 02 13 мл

Годен до: 2021.06




ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

Иммуносорбент

с. 02

Годен до: 2021.06




ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 02 12,5 мл

Годен до: 2023.01




ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 02 13 мл

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

Планшет
для предварительного
разведения образцов

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 02 K+ 1,2 мл

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 02 K+ 2,0 мл

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-2-IgG

с. 02 K- 2,0 мл

Годен до: 2021.06



Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2196а лист а

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"


Борисов В.Ю.


2020 г.




**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа»
«ИФА-ВПГ-2-IgG»**

Комплект №1 Серия 01 от 2020.01









Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4/2020 лист 2
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"09" 09 2020 г.

