

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора ООО «АРКРЭЙ»
по вопросам качества и регуляторным



Семенова М.Ю.

Фотографические изображения медицинского изделия

Проточная жидкость AUTION EYE для анализатора осадка мочи AUTION EYE

Наименование медицинского изделия:

Проточная жидкость AUTION EYE для анализатора осадка мочи AUTION EYE.

Разработчик:

ARKRAY Factory, Inc. / «АРКРЭЙ Фэктори, Инк.», Япония.

1480, Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония (1480, Koji, Konan-cho Koka-shi, Shiga 520-3306 JAPAN)

Тел. +81-74-886-58-33

Факс +81-75-662-89-79

e-mail: info@arkray.co.jp

Производитель:

ARKRAY Factory, Inc. / «АРКРЭЙ Фэктори, Инк.», Япония.

1480, Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония (1480, Koji, Konan-cho Koka-shi, Shiga 520-3306 JAPAN)

Тел. +81-74-886-58-33

Факс +81-75-662-89-79

e-mail: info@arkray.co.jp

Место производства:

1. АРКРЭЙ Ирландия Лимитед / ARKRAY Ireland Limited.

Юнит С, Корпорэйт Парк Норт Дублин, Свордс, Ко Дублин, К67 П6Д3, Ирландия / Unit C, North Dublin Corporate Park, Swords, Co Dublin, K67 P6D3, Ireland

2. АРКРЭЙ Фэктори Пингху, Инк. / ARKRAY Factory Pinghu, Inc.

Здание 8 № 988, Синьсин № 2, дорога ПЕТДЗ, Чжэцзян, 314200, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА / Building 8 No. 988, Xinxing No. 2 Road of PETDZ, Zhejiang 314200, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «АРКРЭЙ» (ООО «АРКРЭЙ»)


Адрес места нахождения: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303

Тел./факс +7-496-219-10-14

Тел. +7-499-703-34-92

e-mail: info@arkrayrussia.ru





arkray

AUTION EYE Sheath Solution

REF XXXXXX

10 L

For use with AI-4510.
Zur Verwendung mit dem AI-4510.
Pour utilisation avec AI-4510.
Da utilizzarsi con AI-4510.
Voor gebruik in combinatie met AI-4510.
Για χρήση με το AI-4510.
Ghall-użu ma' AI-4510.
AI-4510 ile birlikte kullanılmaktadır.

Once opened, this reagent should be used within 30 days.
Dieses Reagenz sollte nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbraucht werden.
Une fois ouvert, ce réactif doit être utilisé dans les 30 jours.
Una volta aperto, il reagente deve essere utilizzato entro 30 giorni.
Na opening moet dit reagens binnen 30 dagen zijn gebruikt.
Μετά το άνοιγμα, το αντιδραστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 30 ημερών.
Ladarba jinfetah, dan i-reagent ghandu jintuza fi żmien 30 jum.
Bu reaktif açıldıktan sonra 30 gün içinde kullanılmalıdır.



XXXX-XX-XX

LOT

XXXX

CP105582-150 (155)

MADE IN _____

JAN/EAN



GS1-128




(01)04987486035985(17)231230(10)2101

arkray

AUTION EYE Sheath Solution

REF XXXXXX

IVD



CP105582-154 (163)



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

Reagent Code



(01) 04987486035985 (17)

Проточная жидкость AUTION EYE для анализатора осадка мочи AUTION EYE, в составе:

1. AUTION EYE проточная жидкость – 1 уп. (10 л);
2. Инструкция по применению – 1 шт.

LOT: XXX

Срок годности: XXXX-XX-XX

Проточная жидкость предназначена для эксплуатации анализатора осадка мочи AUTION EYE. Проточная жидкость корректирует направление образцов мочи таким образом, чтобы форменные элементы проходили через кювету анализатора без отклонений.

Производитель: АРКРЭЙ Фэктори, Инк, 1480 Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «АРКРЭЙ», 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303. Тел. 8-499-703-34-92.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Регистрационное удостоверение: № XXXX XXXXX

Пронумеровано и прошнуровано
7 листа (ов)



Директора по вопросам обеспечения
качества и регуляторным ООО АРКРЭИ
Семенова М.Ю. *[Signature]*

12.12.2024