



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 февраля 2025 года № РЗН 2022/17506

На медицинское изделие

**Модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения Remotion  
по ТУ 32.50.50-001-07502466-2020**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Волжский электромеханический завод"**

**(АО "ВЭМЗ"), Россия,**

**425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1**

Производитель

**Акционерное общество "Волжский электромеханический завод"**

**(АО "ВЭМЗ"), Россия,**

**425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1**

Место производства медицинского изделия

**АО "ВЭМЗ", Россия, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1**

Номер регистрационного досье № РД-65171/80898 от 05.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 03 февраля 2025 года № 406  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0083137

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 февраля 2025 года № РЗН 2022/17506

Лист 1

На медицинское изделие

**Модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения Remotion**  
по ТУ 32.50.50-001-07502466-2020, варианты исполнения:

1. Исполнение РЭМ-Б:

1.1 модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения Remotion - 1 шт.;

1.2 пульт управления - 1 шт.;

1.3 система электропитания (АКБ) - 2 шт.;

1.4 зарядное устройство - 1 шт.;

1.5 носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;

1.6 паспорт - 1 шт.;

1.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.;

1.8 упаковка - 1 шт.;

1.9 костыли, артикул 110 производства «Реботек Рехабилитацшенсмитель ГмбХ»,  
Германия РУ № ФСЗ 2009/04930 - 2 шт.;

1.10 тазомер акушерский металлический ТА-"М-МИЗ" по  
ТУ 9438-095-07613473-2003, производства ОАО «Можайский МИЗ», Россия,  
РУ № ФСР 2012/13672 - 1 шт.;

1.11 измерительная лента с сантиметровой шкалой - 1 шт.;

1.12 подколенные упоры - 2 шт.;

1.13 комплект стелек - 3 шт.;

1.14 поддерживающий пояс - 1 шт.;

1.15 ЗИП:

- винт М6х16 - 5 шт.;

- винт М6х20 - 15 шт.;

- винт М6х30 - 10 шт.;

- шайба А6 - 10 шт.;

- бита шестигранная Н5 - 1 шт.;

- носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.

Принадлежности:

1.16 держатель пульта управления - 1 шт.;

1.17 опора - 1 шт.;

1.18 динамометрический инструмент с Т-образной рукояткой - 1 шт.;

1.19 фитнес трекер polar - 1 шт.;

1.20 Wi-Fi адаптер Zyxell - 1 шт.

2. Исполнение РЭМ-Э:

2.1 модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения

**Заместитель руководителя Федеральной службы**  
**по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0154017

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 февраля 2025 года № РЗН 2022/17506

Лист 2

- Remotion - 1 шт.;
- 2.2 пульт управления - 1 шт.;
- 2.3 система электропитания (АКБ) - 2 шт.;
- 2.4 зарядное устройство - 1 шт.;
- 2.5 носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;
- 2.6 паспорт - 1 шт.;
- 2.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 2.8 блок ЭМГ - 5 шт.;
- 2.9 кабели пациента ЭМГ - 20 шт.;
- 2.10 упаковка - 1 шт.;
- 2.11 костыли, артикул 110 производства «Реботек Рехабилитациясмиттель ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04930 - 2 шт.;
- 2.12 тазомер акушерский металлический ТА-"М-МИЗ" по ТУ 9438-095-07613473-2003, производства ОАО «Можайский МИЗ», Россия, РУ № ФСР 2012/13672 - 1 шт.;
- 2.13 измерительная лента с сантиметровой шкалой - 1 шт.;
- 2.14 подколенные упоры - 2 шт.;
- 2.15 комплект стелек - 3 шт.;
- 2.16 поддерживающий пояс - 1 шт.;
- 2.17 ЗИП:
- винт М6х16 - 5 шт.;
  - винт М6х20 - 15 шт.;
  - винт М6х30 - 10 шт.;
  - шайба А6 - 10 шт.;
  - бита шестигранная Н5 - 1 шт.;
  - носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;
  - кабели пациента ЭМГ - 5 шт.

**Принадлежности:**

- 2.18 держатель пульта управления - 1 шт.;
- 2.19 опора - 1 шт.;
- 2.20 динамометрический инструмент с Т-образной рукояткой - 1 шт.;
- 2.21 фитнес трекер polar - 1 шт.;
- 2.22 Wi-Fi адаптер Zyxell - 1 шт.
3. Исполнение РЭМ-Ф:
- 3.1 модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения Remotion - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0154018

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 февраля 2025 года № РЗН 2022/17506

Лист 3

- 3.2 пульт управления - 1 шт.;
- 3.3 система электропитания (АКБ) - 2 шт.;
- 3.4 зарядное устройство - 1 шт.;
- 3.5 носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;
- 3.6 паспорт - 1 шт.;
- 3.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 3.8 блок ФЭС и ЭМГ - 5 шт.;
- 3.9 кабели пациента ЭМГ - 20 шт.;
- 3.10 кабели пациента ФЭС - 20 шт.;
- 3.11 электроды адгезивные самоклеящиеся для низкочастотной электротерапии по ТУ 26.60.13-001-64660538-2018, прямоугольной формы 40x80 мм, кнопка CN4080S и руководство по эксплуатации производства ООО «МТЦ» Электротонус», Россия, РУ № РЗН 2019/9021 - 12 шт.;
- 3.12 упаковка - 1 шт.;
- 3.13 костыли, артикул 110 производства «Реботек Рехабилитационсмиттель ГмбХ», Германия, РУ № ФСЗ 2009/04930 - 2 шт.;
- 3.14 тазомер акушерский металлический ТА-"М-МИЗ" по ТУ 9438-095-07613473-2003, производства ОАО «Можайский МИЗ», Россия, РУ № ФСР 2012/13672 - 1 шт.;
- 3.15 измерительная лента с сантиметровой шкалой - 1 шт.;
- 3.16 подколенные упоры - 2 шт.;
- 3.17 комплект стелек - 3 шт.;
- 3.18 поддерживающий пояс - 1 шт.;
- 3.19 ЗИП:
  - винт М6х16 - 5 шт.;
  - винт М6х20 - 15 шт.;
  - винт М6х30 - 10 шт.;
  - шайба А6 - 10 шт.;
  - бита шестигранная Н5 - 1 шт.;
  - носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;
  - кабели пациента ЭМГ - 5 шт.;
  - кабели пациента ФЭС - 5 шт.

Принадлежности:

- 3.20 держатель пульта управления - 1 шт.;
- 3.21 опора - 1 шт.;
- 3.22 динамометрический инструмент с Т-образной рукояткой - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0154019

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 февраля 2025 года № РЗН 2022/17506

Лист 4

- 3.23 фитнес трекер polar - 1 шт.;
- 3.24 Wi-Fi адаптер Zyxell - 1 шт.
4. Исполнение РЭМ-Д:
- 4.1 модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения Remotion - 1 шт.;
- 4.2 пульт управления - 1 шт.;
- 4.3 система электропитания (АКБ) - 2 шт.;
- 4.4 зарядное устройство - 1 шт.;
- 4.5 носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.;
- 4.6 паспорт - 1 шт.;
- 4.7 руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 4.8 упаковка - 1 шт.;
- 4.9 ходунки шагающие серии W, с принадлежностями, модель W Navigator производства «Гуандун Дайанг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, РУ № ФСЗ №2011/10858 - 1 шт.;
- 4.10 тахометр акушерский металлический ТА-"М-МИЗ" по ТУ 9438-095-07613473-2003, производства ОАО «Можайский МИЗ», Россия, РУ № ФСР 2012/13672- 1 шт.;
- 4.11 измерительная лента с сантиметровой шкалой - 1 шт.;
- 4.12 подколенные упоры - 2 шт.;
- 4.13 комплект стелек - 3 шт.;
- 4.14 поддерживающий пояс - 2 шт.;
- 4.15 ЗИП:
- винт М6х16 - 5 шт.;
  - винт М6х20 - 15 шт.;
  - винт М6х30 - 10 шт.;
  - шайба А6 - 10 шт.;
  - бита шестигранная H5 - 1 шт.;
  - носитель информации с ПО RemotionTool версия ПО не ниже 0.15.0 - 1 шт.
- Принадлежности:
- 4.16 держатель пульта управления - 1 шт
- 4.17 опора - 1 шт.
- 4.18 динамометрический инструмент с Т-образной рукояткой - 1 шт.;
- 4.19 фитнес трекер polar - 1 шт.;
- 4.20 Wi-Fi адаптер Zyxell - 1 шт.

  
Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

  
Д.Ю. Павлюков

0154020