

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Навтекс»
М.П. Малышев
2013 г.



ИНСТРУКЦИЯ **по применению Салфеток марлевых медицинских стерильных ГОСТ 16427-93**

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки предназначены для использования в качестве готовых, перевязочных средств, для наложения на раны и осушения операционного поля.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Салфетки изготавливаются из марли медицинской хлопчатобумажной по ГОСТ 9412 – 93.

4.2. Салфетки марлевые медицинские выпускаются, 3-х типоразмеров: 16 см х 14 см; 45 см х 29 см; 70 см х 68 см.

4.3. Салфетки выпускаются однослойными, двухслойными и четырехслойными.

4.4. Салфетки укладываются в групповую упаковку, выполненную из бумаги комбинированной по ТУ 2245-010-21683836-2009 или из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

4.5 Стерилизация салфеток осуществляется радиационным методом.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности салфеток – 5 лет со дня стерилизации.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные стерильные салфетки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Салфеток марлевых медицинских стерильных ГОСТ 16427-93

1. НАИМЕНОВАНИЕ

Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки могут применяться в клинических, поликлинических, полевых и в домашних условиях.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки предназначены для использования в качестве готовых, перевязочных средств, для наложения на раны и осушения операционного поля.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Салфетки изготавливаются из марли медицинской хлопчатобумажной по ГОСТ 9412 – 93.

4.2. Салфетки марлевые медицинские выпускаются, 3-х типоразмеров: 16 см х 14 см; 45 см х 29 см; 70 см х 68 см.

4.3. Салфетки выпускаются однослойными, двухслойными и четырехслойными.

4.4. Салфетки укладываются в групповую упаковку, выполненную из бумаги комбинированной по ТУ 2245-010-21683836-2009 или из полипропиленовой пленки по ТУ 2245-001-00072200-99 или по ТУ 2245-001-76572124-2006 или по ТУ 2245-003-70378591-2007.

4.5 Стерилизация салфеток осуществляется радиационным методом.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению не имеют.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Проверить целостность упаковки.

6.2 Вскрыть упаковку, использовать по назначению.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Салфетки могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.2 Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий в соответствии с ГОСТ 7000-80.

8. СРОК ГОДНОСТИ

. Гарантийный срок годности салфеток – 5 лет со дня стерилизации.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные стерильные салфетки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)

В данном документе прошито
скреплено печатью на 2 листах



(Ветеринар 85)