УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Альянс»




А.В. Зимулин

Фотографическое изображение

«Полоски стоматологические алмазные «Кристалл» по ТУ 32.50.11-008-65507431-2022»


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3.75;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.1;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 27 до 76 мкм - мелкий (красный)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 4;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.13;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 64 до 126 мкм - мелкий (синий)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 2.5;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.08;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 10 до 36 мкм - экстрамелкий (желтый)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 2.5;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.1;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 27 до 76 мкм - мелкий (красный)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 2.5;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.13;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 64 до 126 мкм - средний (синий);




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3.75;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.08;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 10 до 36 мкм - экстрамелкий (желтый)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные перфорированные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3.75;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.13;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 64 до 126 мкм - средний (синий);



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.08;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 10 до 36 мкм - экстрамелкий (желтый)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 4;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.08;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 10 до 36 мкм - экстрамелкий (желтый)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.1;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 27 до 76 мкм - мелкий (красный)




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 4;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.1;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 27 до 76 мкм - мелкий (красный);



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Полоски стоматологические алмазные:
Длина, мм -146;
Ширина,h (мм) – 3;
Толщина с алмазным слоем,b (мм)- 0.13;
Обозначение размеров алмазного зерна:
от 64 до 126 мкм - средний (синий)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Директор Зимул[illegible] А.В.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU