Фотографические изображения
Консоль медицинская настенная ТУ 32.50.50-002-44192911-2017

Консоли, выпускаемые ООО «Медисанавест»

Модели:
М-РВ0512, М-РВ0515,
М-РВ0518, М-РВ0520

Фото 1

Количество электрических розеток – не более 8 шт.

Количество разъемов информационных сигналов – не более 2 шт.

Количество клем выравнивания потенциалов – не более 4 шт

Количество клапанов быстрого сочленения – не более 6 шт.







Модели консолей медицинских настенных **М-РВ0512, М-РВ0515, М-РВ0518, М-РВ0520** выпускаются в четырех вариантах исполнения, отличающихся длиной корпусных элементов. Модели по корпусным, проводящим элементам, и встраиваемому оборудованию рассчитаны под максимальную комплектацию и максимальное оснащение встраиваемым оборудованием. Количество единиц встраиваемого оборудования , такого как: клапана быстрого сочленения, разъемы информационных сигналов, клеммы выравнивания потенциалов, электрические розетки изменяется в зависимости от требования заказчика, но не более указанного выше количества.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Внешний вид консолей моделей: M-PB0512, M-PB0515, M-PB0518, M-PB0520



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид консолей моделей: M-PB0512, M-PB0515, M-PB0518, M-PB0520



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид консоли, модель: M-GB09



Количество розеток –
Не более 8 шт.

Количество разъемов для
Информационных сигналов –
не более 2 шт.

Количество выравнивания
Потенциалов – не более 4 шт

Количество Клапанов быстрого
Соединения – не более 6 шт.



Модели консолей медицинских настенных **M-GB09** выпускается в различных вариантах исполнения, отличающихся длиной корпусных элементов. Модель по корпусным, проводящим элементам, и встраиваемому оборудованию рассчитана под максимальную комплектацию и максимальное оснащение встраиваемым оборудованием. Количество единиц встраиваемого оборудования , такого как: клапана быстрого сочленения, разъемы информационных сигналов, клеммы выравнивания потенциалов, электрические розетки изменяется в зависимости от требования заказчика, но не более указанного выше количества.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вид консоли, модель M-GB09



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вид консоли, модель M-GB09



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листов
прописью

Должность Директор

Подпись /Юрьев/

«06» мая 2021 г. М. П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU