



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

На медицинское изделие

Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИСАНАВЕСТ"
(ООО "МЕДИСАНАВЕСТ"), Россия, 236023, г.о. город Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИСАНАВЕСТ"
(ООО "МЕДИСАНАВЕСТ"), Россия, 236023, г.о. город Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "МЕДИСАНАВЕСТ", Россия, 236023, г.о. город Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Номер регистрационного досье № РД-65250/87282 от 08.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 23 листах

приказом Росздравнадзора от 22 ноября 2024 года № 6603
допущено к обращению на территории Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0080179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 1

На медицинское изделие

Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017,
в следующих вариантах исполнения:

1. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-GB09,
в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки без защитной крышки - Не более 5 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 3 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 4 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 4 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки без боковых шинных держателей - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

2. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-GB09,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150773

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 2

в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 2 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - 1 шт.;
- клеммы заземления - 1 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - 1 шт.;
- внешние газовые коннекторы - 1 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

3. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-GB09, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 4 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150774



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8281

Лист 3

- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 2 шт.;
- клеммы заземления - 2 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 3 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

4. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-GB09, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 7 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 4 шт.;
- клеммы заземления - 4 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 5 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150775

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 4

- внешние газовые коннекторы - Не более 5 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
 - штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
 - индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
 - индикатор давления газов электронный;
 - выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
 - межкроватьная ширма навесная;
 - устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
 - вакуумная ловушка;
 - банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
 - увлажнители для кислорода;
 - штанга (рельс) для навесного оборудования;
 - лампа ночной подсветки;
 - лампа индивидуального освещения;
 - лампа общего освещения;
 - встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
 - держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.
5. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-GB09, в составе:
- блок функциональный консольный горизонтальный;
 - устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
 - сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 10 шт.;
 - клеммы выравнивания потенциалов - Не более 6 шт.;
 - клеммы заземления - 6 шт.;
 - панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
 - пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 7 шт.;
 - внешние газовые коннекторы - Не более 7 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
 - штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150776

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 5

- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

6. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0512, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки без защитной крышки - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 3 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 4 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 4 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки без боковых шинных держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0150777

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 6

- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

7. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0512, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 2 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - 1 шт.;
- клеммы заземления - 1 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - 1 шт.;
- внешние газовые коннекторы - 1 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150778

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 7

- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

8. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0512, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 2 шт.;
- клеммы заземления - 4 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 3 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150779

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 8

- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
 - держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.
9. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0512, в составе:
- блок функциональный консольный горизонтальный;
 - устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
 - сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 6 шт.;
 - клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
 - клеммы заземления - 4 шт.;
 - панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
 - пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 5 шт.;
 - внешние газовые коннекторы - Не более 5 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
 - штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
 - индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
 - индикатор давления газов электронный;
 - выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
 - межкроватьная ширма навесная;
 - устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
 - вакуумная ловушка;
 - банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
 - увлажнители для кислорода;
 - штанга (рельс) для навесного оборудования;
 - лампа ночной подсветки;
 - лампа индивидуального освещения;
 - лампа общего освещения;
 - встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150780

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 9

- держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.
10. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0512, в составе:
- блок функциональный консольный горизонтальный;
 - устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
 - сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 8 шт.;
 - клеммы выравнивания потенциалов - Не более 4 шт.;
 - клеммы заземления - 6 шт.;
 - панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
 - пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 7 шт.;
 - внешние газовые коннекторы - Не более 7 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
 - штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
 - индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
 - индикатор давления газов электронный;
 - выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
 - межкроватьная ширма навесная;
 - устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
 - вакуумная ловушка;
 - банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
 - увлажнители для кислорода;
 - штанга (рельс) для навесного оборудования;
 - лампа ночной подсветки;
 - лампа индивидуального освещения;
 - лампа общего освещения;
 - встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
 - держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.

11. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150781



ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 10

М-RB0515, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки без защитной крышки - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 3 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 4 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 4 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки без боковых шинных держателей - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

12. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-RB0515, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 2 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150782

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 11

- клеммы выравнивания потенциалов - 1 шт.;
- клеммы заземления - 1 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - 1 шт.;
- внешние газовые коннекторы - 1 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

13. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0515, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 2 шт.;
- клеммы заземления - 2 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 3 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150783

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 12

- внешние газовые коннекторы - Не более 3 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

14. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0515, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 6 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 4 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 5 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 5 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150784

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 13

- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

15. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0515, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 8 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 4 шт.;
- клеммы заземления - 6 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 7 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150785

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 14

- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

16. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0518, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки без защитной крышки - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 3 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 4 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 4 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки без боковых шинных держателей - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0150786

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 15

- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

17. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0518, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 2 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - 1 шт.;
- клеммы заземления - 1 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - 1 шт.;
- внешние газовые коннекторы - 1 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспиратуры масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150787

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 16

- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

18. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0518, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 2 шт.;
- клеммы заземления - 2 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 3 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150788

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 17

- держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.
19. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0518, в составе:
- блок функциональный консольный горизонтальный;
 - устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
 - сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 6 шт.;
 - клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
 - клеммы заземления - 4 шт.;
 - панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
 - пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 5 шт.;
 - внешние газовые коннекторы - Не более 5 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
 - штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
 - индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
 - индикатор давления газов электронный;
 - выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
 - межкроватьная ширма навесная;
 - устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
 - вакуумная ловушка;
 - банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
 - увлажнители для кислорода;
 - штанга (рельс) для навесного оборудования;
 - лампа ночной подсветки;
 - лампа индивидуального освещения;
 - лампа общего освещения;
 - встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
 - держатель кабелей и шлангов;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц.

20. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150789



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 18

М-РВ0518, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 8 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 4 шт.;
- клеммы заземления - 6 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 7 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспиратуры в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

21. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0520, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки без защитной крышки - Не более 4 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150790

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 19

- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 3 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 4 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 4 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки без боковых шинных держателей - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

22. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0520, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 2 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - 1 шт.;
- клеммы заземления - 1 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150791



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 20

- внешние газовые коннекторы - 1 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

23. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0520, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 4 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 2 шт.;
- клеммы заземления - 2 шт.;
- панель слаботоочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 3 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 1 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150792

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 21

- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирюемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

24. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0520, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 6 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 3 шт.;
- клеммы заземления - 4 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 5 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 5 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0150793

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 22

- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

25. Консоль медицинская настенная по ТУ 32.50.50-002-44192911-2017 модель М-РВ0520, в составе:

- блок функциональный консольный горизонтальный;
- устройство настенного крепления консольного блока (опорная пластина);
- сетевые розетки с защитной крышкой - Не более 8 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - Не более 4 шт.;
- клеммы заземления - 6 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - Не более 7 шт.;
- внешние газовые коннекторы - Не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборные полки с боковыми шинными держателями - 2 шт.;
- штативы-держатели для инфузионной терапии - 2 шт.;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка;
- банка сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнители для кислорода;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150794

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2019/8281

Лист 23

- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- держатель кабелей и шлангов;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0150795