



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

На медицинское изделие

Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИСАНАВЕСТ"
(ООО "МЕДИСАНАВЕСТ"), Россия, 236023, г.о. город Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МЕДИСАНАВЕСТ"
(ООО "МЕДИСАНАВЕСТ"), Россия, 236023, г.о. город Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "МЕДИСАНАВЕСТ", Россия, 236023, г.о. г. Калининград,
г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188Б, помещ. 2

Номер регистрационного досье № РД-65251/87283 от 08.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 22 ноября 2024 года № 6608
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0080181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 1

На медицинское изделие

Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017,
варианты исполнения:

I. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель
M-GM09, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный тип "мост";
- устройство потолочного крепления консольного блока тип "мост";
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 7 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 8 шт.;
- клеммы заземления - не более 8 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора;
- подвесной держатель для капельниц;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150719

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 2

- держатель кабелей и шлангов.
- II. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017 модель M-GM09, вариант исполнения II, в составе:
 - блок функциональный консольный тип "мост";
 - устройство потолочного крепления консольного блока тип "мост";
 - сетевые розетки с защитной крышкой - не более 7 шт.;
 - клеммы выравнивания потенциалов - не более 8 шт.;
 - клеммы заземления - не более 8 шт.;
 - панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
 - пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
 - клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
 - коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
 - внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
 - пневморазъём активного отвода анестетика;
 - приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
 - штатив-держатель для инфузионной терапии;
 - индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
 - индикатор давления газов электронный;
 - выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
 - межкроватьная ширма навесная;
 - устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
 - вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
 - банка-сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
 - увлажнитель-флоуметр для кислорода;
 - штанга (рельс) для навесного оборудования;
 - лампа ночной подсветки;
 - лампа индивидуального освещения;
 - лампа общего освещения;
 - встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
 - настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
 - контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
 - полка для монитора;
 - подвесной держатель для капельниц;
 - держатель кабелей и шлангов.

III. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0150720



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года

№ РЗН 2018/7840

Лист 3

М-GL03, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральная для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

IV. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150721

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 4

М-GL03, вариант исполнения II, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки с защитной крышкой - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

V. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0150722

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 5

М-GL06, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.;

VI. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150723

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 6

М-GL06, вариант исполнения II, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки с защитной крышкой - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

VII. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150724

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 7

М-GL09, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирлируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

VIII. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150725

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 8

М-GL09, вариант исполнения II, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки с защитной крышкой - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

IX. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150726

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года

№ РЗН 2018/7840

Лист 9

М-GL06A, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.;

Х. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель М-

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150727

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 10

GL06A, вариант исполнения II, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки с защитной крышкой - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботоочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспиратируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

XI. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель М-

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0150728

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 11

GL09A, вариант исполнения I, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки без защитной крышки - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов механический - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления без сигнальной системы;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

XII. Консоль медицинская потолочная по ТУ 32.50.50-001-44192911-2017, модель М-

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0150729

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 ноября 2024 года № РЗН 2018/7840

Лист 12

GL09A, вариант исполнения II, в составе:

- блок функциональный консольный вертикальный;
- устройство потолочного крепления консольного блока (колонна);
- выносное плечо с поворотными шарнирами;
- электропривод для перемещения консольного блока;
- сетевые розетки с защитной крышкой - не более 12 шт.;
- клеммы выравнивания потенциалов - не более 10 шт.;
- клеммы заземления - не более 10 шт.;
- панель слаботочного разъёма (мониторный порт);
- пневморазъёмы (клапаны) медицинских газов - не более 7 шт.;
- клапаны для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- коннекторы для хирургических пневмоинструментов - не более 3 шт.;
- внешние газовые коннекторы - не более 7 шт.;
- пневморазъём активного отвода анестетика;
- приборная полка с боковыми шинными держателями или без них;
- штатив-держатель для инфузионной терапии;
- индикатор наличия напряжения в питающей электросети;
- индикатор давления газов электронный - не более 4 шт.;
- выдвижной ящик для принадлежностей навесной;
- межкроватьная ширма навесная;
- устройство вызова медперсонала (палатная сигнализация);
- вакуумная ловушка с регулятором вакуума в сборе;
- банка-сборник аспирируемых масс в комплекте с креплением на консоль;
- увлажнитель-флоуметр для кислорода;
- штанга (рельс) для навесного оборудования - не более 4 шт.;
- лампа ночной подсветки;
- лампа индивидуального освещения;
- лампа общего освещения;
- встроенный медицинский светильник на шарнирном штативе;
- настенный блок клапанов медицинских газов в комплекте с ответной частью;
- контрольно-отключающаяся коробка магистральную для медицинских газов с индикаторами давления с сигнальной системой;
- полка для монитора - не более 2 шт.;
- подвесной держатель для капельниц - не более 2 шт.;
- держатель кабелей и шлангов - не более 3 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0150730