УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Альгимед»

_____ Д. Л. Славашевич
«01» августа 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK» (упаковка)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK» (флакон)



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK». Инструкция по применению



КОПИЯ

ALGIMED TECHNO

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альгимед Техно»

Ивановский В.В.

07 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK»

ВНИМАНИЕ!
Изучите инструкцию перед началом работы

ООО «Альгимед Техно»
Республика Беларусь
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 309

techno@algimed.com
+375 29 893 14 44

www.algimed-techno.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK». Паспорт качества

220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309	тел: +375 29 893 14 44 e-mail: techno@algimed.com сайт: www.algimed-techno.com	ПАСПОРТ №191 дата выдачи: 11.01.2023

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK»

Дата изготовления:	Номер партии:	Годен до:	Срок хранения:
11.03.2022	110322	11.03.2024	24 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Показатель	Характеристика	Результат контроля
Соответствие документации	Должен соответствовать технологическому регламенту и конструкторской документации	Соответствует технологическому регламенту и конструкторской документации
Внешний вид	Светло-голубой полупрозрачный раствор.	Светло-голубой полупрозрачный раствор.
Целостность упаковки	Емкость должна быть плотно закрытой и не иметь повреждений.	Емкость плотно закрыта и не имеет повреждений.
Номинальный объём, мл	30 ± 2 %	29,65
Плотность при 20 °С, г/мл	0,98 ± 0,02	0,98
pH при 20 °С	5,45 ± 0,2	5,55
Оптическая плотность при 450 нм	0,3 ±0,05	0,29

Реагент для жидкостной цитологии «NOVAPREP NOVASTICK», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям технической документации производителя.

Специалист отдела контроля качества

Я.А.Бандык

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Альгимед Техно» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (семь)

листов

Генеральный директор

ООО «Альгимед»

Славашевич Д.Л.

«01» августа 2018 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU