

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/ Calibrator for automated systems)

Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/ Calibrator for automated systems)



Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/Calibrator for automated systems) – маркировка коробки

C.f.a.s. Myoglobin

**Calibrator for
automated systems**

REF 04580044190

CONTENT

CALIBRATOR 3 x 1 mL

COBAS is a trademark
of Roche.



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

06444865001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE** 0123  2-8 °C 

 dialog.roche.com



cobas[®]

C.f.a.s. Myoglobin

For USA: **CONTENT**

Bovine serum albumin matrix with human
myoglobin

REF (240)04580044190

UDI



LOT (10)00000000

 2000-01-31

 2000-01-01

GTIN (01)04015630921300

Rx only



Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/ Calibrator for automated systems) – маркировка на русском языке



Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/ Calibrator for automated systems)

Состав:

1. Калибратор C.f.a.s. Myoglobin во флаконе, 1 мл (3 шт.)
2. Этикетка со штрих-кодами (2 шт.).
3. Паспорт присвоенных значений.
4. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № P3H 2021/13911 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 04580044190

Набор калибраторов для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях Roche/Hitachi cobas c и Cobas Integra (C.f.a.s. Myoglobin/ Calibrator for automated systems) – маркировка флаконов



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.