

Фотографии набора реагентов

АнеуПГТ

USB-флеш-накопитель

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А. Самарин

« 26 » ноября 2024 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ**

Набор реагентов

для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках

методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina

(АнеуПГТ)

Дистрибутив с программным обеспечением «СекВарио АнеуПГТ» (версия 1.0):


USB-флеш-накопитель

2024 г.

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)


Дистрибутив с программным обеспечением «СекВарио АнеуПГТ» (версия 1.0):
USB-флеш-накопитель


 ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ	Код ОКП/Д2: 20.59.52.195
Программное обеспечение «СекВарио АнеуПГТ» Версия 1.0 от 23.11.2023	
к набору реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 РУ № РЗН _____ от _____ г.	
Назначение: Программное обеспечение «СекВарио АнеуПГТ» предназначено для обработки и интерпретации результатов, полученных с использованием набора реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina.	
Поставляемые элементы: флеш-накопитель – 1 шт.	
Язык интерфейса: русский	
Функции ПО, условия эксплуатации приведены в Руководстве пользователя	
  	ООО «ДНК-Технология ТС»
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4. Тел/факс +7(495) 640-17-71 e-mail: mail@dna-technology.ru Web: www.dna-technology.ru	



Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 2



(369) листа (ов)
специалист по регистрации
Сафронова И.Ю. 

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»

С.А. Самарин

« 21 » декабря 2023 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*****Набор реагентов****для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках****методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina****(АнеуПГТ)**

Маркировка изделия

Маркировка медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)» соответствует требованиям:

- п.6.2 ГОСТ Р 51088-2013 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации»;

- п.5, п.6 ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 «Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.»;

- требованиям п. 1.5 ТУ 21.20.23-143-46482062-2023.

Маркировка медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)» выполнена печатным способом и включает:

➤ **этикетка на каждый компонент**, содержащую следующую информацию (образцы см. лист 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- сокращенное наименование набора;
- наименование компонента;
- объём/количество компонента;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro».

➤ **этикетка на гриппер** (блок компонентов), содержащую следующую информацию (образцы см. лист 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- сокращенное наименование набора;
- наименование комплекта (при необходимости);
- состав;
- номер серии;
- срок годности;
- условия хранения;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro».

➤ **этикетка на коробку набора/комплекта реагентов**, содержащую информацию (образцы см. лист 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24):

- наименование изготовителя, или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование набора;
- вариант комплектации;
- наименование комплекта реагентов;
- каталожный номер;

- номер серии набора;
- срок годности;
- символ «Содержимого достаточно для проведения <n> тестов»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»;
- символ «Нестерильно»;
- условия хранения;
- указание на наличие части набора реагентов (например, часть 1 из 7, часть 2 из 7, часть 1 из 3 и т.д.);
- символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- надпись: «Предназначено для профессионального применения»;
- номер технических условий;
- QR-код;
- ссылку на номер и дату выдачи регистрационного удостоверения.

Примечания:

1. Размер внутренней упаковки не достаточен для размещения указанного содержания информации на этикетках компонентов, в связи с чем, символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*» опущена.
2. Информация об изготовителе нанесена непосредственно на коробку набора реагентов.
3. При маркировке комплектов реагентов/компонентов набора реагентов, входящих в состав набора, допускается нанесение QR-кода.
4. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.
5. Надписи при маркировке изделия частично заменены символами, соответствующими требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

Символы, используемые при маркировке набора

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Температурный диапазон		Номер по каталогу
	Содержимого достаточно для проведения <n> тестов		Изготовитель
	Использовать до		Не допускать воздействия солнечного света
	Код партии (серии)		Нестерильно
	Дата изготовления		

➤ **информацию непосредственно на коробках**, нанесенную типографским способом, содержащую:

- логотип;
- адрес производителя, его контактные данные;

➤ **этикетку на транспортную тару**, содержащую информацию (образцы см. лист 34 - 39):

- торговое (при наличии) и полное наименование набора;

- срок годности набора (год, месяц включительно);
- дату изготовления (год, месяц);
- требования к условиям хранения и транспортирования набора (при необходимости – особые условия обращения с набором);
- номер серии;
- особые инструкции изготовителя в отношении изделия;
- число единиц потребительской упаковки наборов реагентов в групповой упаковке;
- масса нетто и масса брутто на групповой упаковке;
- масса нетто потребительской упаковки;
- предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи (при необходимости);
- символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*».

Примечания:

1. Надписи на групповой упаковке (транспортной таре), содержащие данные о числе изделий, дате изготовления и сроке годности, номера серии, допускается выполнять от руки или с помощью клише (ГОСТ Р 51088, подпункт 6.2.4).
2. Надписи при маркировке изделия могут быть заменены символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1.
3. Дизайн (включая цвет этикеток) и способ маркировки могут быть изменены производителем при условии соблюдения требований п. 6.2 ГОСТ Р 51088 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

➤ **этикетка на корпус USB-флеш-накопителя**, содержащую информацию (см. лист 33):

- наименование ПО и обозначение версии
- дата выпуска.

➤ **этикетка на пакет с USB-флеш-накопителем**, содержащую информацию (см. лист 33):

- наименование программного обеспечения;
- версию ПО и дату выпуска;
- язык интерфейса;
- назначение и область применения;
- краткое описание назначения и функции ПО;
- условия эксплуатации (требования к техническим средствам);
- поставляемые элементы;
- код продукции;
- символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- наименование изготовителя или товарный знак изготовителя, или логотип;
- адрес изготовителя;
- номер технических условий;
- номер и дату регистрационного удостоверения.

Примечание – В связи с невозможностью нанесения полного объема требуемой по ГОСТ Р ИСО 9127 маркировки основная часть информации указана в Руководстве пользователя, например, условия эксплуатации и область применения.

На покупные изделия, дополнительно упакованные в коробку из картона, должна быть наклеена этикетка с информацией на русском языке (см. лист 18 19 26-32):

Не нарушая целостности упаковки покупных изделий, клеят этикетку, содержащую следующую информацию на русском языке:

- логотип;
- адрес изготовителя;
- полное и сокращенное наименование набора реагентов;
- наименование комплекта;
- вариант исполнения;
- состав;
- каталожный номер;
- номер серии комплекта;
- срок годности комплекта;
- условия хранения комплекта;
- символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света» (при необходимости);
- надпись «Предназначено для профессионального применения»;
- QR-код;
- номер технических условий;
- номер и дату выдачи регистрационного удостоверения.

Покупные изделия содержат следующие символы:

	Репродуктивная токсичность		Осторожно! Содержит раздражающие компоненты
---	----------------------------	---	---

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация A.N.384

Комплект реагентов для амплификации MDA

Часть 1 из 3

Условия хранения: от минус 22 °C до минус 18 °C

Этикетки на коробку набора реагентов



Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)



Этикетки на компоненты (пробирки)

Реагент LYS 4 пробирки по 100 мкл АнеуПГТ Реагент LYS 100 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C	Реагент NEU 4 пробирки по 200 мкл АнеуПГТ Реагент NEU 200 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C
Реагент MDA 4 пробирки по 1,8 мл АнеуПГТ Реагент MDA 1,8 мл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C	Фермент-PHI 4 пробирки по 100 мкл АнеуПГТ Фермент-PHI 100 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 2 из 3

Условия хранения: от минус 22 °С до минус 18 °С

Этикетки на коробку набора реагентов


ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD

REF S5-517-AX

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

384

-22 °C

NON-STERILE

АнеуПГТ

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл

Комплектация A.N.384
Часть 2 из 3



РУ № РЗН _____ от _____ г.
 ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
 Предназначено для профессионального применения

**Этикетка на общий гриппер
(содержит блок компонентов)**
**Этикетки на компоненты
(пробирки)**


АнеуПГТ

Компоненты комплекта реагентов
для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

IVD

-22 °C

Реагент TRB
4 пробирки по 1,85 мл


АнеуПГТ
Реагент TRB

1,85 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

Фермент-TN5
4 пробирки по 150 мкл


АнеуПГТ
Фермент-TN5

150 мкл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

Фермент-TAT
4 пробирки по 50 мкл


АнеуПГТ
Фермент-TAT

50 мкл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

**Этикетка на общий гриппер
(содержит блок компонентов)
4 микропланшета**

**Этикетки на компоненты
(планшеты)**

 АнеуПГТ Компоненты комплекта реагентов для подготовки полногеномных библиотек <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Состав:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Индексы set A</td> <td>1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл</td> </tr> <tr> <td>Индексы set B</td> <td>1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл</td> </tr> <tr> <td>Индексы set C</td> <td>1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл</td> </tr> <tr> <td>Индексы set D</td> <td>1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл</td> </tr> </table> LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX IVD -22 °C -18 °C	Состав:		Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл	Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл	Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл	Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл	Индексы set A set A XXXX-XX-XX Индексы set B set B XXXX-XX-XX Индексы set C set C XXXX-XX-XX Индексы set D set D XXXX-XX-XX
Состав:											
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл										
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл										
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл										
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл										

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Часть 3 из 3

Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

Этикетки на коробку набора реагентов



IVD

REF

 S5-517-AX

LOT

 XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX
 384


 2-8 °C


Комплектация А.Н.384
Часть 3 из 3



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент MQ	4 флакона по 15 мл
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл

ПУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)



АнеуПГТ

Компоненты комплекта реагентов
для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент MQ	4 флакона по 15 мл
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл

LOT

 XXXXXX
 XXXX-XX-XX

IVD

 2-8 °C

Этикетки на компоненты (флаконы/пробирки)

Реагент MQ 4 флакона по 15,0 мл  АнеуПГТ Реагент MQ 15 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Раствор МЧ Pure 4 флакона по 10,8 мл  АнеуПГТ Раствор МЧ Pure 10,8 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 
Раствор МЧ SizeS 4 флакона по 10,8 мл  АнеуПГТ Раствор МЧ SizeS 10,8 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Реагент TEL 4 флакона по 5,0 мл  АнеуПГТ Реагент TEL 5,0 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 
Реагент ST 4 пробирки по 1,0 мл  АнеуПГТ Реагент ST 1,0 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Реагент AMP 4 пробирки по 1,5 мл  АнеуПГТ Реагент AMP 1,5 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация В.Н.384

Комплект реагентов для амплификации MDA


Часть 1 из 7

Условия хранения: от минус 22 °С до минус 18 °С

Этикетки на коробку набора реагентов




Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)




Этикетки на компоненты (пробирки)

Реагент LYS
4 пробирки по 100 мкл




Реагент NEU
4 пробирки по 200 мкл



Реагент MDA
4 пробирки по 1,8 мл



Фермент-PH1
4 пробирки по 100 мкл



Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Часть 2 из 7

Условия хранения: от минус 22 °С до минус 18 °С

Этикетки на коробку набора реагентов



IVD

REF S6-517-BX

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

384  -18°C

NON STERILE

Комплектация В.Н.384
Часть 2 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)



АнеуПГТ

Компоненты комплекта реагентов
для подготовки полногеномных библиотек


Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

IVD

 -18°C

Этикетки на компоненты (пробирки)

Реагент TRB
4 пробирки по 1,85 мл



АнеуПГТ
Реагент TRB
1,85 мл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

 -18°C

Фермент-TN5
4 пробирки по 150 мкл



АнеуПГТ
Фермент-TN5
150 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

 -18°C

Фермент-TAT
4 пробирки по 50 мкл



АнеуПГТ
Фермент-TAT
50 мкл
LOT XXX
XXXX-XX-XX

 -18°C

**Этикетка на общий гриппер
(содержит блок компонентов)
4 микропланшета**

**Этикетки на компоненты
(планшеты)**

	
АнеуПГТ	
Компоненты комплекта реагентов для подготовки полногеномных библиотек	
Состав:	
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
LOT xxxxxxxx	IVD -22 °C 
 XXXX-XX-XX	

Индексы set A	
set A	 XXXX-XX-XX
Индексы set B	
set B	 XXXX-XX-XX
Индексы set C	
set C	 XXXX-XX-XX
Индексы set D	
set D	 XXXX-XX-XX

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Часть 3 из 7

Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

Этикетки на коробку набора реагентов



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD

REF S6-517-BX

LOT XXXXXX-XX

 XXXX-XX-XX

 384



 2°C 8°C



АнеуПГТ

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент MQ	4 флакона по 15 мл
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл

Комплектация В.Н.384
Часть 3 из 7

РУ № РЗН _____ от _____ г.
 ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
 Предназначено для профессионального применения

Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)



АнеуПГТ

Компоненты комплекта реагентов
для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент MQ	4 флакона по 15 мл
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл

LOT XXXXXX

 XXXX-XX-XX

IVD

 2°C 8°C

Этикетки на компоненты (флаконы/пробирки)


Реагент MQ 4 флакона по 15,0 мл  АнеуПГТ Реагент MQ 15 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Раствор МЧ Pure 4 флакона по 10,8 мл  АнеуПГТ Раствор МЧ Pure 10,8 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 
Раствор МЧ SizeS 4 флакона по 10,8 мл  АнеуПГТ Раствор МЧ SizeS 10,8 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Реагент TEL 4 флакона по 5,0 мл  АнеуПГТ Реагент TEL 5,0 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 
Реагент ST 4 пробирки по 1,0 мл  АнеуПГТ Реагент ST 1,0 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 	Реагент AMP 4 пробирки по 1,5 мл  АнеуПГТ Реагент AMP 1,5 мл  LOT XXX  XXXX-XX-XX 

Комплект реагентов для секвенирования (покупное изделие)

Часть 4 из 7

Условия хранения: от минус 25 °С до минус 15 °С


Этикетки на коробку набора реагентов

		Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
IVD REF C-304-BX LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX  Комплектация В.Н.384 Часть 4 из 7 	АнеуПГТ Комплект реагентов для секвенирования Состав: Буфер HT1 1 шт РУ № РЗН _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 Предназначено для профессионального применения ООО "ДНК-Технология ТС" Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4 Тел./факс: +7 (495) 640-17-71		

Часть 5 из 7

Условия хранения: от минус 25 °С до минус 15 °С

Этикетки на коробку набора реагентов

		Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
IVD REF C-304-BX LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX   Комплектация В.Н.384 Часть 5 из 7 	АнеуПГТ Комплект реагентов для секвенирования Состав: Картридж с реагентами 1 шт РУ № РЗН _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 Предназначено для профессионального применения ООО "ДНК-Технология ТС" Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4 Тел./факс: +7 (495) 640-17-71		

Часть 6 из 7

Условия хранения: от 2 °С до 8 °С

Этикетки на коробку набора реагентов

 ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ		Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
IVD REF C-304-BX LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX 2 °С — 8 °С	АнеуПГТ Комплект реагентов для секвенирования		
Комплектация В.Н.384 Часть 6 из 7		Состав: Проточная ячейка	1 шт
		РУ № РЗН _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 Предназначено для профессионального применения ООО "ДНК-Технология ТС" Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4 Тел./факс: +7 (495) 640-17-71	

Часть 7 из 7

Условия хранения: от 15 °С до 30 °С

Этикетки на коробку набора реагентов

 ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ		Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
IVD REF C-304-BX LOT XXXXXXXX XXXX-XX-XX 15 °С — 30 °С	АнеуПГТ Комплект реагентов для секвенирования		
Комплектация В.Н.384 Часть 7 из 7		Состав: Картридж с буфером	1 шт
		РУ № РЗН _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 Предназначено для профессионального применения ООО "ДНК-Технология ТС" Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4 Тел./факс: +7 (495) 640-17-71	


**Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках
методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina
(АнеуПГТ)**

Комплектация В.Н.96х4

Комплект реагентов для амплификации MDA

Часть 1 из 7

Условия хранения: от минус 22 °С до минус 18 °С

Этикетки на коробку набора реагентов**Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)**

Этикетки на компоненты (пробирки)

Реагент LYS 4 пробирки по 100 мкл  АнеуПГТ Реагент LYS 100 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C 	Реагент NEU 4 пробирки по 200 мкл  АнеуПГТ Реагент NEU 200 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C 
Реагент MDA 4 пробирки по 1,8 мл  АнеуПГТ Реагент MDA 1,8 мл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C 	Фермент-PHI 4 пробирки по 100 мкл  АнеуПГТ Фермент-PHI 100 мкл LOT XXX XXXX-XX-XX -22°C 

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 2 из 7

Условия хранения: от минус 22 °С до минус 18 °С

Этикетки на коробку набора реагентов


ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD

REF S6-517-B9

LOT XXXXXX-XX

XXXX-XX-XX

384

NON STERILE

АнеуПГТ

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл

Комплектация B.N.96x4
Часть 2 из 7



ПУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

**Этикетка на общий гриппер
(содержит блок компонентов)**



АнеуПГТ

Компоненты комплекта реагентов
для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRB	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TN5	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

-18 °C

**Этикетки на компоненты
(пробирки)**

Реагент TRB
4 пробирки по 1,85 мл



АнеуПГТ
Реагент TRB

1,85 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

-18 °C

Фермент-TN5
4 пробирки по 150 мкл



АнеуПГТ
Фермент-TN5

150 мкл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

-18 °C

Фермент-TAT
4 пробирки по 50 мкл



АнеуПГТ
Фермент-TAT

50 мкл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

-22 °C

-18 °C

ООО ЦИРМИ

 INFO@CIRMI.RU

 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

22

**Этикетка на общий гриппер
(содержит блок компонентов)
4 микропланшета**

**Этикетки на компоненты
(планшеты)**

АнеуПГТ Компоненты комплекта реагентов для подготовки полногеномных библиотек Состав: <table><tr><td>Индексы set A</td><td>1 микропланшет</td></tr><tr><td></td><td>96 лунок по 10 мкл</td></tr><tr><td>Индексы set B</td><td>1 микропланшет</td></tr><tr><td></td><td>96 лунок по 10 мкл</td></tr><tr><td>Индексы set C</td><td>1 микропланшет</td></tr><tr><td></td><td>96 лунок по 10 мкл</td></tr><tr><td>Индексы set D</td><td>1 микропланшет</td></tr><tr><td></td><td>96 лунок по 10 мкл</td></tr></table> LOT xxxxxxxx XXXX-XX-XX IVD -22 °C -18 °C	Индексы set A	1 микропланшет		96 лунок по 10 мкл	Индексы set B	1 микропланшет		96 лунок по 10 мкл	Индексы set C	1 микропланшет		96 лунок по 10 мкл	Индексы set D	1 микропланшет		96 лунок по 10 мкл	Индексы set A set A XXXX-XX-XX Индексы set B set B XXXX-XX-XX Индексы set C set C XXXX-XX-XX Индексы set D set D XXXX-XX-XX
Индексы set A	1 микропланшет																
	96 лунок по 10 мкл																
Индексы set B	1 микропланшет																
	96 лунок по 10 мкл																
Индексы set C	1 микропланшет																
	96 лунок по 10 мкл																
Индексы set D	1 микропланшет																
	96 лунок по 10 мкл																

Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 3 из 7

Условия хранения: от 2 °С до 8 °С

Этикетки на коробку набора реагентов

 ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ		Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)													
IVD REF S6-517-B9 LOT XXXXXX-XX  XXXX-XX-XX  384  Комплектация B.N.96x4 Часть 3 из 7 	АнеуПГТ Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек Состав: <table border="0"> <tr> <td>Реагент MQ</td> <td>4 флакона по 15 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент ST</td> <td>4 пробирки по 1,0 мл</td> </tr> <tr> <td>Раствор МЧ Pure</td> <td>4 флакона по 10,8 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент AMP</td> <td>4 пробирки по 1,5 мл</td> </tr> <tr> <td>Раствор МЧ SizeS</td> <td>4 флакона по 10,8 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент TEL</td> <td>4 флакона по 5,0 мл</td> </tr> </table>			Реагент MQ	4 флакона по 15 мл	Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл	Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл	Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл	Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл	Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл
Реагент MQ	4 флакона по 15 мл														
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл														
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл														
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл														
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл														
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл														
		РУ № РЗН _____ от _____ г. ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 Предназначено для профессионального применения													

Этикетка на общий гриппер (содержит блок компонентов)

 АнеуПГТ Компоненты комплекта реагентов для подготовки полногеномных библиотек													
Состав: <table border="0"> <tr> <td>Реагент MQ</td> <td>4 флакона по 15 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент ST</td> <td>4 пробирки по 1,0 мл</td> </tr> <tr> <td>Раствор МЧ Pure</td> <td>4 флакона по 10,8 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент AMP</td> <td>4 пробирки по 1,5 мл</td> </tr> <tr> <td>Раствор МЧ SizeS</td> <td>4 флакона по 10,8 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент TEL</td> <td>4 флакона по 5,0 мл</td> </tr> </table>		Реагент MQ	4 флакона по 15 мл	Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл	Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл	Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл	Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл	Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл
Реагент MQ	4 флакона по 15 мл												
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл												
Раствор МЧ Pure	4 флакона по 10,8 мл												
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл												
Раствор МЧ SizeS	4 флакона по 10,8 мл												
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл												
LOT XXXXXX  XXXX-XX-XX	IVD 												

Этикетки на компоненты (флаконы/пробирки)**Реагент MQ**
4 флакона по 15,0 мл**АнеуПГТ****Реагент MQ**

15 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

**Раствор МЧ Pure**
4 флакона по 10,8 мл**АнеуПГТ****Раствор МЧ Pure**

10,8 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

**Раствор МЧ SizeS**
4 флакона по 10,8 мл**АнеуПГТ****Раствор МЧ SizeS**

10,8 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

**Реагент TEL**
4 флакона по 5,0 мл**АнеуПГТ****Реагент TEL**

5,0 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

**Реагент ST**
4 пробирки по 1,0 мл**АнеуПГТ****Реагент ST**

1,0 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX

**Реагент AMP**
4 пробирки по 1,5 мл**АнеуПГТ****Реагент AMP**

1,5 мл

LOT XXX

XXXX-XX-XX



Комплект реагентов для секвенирования (покупное изделие)

Часть 4 из 7

Условия хранения: от минус 25 °С до минус 15 °С

Этикетки на коробку набора реагентов

Часть 4.1 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:
Буфер НТ1 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

IVD
REF C-304-B9
LOT XXXXXXXX
XXXX-XX-XX

Комплектация В.Н.96х4
Часть 4.1 из 7

-25 °С -15 °С




Часть 4.2 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:
Буфер НТ1 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

IVD
REF C-304-B9
LOT XXXXXXXX
XXXX-XX-XX

Комплектация В.Н.96х4
Часть 4.2 из 7

-25 °С -15 °С




Часть 4.3 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:
Буфер НТ1 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

IVD
REF C-304-B9
LOT XXXXXXXX
XXXX-XX-XX

Комплектация В.Н.96х4
Часть 4.3 из 7

-25 °С -15 °С




Часть 4.4 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:
Буфер НТ1 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

IVD
REF C-304-B9
LOT XXXXXXXX
XXXX-XX-XX

Комплектация В.Н.96х4
Часть 4.4 из 7

-25 °С -15 °С




Часть 5 из 7

Условия хранения: от минус 25 °С до минус 15 °С


Этикетки на коробку набора реагентов
Часть 5.1 из 7


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX



Комплектация В.Н.96х4
Часть 5.1 из 7


АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с реагентами 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71


Часть 5.2 из 7


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX



Комплектация В.Н.96х4
Часть 5.2 из 7


АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с реагентами 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71



Часть 5.3 из 7




Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX

 XXXX-XX-XX

 -15 °C
-25 °C


Комплектация В.Н.96х4
Часть 5.3 из 7



АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с реагентами 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71



Часть 5.4 из 7




Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX

 XXXX-XX-XX

 -15 °C
-25 °C


Комплектация В.Н.96х4
Часть 5.4 из 7



АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с реагентами 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71



Часть 6 из 7

Условия хранения: от 2 °C до 8 °C

Этикетки на коробку набора реагентов
Часть 6.1 из 7


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX



2 °C — 8 °C

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Проточная ячейка 1 шт

 Комплектация В.Н.96х4
Часть 6.1 из 7


РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения
ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 6.2 из 7


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX



2 °C — 8 °C

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Проточная ячейка 1 шт

 Комплектация В.Н.96х4
Часть 6.2 из 7


РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения
ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 6.3 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF

C-304-B9

LOT

XXXXXXXX



XXXX-XX-XX


8 °C
2 °C

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Проточная ячейка

1 шт

Комплектация В.Н.96х4
Часть 6.3 из 7



РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 6.4 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF

C-304-B9

LOT

XXXXXXXX



XXXX-XX-XX


8 °C
2 °C

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Проточная ячейка

1 шт

Комплектация В.Н.96х4
Часть 6.4 из 7



РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 7 из 7

Условия хранения: от 15 °С до 30 °С

Этикетки на коробку набора реагентов
Часть 7.1 из 7


ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX


 Комплектация В.Н.96х4
Часть 7.1 из 7

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с буфером 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения


 ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 7.2 из 7


ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX


 Комплектация В.Н.96х4
Часть 7.2 из 7

АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с буфером 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения


 ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 7.3 из 7





Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX


 Комплектация В.Н.96х4
Часть 7.3 из 7


АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с буфером 1 шт

РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

 ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

Часть 7.4 из 7





Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD
REF C-304-B9

LOT XXXXXXXX


XXXX-XX-XX


 Комплектация В.Н.96х4
Часть 7.4 из 7


АнеуПГТ

Комплект реагентов для секвенирования

Состав:

Картридж с буфером 1 шт


РУ № РЗН _____ от _____ г.

ТУ 21.20.23-143-46482062-2023

Предназначено для профессионального применения

 ООО "ДНК-Технология ТС"
Россия, 117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71

- этикетка на корпус USB-флеш-накопителя, содержащая информацию:
 - наименование ПО и обозначение версии.



- этикетка на пакет с USB-флеш-накопителем, содержащая информацию:

Образец маркировки конверта с USB-флеш-накопителем

	Код ОКПД2: 21.20.23.110
Программное обеспечение «СекВарио АнеуПГТ» Версия 1.0 от 23.11.2023	
к набору реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023 РУ № РЗН _____ от _____ г.	
Назначение: Программное обеспечение «СекВарио АнеуПГТ» предназначено для обработки и интерпретации результатов, полученных с использованием набора реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)	
Поставляемые элементы: флеш-накопитель – 1 шт. Язык интерфейса: русский Функции ПО, условия эксплуатации приведены в Руководстве пользователя	
 ООО «ДНК-Технология ТС» Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 4. Тел/факс +7(495) 640-17-71 e-mail: mail@dna-technology.ru Web: www.dna-technology.ru	

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для амплификации MDA
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования  8 °C не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C 
Комплектация А.Н.384 Часть 1 из 3	

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
 8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования  8 °C не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C 
Комплектация А.Н.384 Часть 2 из 3	

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
 адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
 8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
 +7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
 E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
 _____  _____ LOT _____ Комплектация А.Н.384 Часть 3 из 3	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 2 °C  25 °C не более 5 суток Условия хранения 2 °C  8 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)

IVD	Комплект реагентов для амплификации MDA
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования  8 °C не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C
Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 1 из 7	

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)

IVD	Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования  8 °C не более 5 суток Условия хранения  -18 °C -22 °C
Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 2 из 7	

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 25 °C 2 °C не более 5 суток Условия хранения 8 °C 2 °C Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 3 из 7

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
E-mail: hotline@dna-technology.ru

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для секвенирования
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 8 °C не более 5 суток Условия хранения - 15 °C -25 °C Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 4 из 7

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»
адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),
+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),
E-mail: hotline@dna-technology.ru

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для секвенирования
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования  8 °C не более 5 суток Условия хранения -25 °C  -15 °C Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 5 из 7

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

Этикетка на транспортную тару

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для секвенирования
  LOT	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 2 °C  25 °C не более 5 суток Условия хранения 2 °C  8 °C Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 6 из 7

Масса нетто потребительской упаковки: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

IVD	Комплект реагентов для секвенирования
 _____  _____ LOT _____ _____ Комплектация B.N.384 Комплектация B.N.96x4 Часть 7 из 7	Количество наборов: _____ шт. Условия транспортирования 25 °C  2 °C не более 5 суток Условия хранения 30 °C  15 °C

Масса нетто потребительской упаковки: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____

Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»

адрес: 117246, Россия, г. Москва, проезд Научный, д. 20, строение 4

Адрес для обращения: По вопросам качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8 (800) 200-75-15 (звонок по России бесплатный),

+7(495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный),

E-mail: hotline@dna-technology.ru

МАКЕТ!

Информация, нанесенная на коробку типографским способом

Информация о производителе на русском языке,
нанесенная типографским способом на коробку с набором реагентов



Код производителя указан
на этикетке (см. последнюю
букву в номере серии).

Р. ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия, 142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20

М. ООО «ДНК-Технология ТС»,
Россия, 117246, г. Москва,
проезд Научный, д. 20, стр. 4

Служба клиентской поддержки:
8 (800) 200-75-15
(для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93
(для стран СНГ и зарубежья,
звонок платный)
hotline@dna-technology.ru

www.dna-technology.ru

Сделано в России

Информация о производителе на английском языке,
нанесенная типографским способом на коробку с набором реагентов



Code of manufacturer
is shown on the label
(see the last letter in the lot).

P. «DNA-Technology
Research&Production», LLC
Russia, 142281, Moscow region, Protvino,
Zheleznodorozhnaya street, 20

M. «DNA-Technology TS», LLC
Russia, 117246, Moscow,
proezd Nauchny, 20, bld. 4

Customer service:
8 (800) 200-75-15
(for Russia, free call)
+7 (495) 640-16-93
(for CIS and foreign countries, charged call)
hotline@dna-technology.ru

www.dna-technology.com

Made in Russia

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 40

(сорок) листа (ов)

специалист по регистрации

Щербакон Н.И.



**Фотографии набора реагентов
АнеуПГТ**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



С.А. Самарин

« 15 » _____ 2024 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ**

Набор реагентов

для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках

**методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina
(АнеуПГТ)**


2024 г.

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплект реагентов для
подготовки полногеномных библиотек
Часть 2 из 3 и Часть 3 из 3

Комплектация A.N.384
Общий вид

Комплект реагентов для
амплификации MDA
Часть 1 из 3



Паспорт качества

Инструкция по
применению

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)





Комплектация A.N.384
Комплект реагентов для амплификации MDA
Часть 1 из 3

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI





4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

4 микропланшета: Индекс set A
Индекс set B
Индекс set C
Индекс set D


Комплектация А.Н.384
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 2 из 3



Реагент TRB
4 пробирки

Фермент-ТАТ
4 пробирки

Фермент-TN5
4 пробирки



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация А.Н.384
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 3 из 3


Реагент MQ
4 флакона

Реагент TEL – 4 флакона
Раствор МЧ SizeS – 4 флакона

Реагент ST – 4 пробирки
Раствор МЧ Pure – 4 флакона

Реагент AMP
4 пробирки

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация В.Н.384
Комплект реагентов для амплификации MDA
Части 1-3 из 7

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

ИВД
REF S6-517-BX
LOT XXXXXX-XX
XXXX-XX-XX

АнеуПГТ
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент TRS	4 пробирки по 1,85 мл
Фермент-TNS	4 пробирки по 150 мкл
Фермент-TAT	4 пробирки по 50 мкл
Индексы set A	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set B	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set C	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл
Индексы set D	1 микропланшет 96 лунок по 10 мкл

Комплектация В.Н.384
Часть 2 из 7

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

Комплект реагентов для
подготовки полногеномных библиотек
Части 2 и 3 из 7

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

ИВД
REF S6-517-BX
LOT XXXXXX-XX
XXXX-XX-XX

АнеуПГТ
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек

Состав:

Реагент MQ	4 флакона по 15 мл
Реагент ST	4 пробирки по 1,0 мл
Раствор MN Рыв	4 флакона по 10,8 мл
Реагент AMP	4 пробирки по 1,5 мл
Раствор MN SizeB	4 флакона по 10,8 мл
Реагент TEL	4 флакона по 5,0 мл

Комплектация В.Н.384
Часть 3 из 7

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

ИВД
REF S6-517-BX
LOT XXXXXX-XX
XXXX-XX-XX

АнеуПГТ
Комплект реагентов для амплификации MDA

Состав:

Реагент LYS	4 пробирки по 100 мкл
Реагент HBU	4 пробирки по 250 мкл
Реагент MDA	4 пробирки по 1,8 мл
Фермент Pfu	4 пробирки по 100 мкл

Комплектация В.Н.384
Часть 1 из 7

РУ № РЗН _____ от _____ г.
ТУ 21.20.23-143-46482062-2023
Предназначено для профессионального применения

Комплект реагентов для
амплификации MDA
Часть 1 из 7

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)


Комплектация B.N.384
Комплект реагентов для амплификации MDA
Часть 1 из 7

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
 Реагент NEU
 Реагент MDA
 Фермент-PHI



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)

4 микропланшета: Индекс set A
Индекс set B
Индекс set C
Индекс set D

Комплектация В.Н.384
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 2 из 7




Реагент TRB
4 пробирки

Фермент-ТАТ
4 пробирки

Фермент-TN5
4 пробирки

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупТТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)


Комплектация В.Н.384
Комплект реагентов для секвенирования
Части 4-7 из 7




Картридж с буфером – 1 шт



Буфер HT1 – 1 шт




Картридж с реагентами – 1 шт




Проточная ячейка – 1 шт


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)


Комплектация B.N.96x4
Комплект реагентов для амплификации MDA
Часть 1 из 7

4 пробирки: Реагент LYS
Реагент NEU
Реагент MDA
Фермент-PHI


4 пробирки: Реагент LYS
Реагент NEU
Реагент MDA
Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
Реагент NEU
Реагент MDA
Фермент-PHI

4 пробирки: Реагент LYS
Реагент NEU
Реагент MDA
Фермент-PHI



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупГТ)



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация В.Н.96х4
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 3 из 7

Реагент MQ
4 флакона

Реагент TEL - 4 флакона
Раствор МЧ SizeS - 4 флакона

Реагент ST - 4 пробирки
Раствор МЧ Pure - 4 флакона

Реагент AMP
4 пробирки


Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)

Комплектация В.Н.96х4
Комплект реагентов для подготовки
полногеномных библиотек
Часть 4.1-4.4 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)


Комплектация В.Н.96х4
Комплект реагентов для подготовки полногеномных библиотек
Часть 4.1-4.4 из 7




Буфер HT1 – 4 шт

Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация B.N.96x4
Комплект реагентов для подготовки
полногеномных библиотек
Часть 5.1-5.4 из 7




Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)




Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация B.N.96x4
Комплект реагентов для подготовки
полногеномных библиотек
Часть 6.1-6.4 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS
на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация B.N.96x4
Комплект реагентов для подготовки
полногеномных библиотек
Часть 6.1-6.4 из 7




Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеуПГТ)

Комплектация В.Н.96х4
Комплект реагентов для подготовки
полногеномных библиотек
Часть 7.1-7.4 из 7



Набор реагентов для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina (АнеупИГТ)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25

двадцать пять листа (ов)

специалист по регистрации
Щербакова Е.И.

