

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI[®] EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI[®], в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КПС»



Смирнов Э.А.

« 30 »


2024 г.

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI[®] EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI[®], в вариантах исполнения:


Вариант исполнения 1

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов, в составе:











CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130265001M: 100 тестов

130665001M: 50 тестов

130765001M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для замачивания картриджа с реагентами	3 шт.
Мешочки со сферическими шариками для отрицательного контроля	4 шт.
Мешочки со сферическими шариками для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель
по РФ ООО «СЛС» (LLC CLS).
125143, г. Москва, ул. Новопосадская, д. 6, корпус 216 1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к вирусу Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемического анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD



REF 130765001M

LOT 100123120501




05-06-2025

P3H P3H XXXX/XXXXXX



Для профессионального применения





Вариант исполнения 2

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 50 тестов, в составе:





положительный контроль







#1001231205012 #
EBV EA IgG Positive Control



#1001231205012 #
EBV EA IgG Positive Control



#1001231205012 #
EBV EA IgG Positive Control



#1001231205012 #
EBV EA IgG Positive Control



#1001231205011 #
EBV EA IgG Negative Control



#1001231205011 #
EBV EA IgG Negative Control



#1001231205011 #
EBV EA IgG Negative Control




#1001231205011 #
EBV EA IgG Negative Control

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**




130265001M: 100 тестов
130665001M: 50 тестов
130765001M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.








Вариант исполнения 3

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI[®] EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI[®], 100 тестов, в составе:











CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130265001M: 100 тестов


130665001M: 50 тестов


130765001M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV EA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.





ВСЕГО ПРОШН. РУБЛ. И
СКРЕПЛЕНО 32 ЛИСТ «ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ В.А.

