



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2021/14964

На медицинское изделие
Колонка АВО Адсопак® для селективной плазмсорбции антител к антигенам
групп крови человека с принадлежностями по ТУ 32.50.50-013-17343678-18

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"ПОКАРД" (ООО НПФ "ПОКАРД"), Россия,
123592, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Строгино, ул. Кулакова, д. 20,
к. 1, помещ. 8/1

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"ПОКАРД" (ООО НПФ "ПОКАРД"), Россия,
123592, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Строгино, ул. Кулакова, д. 20,
к. 1, помещ. 8/1

Место производства медицинского изделия
ООО НПФ "ПОКАРД", Россия, 123098, Москва, ул. Гамален, д. 18, стр. 4

Номер регистрационного досье № РД-65947/88753 от 12.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7668
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0083034

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2021/14964

Лист 1

На медицинское изделие

**Колонка АВО Адсопак® для селективной плазмсорбции антител к антигенам
групп крови человека с принадлежностями по ТУ 32.50.50-013-17343678-18:**

I. Состав:

- Колонка АВО Адсопак® - 1 шт.;
- Регенерирующий раствор № 1 - не более 4 шт.;
- Регенерирующий раствор № 2 - не более 8 шт.

II. Принадлежности:

- Переходник «люер-лок» - 1 шт.;
- Концентрат для приготовления консервирующего раствора - не более 4 шт.

III. Варианты исполнения:

- Колонка АВО Адсопак®-А150 (5-150А);
- Колонка АВО Адсопак®-А300 (5-300А);
- Колонка АВО Адсопак®-В150 (5-150В);
- Колонка АВО Адсопак®-В300 (5-300В);
- Колонка АВО Адсопак®-АВ300 (5-300АВ).

Handwritten mark

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0154698