

Серия № D910031
Годен до 06 2021
Дата изготовления 18 2019

Хранить
при +2 ... +8°C

Набор контрольных плазм для количественного
определения D-димера в плазме крови для
линейки коагулометров «Technology Solution»



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-D-ДИМЕР КОНТРОЛЬ

6x1 мл

каталожный
номер **857**

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 857

Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера
в плазме крови для линейки коагулометров «Technology Solution»

(TS-D-димер контроль)

ТУ 21.20.23-089-42349142-2020



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-D-ДИМЕР КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора контрольных плазм для ко-
личественного определения D-димера в плазме крови для
линейки коагулометров «Technology Solution»


НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-D-димер контроль» предназначено для прове-
дения внутривенного контроля качества (Quality Control) медицинского
набора реагентов для количественного определения D-димера в плазме
крови для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-D-димер) на линейке
коагулометров «Technology Solution».

Набор предназначен только для профессионального использования спе-
циалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями,
для ИЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками

Серия D910031

Годен до 06.2021



Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-D-ДИМЕР КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. D-димер контроль L, на 1 мл – 3 фл.
2. D-димер контроль H, на 1 мл – 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-089-42349142-2020

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  **СТАНДАРТ**

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

857



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru



8-800-551-61-71

Директор ООО фирма «Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2

(два) листов

« 20 июня » 20 20 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот А.П. Момот



Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения D-димера в плазме крови для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-D-димер контроль)» по ТУ 21.20.23-089-42349142-2020.

Макет этикетки реагента «D-димер контроль L»



Макет этикетки реагента «D-димер контроль H»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот