

Красочная группа: СМУК

Спецотделка: выборочная лакировка

Тип бумаги: Картон целлюлозный 295 г/м²

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28






Красочная группа: СМУК

Спецотделка: выборочная лакировка

Тип бумаги: Картон целлюлозный 295 г/м²

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6

(шесть) листов

«21» ноября 2023 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2023 г.

**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Дефицитная плазма по фактору свертывания для коагулометров «Technology Solution» (TS-Дефицитная
плазма) по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»**

исполнения I:
сторона медицинского изделия.

Серия № E230303
Годен до 09 2024
Дата изготовления 03 2023

Хранить
при +2 ... +8 °C


Дефицитная плазма по фактору
свертывания для коагулометров
«Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023



TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

каталожный
номер **948**

3x1 мл



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 948

Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230303

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА**Вариант исполнения 1:**

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания II (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37


каталожный номер

948**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 948

Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230303

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

**TECHNOLOGY
SOLUTION****TS-Дефицитная плазма****ИНСТРУКЦИЯ**

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Серия № E230305
Token ID 09 2024
Дата изготовления 03 2023
Хранить при +2...+8°C


Дефицитная плазма по фактору свертывания для коагулометров «Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма) по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023



TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

3x1 мл

каталожный номер 949



ООО фирма «Технология Стандарт»

ПАСПОРТ № 949
Дефицитная плазма по фактору свертывания для коагулометров «Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма) по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230305

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия «Дефицитная плазма по фактору свертывания для коагулометров «Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма) по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА**Вариант исполнения 2:**

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания V (лиофильно высушенная), на 1 мл – 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37


каталожный номер

949**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71

**ПАСПОРТ № 949**

**Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023**

Серия E230305

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

**TECHNOLOGY
SOLUTION****TS-Дефицитная плазма****ИНСТРУКЦИЯ**

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Серия № E230307
Годен до 09.2024
Дата изготовления 03.2023

Хранить
при +2...+8°C

Дефицитная плазма по фактору
свертывания для коагулометров
«Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

каталожный
номер **950**

3x1 мл



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 950

Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230307

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	---------------------------	-------------------------



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

Вариант исполнения 3:

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания VII (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ **СТАНДАРТ**

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

950



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 950

Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230307

Гожен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Дефицитная плазма по фактору
свертывания для коагулометров
«Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия № E230309
Годен до 09 2024
Дата изготовления 03 2023

3x1 мл



ТЕХНОЛОГИ
SOLUTION

каталожный
номер 953



TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 953
Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Годен до 09.2024

Серия E230309

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

Вариант исполнения 4:

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания X (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ **СТАНДАРТ**

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

953




TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 953

Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230309

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по



Дефицитная плазма по фактору
свертывания для коагулометров
«Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

КАТАЛОЖНЫЙ
НОМЕР **954**

3x1 мл

Серия № E230311
Годен до 09 2024
Дата изготовления 03 2023

Хранить
при +2...+8 °С



TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)

по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови «человека активности коагуляционных факторов II, V, VIII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системах коагулатоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по



ООО Фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 954
Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230311

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА**Вариант исполнения 5:**

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания XI (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

954**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО Фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 954

**Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023**

Серия E230311

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

**TECHNOLOGY
SOLUTION****TS-Дефицитная плазма****ИНСТРУКЦИЯ**

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Серия № E230313
Годен до 09.2024
Мед. изделие № 03.2023

Дефицитная плазма по фактору
свертывания для коагулометров
«Technology Solution» (TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023




TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА

3x1 мл

каталожный
номер **955**



ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 955
Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230313

Годен до 09.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	---------------------------	-------------------------



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-Дефицитная плазма

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ДЕФИЦИТНАЯ ПЛАЗМА**Вариант исполнения 6:**

1. Дефицитная плазма по фактору свертывания XII (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл.
2. Инструкция по применению.
3. Паспорт.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-120-42349142-2023
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

955**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71

**TECHNOLOGY
SOLUTION****TS-Дефицитная плазма****ИНСТРУКЦИЯ**

по применению медицинского изделия
«Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»
(TS-Дефицитная плазма)
по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» (краткое наименование) предназначено для определения в плазме крови человека активности коагуляционных факторов II, V, VII, X, XI и XII как вспомогательное средство в системе полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution», совместно с наборами реагентов к ним. Кроме того, медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» может быть использовано для контроля заместительной терапии концентратами факторов свертывания у пациентов. Медицинское изделие «TS-Дефицитная плазма» относится к вспомогательным средствам диагностики.

Популяционные и демографические аспекты применения медицинского изделия: медицинское изделие не имеет возрастных ограничений и ограничений по половому, расовому и другим признакам.

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями, врачами КЛД, врачами-лаборантами, медицинскими лабораторными техниками (фельдшер-лаборант), лаборантами, медицинскими технологами.

Область применения медицинского изделия: клиническая лабораторная диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Оценивают время свертывания смеси исследуемой и дефицитной по определяемому фактору плазм. Активность коагуляционного фактора определяют по

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 955

**Дефицитная плазма по фактору свертывания
для коагулометров «Technology Solution»**

(TS-Дефицитная плазма)

по ТУ 21.20.23-120-42349142-2023

Серия E230313

Годен до 09.2024

Наименование показателя

Должное значение
по ТУФактическое
значение

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 13

(тринадцать) листов

20 13 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

