

Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-ПОАК-контроль)» по ТУ 21.20.23-106-42349142-2021.

Комплектация № 1:

Макет этикетки реагента «Апиксабан-контроль L»



Макет этикетки реагента «Апиксабан-контроль Н»



Комплектация № 2:

Макет этикетки реагента «Ривароксабан-контроль L»



Макет этикетки реагента «Ривароксабан-контроль Н»



Комплектация № 3:

Макет этикетки реагента «Фондапаринукс-контроль L»




Макет этикетки реагента «Фондапаринукс-контроль Н»



**Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»**



А.П. Момот



Размер коробки в готовом виде: 144*58*28



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы

«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology
Solution» (TS-ПОАК-контроль)» по ТУ 21.20.23-106-42349142-2021**

Набор контрольных плазм для линейки
коагулометров «Technology Solution»



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

каталожный
номер **876**

6x1 мл

Серия № E213023
Годен до 09.2022
Дата
изготовления 08.2021

Хранить
при +2 ... +8°C



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution» (TS-ПОАК-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПОАК-контроль» предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия. Набор реагентов для определения анти-Ха активности прямых активностей для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Анти-Ха) при измерении анти-Ха активности в референс-плазме (ПОАК) (микробил, реактосебан, фондальрикс и других) в линейке хроно хронометрическим методом на анализе коагулометров «Technology Solution».

Набор предназначен только для профессионального использования.

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 876

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-ПОАК-контроль)

ТУ 21.20.23-106-42349142-2021

Серия E213023

Годен до 09.2022

**TS-ПОАК-
КОНТРОЛЬ**

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. Аликсабан-контроль L, на 1 мл - 3 фл.
2. Аликсабан-контроль H, на 1 мл - 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-106-42349142-2021

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕ СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

876



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 876

**Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-ПОАК-контроль)**

ТУ 21.20.23-106-42349142-2021



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution» (TS-ПОАК-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПОАК-контроль» предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) медицинских изделий «Набор реагентов для определения анти-Ха активности плазмы антикоагулянтной для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Anti-Ха) при определении анти-Ха активности плазмы при анализе коагулометров (TS-AK) (анализ, мониторинг, фундаментальная и др.) и анализ крови химическим методом на наличие коагулянтов «Technology Solution».

Набор предназначен только для профессионального использования в лаборатории.

Серия № E213025
Годен до 09.2022
Дата изготовления 03.2021

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution»

 TECHNOLOGY SOLUTION

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

каталожный номер 880

6x1 мл

Хранить при +2 ... +8°C



ООО фирма Тестсистема Стандарт

ПАСПОРТ № 880
Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution»
(TS-ПОАК-контроль)
ТУ 21.20.23-106-42349142-2021

Серия E213025

Годен до 09.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
-------------------------	------------------	----------------------

 TECHNOLOGY SOLUTION

TS-ПОАК-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-ПОАК-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПОАК-контроль» предназначено для проведения внутривенного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия «Набор реактивов для определения активности фактора антикоагулянтов для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Анти-Ха)» при определении активности фактора антикоагулянтов (ПОАК) (активация, деактивация, факторизация и др.) и плазмы крови при гемостазе на линейке коагулометров «Technology Solution».

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4

(четыре) листов

« 30 » июня 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология Стандарт»

А.П. Момот

