

Серия № Д909007
 Годен до 05.2021
 Дата изготовления 11.2019

Хранить при +2 ... +8°C

Набор калибраторов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution»



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ФИБРИНОГЕН-КАЛИБРАТОР

5x1 мл

каталожный номер 860

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 860

Набор калибраторов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution»
 (TS-Фибриноген-калибратор)
 ТУ 21.20.23-086-42349142-2020



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ФИБРИНОГЕН-КАЛИБРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению набора калибраторов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Фибриноген-калибратор» предназначено для получения калибровочных значений времени свертывания при определении концентрации фибриногена в плазме крови модифицированным методом Клаусса без предварительного разведения исследуемой плазмы на линейке полуавтоматических импедансных коагулометров «Technology Solution». Медицинское изделие «TS-Фибриноген-калибратор» предназначено только для набора «TS-Фибриноген». Набор предназначен только для профессионального использования специалистами в области лабораторной диагностики: заведующими лабораториями.

Серия Д909007

Годен до 05.2021

Должное значение	Фактическое
TS-Фибриноген-калибратор №1	TS-Фибриноген-калибратор №1
TS-Фибриноген-калибратор №2	TS-Фибриноген-калибратор №2
TS-Фибриноген-калибратор №3	TS-Фибриноген-калибратор №3
TS-Фибриноген-калибратор №4	TS-Фибриноген-калибратор №4
TS-Фибриноген-калибратор №5	TS-Фибриноген-калибратор №5

TS-ФИБРИНОГЕН-КАЛИБРАТОР

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ФИБРИНОГЕН-КАЛИБРАТОР

каталожный номер

860

Состав набора:

1. Калибратор № 1 (лиофильно высушенный) - 1 фл.
2. Калибратор № 2 (лиофильно высушенный) - 1 фл.
3. Калибратор № 3 (лиофильно высушенный) - 1 фл.
4. Калибратор № 4 (лиофильно высушенный) - 1 фл.
5. Калибратор № 5 (лиофильно высушенный) - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-086-42349142-2020

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37



**TECHNOLOGY
SOLUTION**

656037, г. Барнаул,
а/я 3333

sales@lab-solution.ru



8-800-551-61-71



Директор ООО фирма «Технология-Стандарт»

А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2

1) листов

20 г.


Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот




Макет этикеток медицинского изделия «Набор калибраторов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фибриноген-калибратор)» по ТУ 21.20.23-086-42349142-2020.


Макет этикетки реагента «Калибратор № 1»




Макет этикетки реагента «Калибратор № 2»




Макет этикетки реагента «Калибратор № 3»



Макет этикетки реагента «Калибратор № 4»



Макет этикетки реагента «Калибратор № 5»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот