

УТВЕРЖДАЮ




Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор контрольных плазм для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ контроль)»
по ТУ 21.20.23-116-42349142-2021**



TS-ПДФ КОНТРОЛЬ

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПДФ КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. ПДФ-контроль L, на 1 мл – 3 фл.
2. ПДФ-контроль H, на 1 мл – 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-116-42349142-2021
РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

924



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ПАСПОРТ № 924

Набор контрольных плазм для количественного определения
ПДФ на коагулометрах «Technology Solution»

(TS-ПДФ контроль)

ТУ 21.20.23-116-42349142-2021

Серия E218016

Годен до 02.2023

Наименование показателя

Должное
значение

Фактическое
значение



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПДФ контроль

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор контрольных плазм для количественного
определения ПДФ на коагулометрах
«Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПДФ контроль» предназначено
для проведения внутрилабораторного контроля качества
(Quality Control) медицинского изделия «Набор реагентов для
количественного определения ПДФ на коагулометрах
«Technology Solution» (TS-ПДФ)». Медицинское изделие «TS-ПДФ

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3

(три) листов


2011 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет упаковки медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ контроль)» по ТУ 21.20.23-116-42349142-2021



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ контроль)» по ТУ 21.20.23-116-42349142-2021.

Макет этикетки реагента «ПДФ-контроль L»



Макет этикетки реагента «ПДФ- контроль H»



**Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»**



А.П. Момот