


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Комплекс аппаратно-программный «ЭСМО-Электронная система
медицинских осмотров» по ТУ 26.60.12-004-29448112-2018»
исполнение Терминал настольный Инспектор-1



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
**«Комплекс аппаратно-программный «ЭСМО-Электронная система
медицинских осмотров» по ТУ 26.60.12-004-29448112-2018»
исполнение Терминал настольный Инспектор-2**

1. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным блоком управления с монитором с сенсорным экраном на базе Raspberry Pi Model B+

3. Камера, Разрешение видео до 1920x1080 пикселей; Частота кадров до 30 кадров/с

4. Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, JXB-183

5. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E-200, Динго E-200 (B)

2. Считыватель карт, EM-MARINE, Mifare

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: TM-2655, TM-2655P

7. Адаптер питания с встроенным кабелем, Входное напряжение: 100-240В 50-60 Гц 0,6А
Выходное напряжение: 12В 1,5А

Макет маркировки

Комплекс аппаратно-программный «ЭСМО-Электронная система медицинских осмотров» по ТУ 26.60.12-004-29448112-2018»
исполнение Терминал настольный Инспектор-2

ЭСМО

Электронная система
медицинских осмотров

Комплекс аппаратно-программный
«ЭСМО - Электронная система медицинских осмотров»
ТУ 26.60.12-004-29448112-2018
КВЗР.192850.004РЭ Терминал настольный Инспектор-2
SN 170200701

12В  1,5А 
Производитель: ООО «КВАЗАР»
www.kvzrm.ru

Сделано в России

01.2021 



**Комплекс аппаратно-программный «ЭСМО – электронная система медицинских осмотров»
по ТУ 26.60.12-004-29448112-2018 в вариантах исполнения:**

I. Терминал настольный Инспектор-1, в составе:

1. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным блоком управления с монитором с сенсорным экраном на базе Raspberry Pi Model B+ (1шт.).
2. Считыватель карт, EM-MARINE, Mifare (1шт.).
3. Камера, Разрешение видео до 1920x1080 пикселей; Частота кадров до 30 кадров/с (1шт.).
4. Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, JXB-183 (1шт.).
5. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E-200 или Динго E-200 (B) (1шт.).
6. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями Модели: UA-911BT или UA-911BT-C (1шт.).
7. Адаптер питания с встроенным кабелем, Входное напряжение: 100-240В 50-60 Гц 0,6А
Выходное напряжение: 12В 1,5А (1шт.).
8. Эксплуатационная документация:
 - 8.1. Паспорт (1шт.) и Руководство по эксплуатации (1шт.).
 - 8.2. Паспорт и Руководство по эксплуатации Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, JXB-183(1шт.).
 - 8.3. Паспорт (1шт.) и Руководство по эксплуатации Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E-200, Динго E-200 (B) (1шт.).
 - 8.4. Руководство по эксплуатации Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой модели UA-911BT, UA-911BT-C(1шт.).

II. Терминал настольный Инспектор-2, в составе:

1. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным блоком управления с монитором с сенсорным экраном на базе Raspberry Pi Model B+ (1шт.).
2. Считыватель карт, EM-MARINE, Mifare (1шт.).
3. Камера, Разрешение видео до 1920x1080 пикселей; Частота кадров до 30 кадров/с (1шт.).
4. Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, JXB-183 (1шт.).
5. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E-200, Динго E-200 (B) (1шт.).
6. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655 или ТМ-2655Р (1шт.).
7. Адаптер питания с встроенным кабелем, Входное напряжение: 100-240В 50-60 Гц 0,6А
Выходное напряжение: 12В 1,5А (1шт.).
8. Эксплуатационная документация:
 - 8.1. Паспорт (1шт.) и Руководство по эксплуатации (1шт.).
 - 8.2. Паспорт (1шт.) и Руководство по эксплуатации Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, JXB-183(1шт.).
 - 8.3. Паспорт(1шт.) и Руководство по эксплуатации Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго E-200, Динго E-200 (B) (1шт.).
 - 8.4. Технический паспорт(1шт.) и руководство по эксплуатации Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655, ТМ-2655Р (1шт.).

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 49
40024023 листах

КОПИЯ
ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «КВАЗАР»
Туголуков А. В.

