



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО

"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы

ООО «НьюМедТех»




С.В. Стогов

«18» 10 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Реагент лизирующий ВН-LH68 для анализаторов гематологических серии ВН



Общий вид медицинского изделия



Реагент лизирующий ВН-LH68, 500 мл



Реагент лизирующий BH-LH68, 500 мл

URIT **LH** **BH-LH68**

**Реагент лизирующий BH-LH68
для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 500 мл

LOT



24010685M7
20240115
20260114
QC PASS

Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Вторичная упаковка медицинского изделия

This card is only used for LH lyse.

Reagents Card
Lyse

LH

Идентификационная карта



LH68Y00001439

Reagents Card
Lyse

LH

Идентификационная карта

URIT **LH** BH-LH68



**Реагент лизирующий BH-LH68
для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 500 мл

(01)



Регистрационное удостоверение
РЗН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX



URIT **LH** BH-LH68



**Реагент лизирующий BH-LH68
для анализаторов
гематологических серии BH**

[Назначение]

Используется для разрушения эритроцитов, преобразования гемоглобина, стабилизации формы необходимых клеток перед анализом, а также для определения количественного содержания гемоглобина.

[Состав]

Натрия додецилсульфат: 0,17 %, полиоксизетилен лауриловый эфир (Brij35): 0,1 %

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-417, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Kunming)
Tel.: +86(773)2228558 Fax: +86(773)2228540
Web: www.urit.com Email: service@urit.com

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации
ООО «НьюМедТек»
111033 г. Москва, ул. Волоколамская, дом 40Г,
стр. 4, помещ. 1.16 этаж 1



REV 10/2022-1

Макет маркировки медицинского изделия



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8

(восемь)

листах

