



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО
"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы
ООО «НьюМедТех»




С.В. Стогов

«07» марта 2025

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Краситель флуоресцентный ВН-FP68 для анализаторов гематологических
серии ВН



Общий вид медицинского изделия

URIT
BH-FP68




Краситель флуоресцентный
BH-FP68 для анализаторов
гематологических серии BH

[Назначение]

Используется в качестве вспомогательного изделия в *in vitro* диагностике для окрашивания клеток крови с целью изучения их морфологии и структуры, удобства дифференцировки и подсчета методом проточной цитометрии в сочетании с флуоресцентным окрашиванием нуклеиновых кислот. После того, как образец крови обработан лизирующим реагентом BH-LP68, флуоресцентный краситель окрашивает лейкоциты в образце. Медицинское изделие используется для выполнения общего анализа крови (ОАК), который назначается для диагностики и контроля лечения различных заболеваний.

Объем: 6 мл



LOT 24010861M11

20240115

20250114



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Китай)

Тел.: +86(773)2288586

Факс: +86(773)2288560

Web: www.urit.com

Email: service@uritest.com

REV:10/2022-1

Краситель флуоресцентный BH-FP68, 6 мл

URIT

FP

BH-FP68

**Краситель флуоресцентный
BH-FP68 для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 6 мл



24010861M11



20240115

20250114



QC PASS

Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Вторичная упаковка изделия

URIT

FP

BH-FP68



Краситель флуоресцентный BH-FP68 для анализаторов гематологических серии BH

Объем: 6 мл




Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

[Хранение и стабильность]
1. Хранить в темном месте, защищенном от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. Относительная влажность не должна превышать 90%. Температура хранения после вскрытия и температура использования: 15°C-30°C.
2. Годен в течение 12 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 90 дней.

[Ограничения, меры предосторожности и предупреждения]
1. Флуоресцентный краситель следует использовать под руководством квалифицированного технического специалиста. Краситель предназначен только для диагностики in vitro.
2. Это изделие не предназначено для употребления внутрь. При случайном приеме внутрь немедленно обратиться к врачу.
3. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта с реактивом следует немедленно промыть место контакта большим количеством воды или обратиться к врачу.
4. Сработанный/остаточный реактив утилизируют в соответствии с местными и нормативными требованиями.



URIT

FP

BH-FP68



Краситель флуоресцентный BH-FP68 для анализаторов гематологических серии BH


[Назначение]
Используется в качестве вспомогательного изделия in vitro диагностики для окрашивания клеток крови с целью изучения их морфологии и структуры, удобства дифференцировки и подсчета методом проточной цитометрии в сочетании с флуоресцентным окрашиванием нуклеиновых кислот. После того, как образец крови обработан лизирующим реагентом BH-LP68, флуоресцентный краситель окрашивает лейкоциты в образце. Медицинское изделие используется для выполнения общего анализа крови (ОАК), который назначается для диагностики и контроля лечения различных заболеваний.

[Состав]
Полиметиленовый флуоресцентный краситель: 0,004 %, этиленгликоль: 92,0 %.

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Kитай)
Тел.: +86(773)2285586 Факс: +86(773)2285560
Web: www.urit.com E-mail: service@urit.com

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации
ООО «НьюМедТек»
111033 г. Москва, ул. Волочаевская, дом 40Ф,
стр. 4, помещ. 1.16 этаж 1



REV: 10/2022-1

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 5

(четыре)

листах

