



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Альбом фотографических изображений



Фотографическое изображение 1. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 1 – вид спереди.




Фотографическое изображение 2. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 1 – вид сзади

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 1
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77

Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 001

Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 3. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 1 – вид сзади (маркировка)



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
Вариант исполнения: Тип I Исполнение I
Проектировщик: ООО НПК «ЭСТЭН»
Россия, 185191, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова д.18, литер Д, помещение 1411
Серийный № 001, дата выпуска 2019г.
Рег. указ. №
Хранить при температуре +50 °С до -50 °С
Срок службы 2 года
Сделано в России


Фотографическое изображение 4. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение I – вид сбоку



Фотографическое изображение 5. Инсуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение 2 – вид спереди



Фотографическое изображение 6. Исuffлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 2 – 001/030

Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 2
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77

Дата выпуска: 2019 год


Серийный номер: 002


Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 7. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 2 вид сзади (опоркировка)


Фотографическое изображение 8. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по TV 32.50.50-003-33212102-2019.
 Вариант исполнения: Тип I Исполнение 2 – вид сбоку





Фотографическое изображение 9. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 3 – вид спереди



Фотографическое изображение 10. Инсuffлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение 3 – вид 1 из 3

04.12.2020

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 3
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2a
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77

Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 003

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение И. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 3 – вид сзади (маркировка)




Фотографическое изображение 12. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип 1 Исполнение 3 – вид собоку



Фотографическое изображение 13. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение 4 – вид спереди



Фотографическое изображение 14. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 4
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 004

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 15. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 4 – вид сзади (маркировка)



Фотографическое изображение 16. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение 4 вид сбоку



Фотографическое изображение 17. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 5 – вид спереди

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1-Исполнение 5
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 005

Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 19. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 5 (вид сзади, маркировка)



Фотографическое изображение 20. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип I Исполнение 5 – вид сбоку

04.12.2020



Фотографическое изображение 21. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.
Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 6 – вид спереди

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 6
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 006

Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 23. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 6 – вид сзади (маркировка)



Фотографическое изображение 24. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип I Исполнение 6 – вид сбоку



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
 по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
 Вариант исполнения: Тип 1 Исполнение 7
 Производитель: ООО НПК «ЭСТЭН»,
 Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18, литер Д, помещение 1411
 Серийный № 007, дата выпуска 2019г.
 Рег.удост. № _____
 Хранить при температуре +50 °С до -50 °С
 Срок службы 3 года
 Сделано в России

Фотографическое изображение 25. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 7 вид спереди



Фотографическое изображение 26. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 7 вид сзади

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 1 Исполнение 7
Номинальное напряжение	: $\sim 220 \pm 10\%$ В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 60 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 007

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 27. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 7 – вид 97400 (маркировка)




Фотографическое изображение 28. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип1 Исполнение 7 вид сбоку



Фотографическое изображение 29. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 1 — вид спереди




Фотографическое изображение 30. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 1 вид сзади

97400
04.12.2020

Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 1
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 008

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 31. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 1 (вид сзади (маркировка))




Фотографическое изображение 32. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 1 – вид сбоку



Фотографическое изображение 33. Инсuffлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 2 – вид спереди



Фотографическое изображение 34. Инсuffлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 2 – вид сзади

Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	Тип 2 Исполнение 2
Номинальное напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	170 ВА
Степень защиты корпуса	IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	2
Номер регистрационного удостоверения	




ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер А, пом. 14Н
Тел.: 8 (800) 400 76 72
Действ. по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019 год
Серия: 1000000009
ООО «Росмед» руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 35. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 2 вид сверху (маркировка)




Фотографическое изображение 36. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 2 вид сбоку



Фотографическое изображение 37. Инсуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 3 вид спереди




Фотографическое изображение 38. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 3 – 07108

Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 3
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77

Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 010

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 39. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 3 – вид **задн** (маркировка)



Фотографическое изображение 40. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 3 вид сбоку



Фотографическое изображение 41. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 4 – вид спереди



Фотографическое изображение 42. Инсуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 4 – вид сзади

Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 4
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 011

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 43. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 4 (вид сзади маркировка)




Фотографическое изображение 44. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 4 – вид сбоку



Фотографическое изображение 45. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 5 – в центре



Фотографическое изображение 46. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 5 вид сзади

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 5
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 012

Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 47. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019


Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 5 – вид сзади (маркировка)




Фотографическое изображение 48. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 5 вид сбоку

97406
04.12.2020



Фотографическое изображение 49. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.
Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 6 – вид спереди




Фотографическое изображение 50. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 6 – Вид 3а

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 6
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77

Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 013

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 51. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 6 – вид 3а (маркировка)



Фотографическое изображение 52. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип2 Исполнение б вид сбоку



Фотографическое изображение 53. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 7 – вид спереди

07100
04.12.2020



7-вид сзади
04.12.2020

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 7
Номинальное напряжение	: $\sim 220 \pm 10\% \text{ В}$
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2в
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 014

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 55. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 7 – вид сзади (Маркировка)



Фотографическое изображение 56. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 7 – вид сбоку



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 8
Производитель: ООО НПК «ЭСТЭН»,
Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18, литер Д, помещение 1411
Серийный № 015, дата выпуска 2019г.
Рег.удост. № _____
Хранить при температуре +50 °С до -50 °С
Срок службы 3 года
Сделано в России

Фотографическое изображение 57. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 8 – вид спереди



Фотографическое изображение 58. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 807100

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 8
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 015

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 59. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 8 – вид сзади (маркировка)




Фотографическое изображение 60. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 8 – вид сбоку



Фотографическое изображение 61. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 9 – вид спереди




Фотографическое изображение 62. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 9

97490
04.12.2020

Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 9
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 016

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 63. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019

Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 9 вид 07490 (маркировка)



Фотографическое изображение 64. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 9 – вид сбоку



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 10


Производитель: ООО НПК «ЭСТЭП»,
Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18, литер Д, помещение 14Н

Серийный № 017, дата выпуска 2019г,
Рег.удост. № _____

Хранить при температуре +50 °С до -50 °С
Срок службы 3 года
Сделано в России

Фотографическое изображение 65. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 10 — вид спереди



Фотографическое изображение 66. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 10 – вид 103

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 10
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 017

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 67. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 10 – вид сзади (маркировка)




Фотографическое изображение 68. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 10 – вид со стороны



Фотографическое изображение 69. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 11 – вид спереди



Фотографическое изображение 70. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 11

97100
04.12.2020

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 11
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 018

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 71. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 11 вид 97490 (маркировка)




Фотографическое изображение 72. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 11 вид сбоку



Фотографическое изображение 73. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 12 – вид спереди



Фотографическое изображение 74. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 12 – вид сзади

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 12
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»
Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 019

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 75. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 12 – вид сзади (маркировка)



Фотографическое изображение 76. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 12 вид сбоку



Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
 по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019
 Вариант исполнения: Тип 2 Исполнение 13
 Производитель: ООО НПК «ЭСТЭН»,
 Россия, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.18, литер Д, помещение 14Н
 Серийный № 020, дата выпуска 2019г.
 Рег.удост. № _____
 Хранить при температуре +50 °С до -50 °С
 Срок службы 3 года
 Сделано в России

Фотографическое изображение 77. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 13 – вид сзади



Фотографическое изображение 78. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 13—вид сзади

397190
04.12.2020

**Исуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 13
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 020

Обратитесь к руководству по
эксплуатации


Фотографическое изображение 79. Исуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 13 – вид этикетки (маркировка)




Фотографическое изображение 80. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 13 – вид сбоку



Фотографическое изображение 81. Иссуфлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 14 – вид спереди



Фотографическое изображение 82. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

**Инсуффлятор эндоскопический ЭИН
по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019**

Вариант исполнения	: Тип 2 Исполнение 14
Номинальное напряжение	: ~220±10% В
Номинальная частота	: 50 Гц
Номинальная мощность	: 170 ВА
Степень защиты корпуса	: IPX4 по ГОСТ 14254
Класс потенциального риска	: 2а
Номер регистрационного удостоверения	



ООО НПК «ЭСТЭН»

Российская Федерация, 195197,
г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.
18, литер Д, пом. 14Н
Тел. 8-800-200-76-77


Дата выпуска: 2019 год

Серийный номер: 021

Обратитесь к руководству по
эксплуатации

Фотографическое изображение 83. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.


Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 14 – вид сзади (Маркировка)




Фотографическое изображение 84. Инсуффлятор эндоскопический ЭИН по ТУ 32.50.50-003-33212102-2019.

Вариант исполнения: Тип2 Исполнение 14 – вид сбоку


Принадлежности



Фотографическое изображение 85. Кабель сетевой ЭИН-1010-05




Фотографическое изображение 86. Шланг силиконовый с канюлей Luer ЭИН -1010-15
(поставляется при необходимости)



Фотографическое изображение 87. Шланг высокого давления ЭИН -1010-10
(поставляется при необходимости)



Фотографическое изображение 88. Редуктор баллонный БКО-50-2 ГОСТ 13861



Фотографическое изображение 89. Фильтр антибактериальный
(поставляется при необходимости)

Прошито, заверено и пронумеровано
90 лист(ов)

Вит. Пурх

