


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»


 А.П. Момот

 2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме
крови (Тех-Фибриноген-тест)» по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021**

Серия №
E212020
Годен до
02.2023
Дата
изготовления
02.2021

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

Хранить
при +2... +8°C

30-60

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

Тех-Фибриноген-т
1,5 мл
ТРОМБИН
50 ед. NIH
ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

Тех-Фибриноген-т
1,5 мл
ТРОМБИН
50 ед. NIH
ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

Тех-Фибриноген-т
1,5 мл
РАСТВОРИТЕЛЬ
ДЛЯ ТРОМБИНА
ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

Тех-Фибриноген-т
1 мл
ПЛАЗМА - КАЛИБРИ
ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

Тех-Фибриноген-т
1 мл 1 М раствора
БУФЕР ТРИС-НС
ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

ООО фирма "Технология-Стандарт"
ПАСПОРТ № 324
набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 30-60 определений

Серия E212020
Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
2. Растворитель для тромбина (внешний вид)	Мелкодисперсная	Мелкодисперсная

ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНДАРТ

Тех-Фибриноген-тест
на 30-60 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клаусса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 Ед. NIH), на 1,5 мл - 2 фл.
2. Растворитель для тромбина, 3,5 мл - 1 фл.
3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 1 фл.
4. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 5 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТЕХНОЛОГИЯ **ТЕ** СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,

22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,

www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-099-42349142-2021

РУ №

Только для *In vitro* диагностики



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 324

набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 30-60 определений

Серия E212020

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
2. Растворитель для тромбина (внешний вид)	Мероподобная	Мероподобная



Тех-Фибриноген-тест

на 30-60 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клаусса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

Хранить
при +2 ... +8°C

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

100-200

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
	Мелкодисперсная	Мелкодисперсная

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клауса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 500 ед. NIH) на 5 мл - 2 фл.
2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 1 фл.
3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 1 фл.
4. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл.


Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
РУ №

Только для in vitro диагностики



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 094

набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212022

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
2. Растворитель для тромбина (внешний вид)	Мелкодисперсная	Мелкодисперсная

Тех-Фибриноген-тест

на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клауса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

Серия № E212024
Годен до 02.2023
Дата изготовления 02.2021

ТЕХНОЛОГИЯ «СТАНДАРТ»

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

Хранить
при +2 ... +8°C

100-200

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ



Тех-Фибриноген-тест
на 100-200 опр.

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 225

набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212024

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
2. Растворитель для тромбина (внешний вид)	Мелкодисперсная	Мелкодисперсная

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клаусса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофилизированный, 500 ед. NIH), на 5 мл - 2 фла.
2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 1 фла.
3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фла.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
650037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
РУ №

Только для in vitro диагностики



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 225

набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212024

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (лиофилизированный)	Порошковая масса белого цвета	Порошковая масса белого цвета
2. Растворитель для тромбина (лиофилизированный)	Мелкокристаллическая	Мелкокристаллическая




Тех-Фибриноген-тест
на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клаусса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при



ТЕХ-ФИБРИНОГЕН-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ФИБРИНОГЕНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 500 ед. NIH) - 3 фла.
2. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 1 фла.
3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фла.



Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
РУ №

Только для in vitro диагностики



ООО фирма «Технология Стандарт»

ПАСПОРТ № 870

набора реагентов для определения концентрации фибриногена
в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)
по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021
на 150-450 определений

Серия E212026

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета
2. Плазма-калибратор (внешний вид)	Пористая масса	Пористая масса

Тех-Фибриноген-тест

на 150-450 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения концентрации фибриногена
в плазме крови
(Тех-Фибриноген-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест) предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови (хронометрический метод Клаусса) на коагулометре. Определение концентрации фибриногена проводится при

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 9

(рецепт) листов

20.11 г.

Директор ООО фирма
«Технология Стандарт»

А.П. Момот



Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)» по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021.

Комплектация № 1 (кат. № 324):

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Макет этикетки реагента «Растворитель для тромбина»



Макет этикетки реагента «Плазма-калибратор»




Макет этикетки реагента «Буфер трис-HCl»



Комплектация № 2 (кат. № 094):

Макет этикетки реагента «Тромбин»




Макет этикетки реагента «Растворитель для тромбина»



Макет этикетки реагента «Плазма-калибратор»



Макет этикетки реагента «Буфер трис-НСI»




Комплектация № 3 (кат. № 225):


Макет этикетки реагента «Тромбин»



Макет этикетки реагента «Растворитель для тромбина»



Макет этикетки реагента «Буфер трис-НСI»



Комплектация № 4 (кат. № 870):


Макет этикетки реагента «Тромбин»



Макет этикетки реагента «Плазма-калибратор»



Макет этикетки реагента «Буфер трис-HCl»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3

(три) листов

Директор 2021 г.


Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови (Тех-Фибриноген-тест)» по ТУ 21.20.23-099-42349142-2021.


Комплектация № 1 (кат. № 324)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 130*58*28,5


Комплектация № 2 (кат. № 094)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28


Комплектация № 3 (кат. № 225)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Комплектация № 4 (кат. № 870)



Красочная группа: СМУК

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4

(четыре) листов

«21» апреля 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология Стандарт»

А.П. Момот

