



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

На медицинское изделие

Потолок ламинарный медицинский ЛИТАЭРО по ТУ 32.50.50-007-37247008-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "АкваФлайт" (ООО

"АкваФлайт"), Россия,

129090, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Протопоповский
пер., д. 25, к. Б, ком. 29

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "АкваФлайт" (ООО

"АкваФлайт"), Россия,

129090, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Протопоповский
пер., д. 25, к. Б, ком. 29

Место производства медицинского изделия

ООО "АкваФлайт", Россия, 141707, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачёвский пр-д, д. 25

Номер регистрационного досье № РД-65716/97685 от 05.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 26 декабря 2024 года № 7312-
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0083237

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 1

На медицинское изделие

Потолок ламинарный медицинский ЛИТАЭРО по ТУ 32.50.50-007-37247008-2024,
в вариантах исполнения:

1. ЛИТАЭРО 0,6 х 0,6, в составе:

- ячейка ОВП 381.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 381.02 - 1 шт.;
- окантовка ОВП 381.03 - 4 шт.;
- щиток ОВП 381.04 - 4 шт.;
- фильтр ОВП 381.05 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 М6х18 нерж. - 12 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 М6 нерж. - 12 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 24 шт.;
- шайба DIN 127А-6 нерж. - 12 шт.;
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 16 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 8 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 1 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

2. ЛИТАЭРО 1,2 х 0,6, в составе:

- ячейка ОВП 380.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 380.02 - 1 шт.;
- окантовка ОВП 381.03 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 380.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 381.04 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 380.05 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 М6х18 нерж. - 16 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 М6 нерж. - 16 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 32 шт.;
- шайба DIN 127А-6 нерж. - 16 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156456

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 2

- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 24 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 12 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 1 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

3. ЛИТАЭРО 1,8 x 1,0, в составе:

- ячейка ОВП 378.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 3 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.01 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 378.04.02 - 2 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 3 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 20 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 20 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 40 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 20 шт.

- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 24 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 12 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 3 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

4. ЛИТАЭРО 2,0 x 1,8, в составе:

- ячейка ОВП 379.01.01 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 379.01.02 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 6 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 379.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 378.04.02 - 4 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156457

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 3

- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 28 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 28 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 56 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 28 шт.
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 32 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 16 шт.
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 40 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 40 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 80 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 40 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 6 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 5. ЛИТАЭРО 2,6 x 1,8, в составе:
- ячейка ОВП 377.01.01 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 377.01.03 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 377.01.04 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 6 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 381.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 377.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 377.04 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 381.05 - 2 шт.;
- заглушка ОВП 377.06 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 32 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 32 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156458

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 4

- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 64 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 32 шт.
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 40 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 20 шт.
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 56 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 56 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 112 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 112 шт.
- крепеж заглушки ОВП 377.06, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 4 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 8 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 6. ЛИТАЭРО 3,6 x 2,6, в составе:
- ячейка ОВП 383.01.01 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 383.01.02 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 383.01.03 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 383.01.04 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 383.02 - 8 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 377.03 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 383.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 8 шт.;
- щиток ОВП 377.04 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 383.05 - 8 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 2 шт.;
- заглушка ОВП 377.06 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 48 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 48 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156459

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 5

- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 96 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 48 шт.
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 56 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 28 шт.
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 126 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 126 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 252 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 252 шт.
- крепеж заглушки ОВП 377.06, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 4 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 10 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 7. ЛИТАЭРО 0,6 x 0,6 С, в составе:
- ячейка ОВП 405.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 381.02 - 1 шт.;
- окантовка ОВП 381.03 - 4 шт.;
- щиток ОВП 381.04 - 4 шт.;
- фильтр ОВП 381.05 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 12 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 12 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 24 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 12 шт.
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 16 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 8 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 1 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156460

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 6

8. ЛИТАЭРО 1,2 х 0,6 С, в составе:

- ячейка ОВП 404.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 380.02 - 1 шт.;
- окантовка ОВП 381.03 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 380.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 381.04 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 380.05 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 16 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 16 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 32 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 16 шт.;
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 24 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 12 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 1 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

9. ЛИТАЭРО 1,8 х 1,0 С, в составе:

- ячейка ОВП 403.01 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 3 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.01 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 378.04.02 - 2 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 3 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 20 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 20 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 40 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 20 шт.;
- крепеж щитков, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 7

- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 24 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 12 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 3 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 10. ЛИТАЭРО 2,0 x 1,8 С, в составе:
- ячейка ОВП 402.01.01 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 402.01.02 - 1 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 6 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 379.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 378.04.02 - 4 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 6 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 28 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 28 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 56 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 28 шт.
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 32 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 16 шт.
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 40 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 40 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 80 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 40 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 6 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 11. ЛИТАЭРО 2,6 x 1,8 С, в составе:
- ячейка ОВП 401.01.01 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 401.01.02 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 401.01.03 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156462

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 8

- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 6 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 381.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 378.03.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 377.03 - 2 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 381.05 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 4 шт.;
- щиток ОВП 377.04 - 6 шт.;
- заглушка ОВП 377.06 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 32 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 32 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 64 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 32 шт.;
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 40 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 20 шт.;
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 56 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 56 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 112 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 112 шт.;
- крепеж заглушки ОВП 377.06, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 4 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 8 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.
- 12. ЛИТАЭРО 3,6 x 2,6 С, в составе:
- ячейка ОВП 400.01.01 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 400.01.02 - 2 шт.;
- ячейка ОВП 400.01.03 - 1 шт.;
- ячейка ОВП 400.01.04 - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0156463

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 декабря 2024 года № РЗН 2024/24360

Лист 9

- воздухораспределительная панель ОВП 383.02 - 8 шт.;
- воздухораспределительная панель ОВП 378.02 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 377.03 - 2 шт.;
- окантовка ОВП 383.03 - 2 шт.;
- щиток ОВП 378.04.01 - 8 шт.;
- щиток ОВП 377.04 - 6 шт.;
- фильтр ОВП 383.05 - 8 шт.;
- фильтр ОВП 378.05 - 2 шт.;
- заглушка ОВП 377.06 - 1 шт.;
- ключ ОВП 381.01.001 - 2 шт.;
- фитинг 2601 7-1/4 - 2 шт.;
- крепеж окантовки, в составе:
- винт DIN 912 M6x18 нерж. - 48 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 48 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 96 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 48 шт.;
- крепеж щитков, в составе:
- втулка переходная ОВП 381.01.003 - 56 шт.;
- винт крепления щитка ОВП 381.01.005 - 28 шт.;
- крепеж ячеек, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 126 шт.;
- гайка колпачковая DIN 1587 M6 нерж. - 126 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 252 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 252 шт.;
- крепеж заглушки ОВП 377.06, в составе:
- винт DIN 912 M6x16 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 125-6,4 нерж. - 4 шт.;
- шайба DIN 127A-6 нерж. - 4 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- протокол испытания фильтра - 10 шт.;
- рециркуляционная колонна ОВП 377.10 (при необходимости) - до 4 шт.

Z
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0156464