



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2019/9343

На медицинское изделие
Катетер для атерэктомии Jetstream

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с ограниченной ответственностью "Бостон Сзентифик"
(ООО "Бостон Сзентифик"), Россия,
125315, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72, к. 2, эт. 3, помещ. V, офис 1А

Производитель
"Бостон Сайентифик Корпорейшн", США,
Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752,
USA

Место производства медицинского изделия
Boston Scientific Limited, Business & Technology Park, Model Farm Rd, Cork,
Ireland

Номер регистрационного досье № РД-66243/98541 от 26.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7484
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0079825

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2019/9343

Лист 1

На медицинское изделие

Катетер для атерэктомии Jetstream варианты исполнения:

1. Катетер для атерэктомии Jetstream SC, диаметр кончика: 1.6 мм, 1.85 мм, диаметр катетера 7 F (2.33 мм), длина катетера 145 см.
2. Катетер для атерэктомии Jetstream XC, диаметр кончика 3.0 - 2.1 мм, 3.4-2.4 мм, диаметр катетера 7 F (2.47 мм), 7 F (2.46 мм), длина катетера: 120 см, 135 см.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0152712