



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 января 2025 года № РЗН 2025/24498

На медицинское изделие

Светильник медицинский смотровой "Armed"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд.", КНР,
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China**

Производитель

**"Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд.", КНР,
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China**

Место производства медицинского изделия

**Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building NO. 2, NO. 885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, People's Republic of
China**

Номер регистрационного досье № РД-65878/98914 от 11.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 января 2025 года № 175
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0083341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2025/24498

Лист 1

На медицинское изделие

Светильник медицинский смотровой "Armed", в вариантах исполнения:

I. AR 01A LED, в составе:

1. Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения - 1 шт.
2. Штатив центральный - 1 шт.
3. Штатив нижний - 1 шт.
4. Основание с колесами - 1 шт.
5. Шнур питания - 1 шт.
6. Ключ шестигранник - 1 шт.
7. Предохранитель плавкий F1AL250V запасной - 2 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

II. AR-FS LED, в составе:

1. Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения - 1 шт.
2. Штатив нижний - 1 шт.
3. Основание с колесами - 1 шт.
4. Шнур питания - 1 шт.
5. Ключ шестигранник - 1 шт.
6. Предохранитель плавкий F1AL250V запасной - 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

III. AR 200 LED, в составе:

1. Блок освещения - 1 шт.
2. Плечо балансировочное - 1 шт.
3. Штатив верхний - 1 шт.
4. Штатив нижний - 1 шт.
5. Основание с колесами - 1 шт.
6. Муфта основания декоративная - 1 шт.
7. Шнур питания - 1 шт.
8. Ключ шестигранник - 1 шт.
9. Предохранитель плавкий F1.5AL250V запасной - 2 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154261