


Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор калибраторов 33 (VITROS Calibrator Kit 33) – гликированный гемоглобин (HbA1c)

Набор калибраторов 33.



684 4521

Набор калибраторов 33 (VITROS Calibrator Kit 33) – гликированный гемоглобин (HbA1c), в составе

1. Калибратор 1 – 4 флакона по 0,5 мл.
2. Калибратор 2 – 4 флакона по 0,5 мл.
3. Калибратор 3 – 4 флакона по 0,5 мл.
4. Этикетки со штрих-кодом калибраторов – по 4 шт. на каждый уровень калибратора.

Назначение: Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS 4600/5600/XT 3400/XT 7600) при количественном измерении гликированного гемоглобина (HbA1c) методом многоточечной оценки в цельной крови человека.

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностикс, Инк.», США

Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 1000 Lee Road Rochester, New York 14606 USA (США)

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия_



www.orthoclinical.com




Rx ONLY

Набор калибраторов 33. Упаковка с этикеткой на русском языке.

Набор калибраторов 33. Калибраторы 1 уровня.



Набор калибраторов 33. Калибраторы 2 уровня.



Набор калибраторов 33. Калибраторы 3 уровня.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 6 лист об

" " " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

