


Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах (VITROS XT TBIL-ALKP Slides) для количественного определения концентрации общего билирубина (TBIL) колориметрическим методом и количественного определения активности щелочной фосфатазы (ALKP) методом многоточечной оценки на анализаторах серии VITROS XT

Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах





684 4296

Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах (VITROS XT TBIL-ALKP Slides) для количественного определения концентрации общего билирубина (TBIL) колориметрическим методом и количественного определения активности щелочной фосфатазы (ALKP) методом многоточечной оценки на анализаторах серии VITROS XT – 1 упаковка x 300 слайдов.

Назначение: Предназначен для количественного определения концентрации общего билирубина с помощью компонента медицинского изделия Реагент VITROS XT TBIL на слайде VITROS XT TBIL в сыворотке и плазме, и/или количественного измерения активности щелочной фосфатазы с помощью компонента медицинского изделия Реагент VITROS XT ALKP на слайде VITROS XT ALKP в сыворотке и плазме с помощью анализаторов серии VITROS XT (VITROS XT 3400 и VITROS XT 7600).

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностикс, Инк.», США

Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 513 Technology Blvd., Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия

VITROS®
Chemistry
TBIL-ALKP
Slides

Ortho Clinical Diagnostics



Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах. Упаковка с этикеткой на русском языке.

Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах. Картриджи со слайдами в упаковке из фольги.



Реагенты VITROS XT TBIL-ALKP на двухкомпонентных слайдах. Картридж со слайдами.



ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО
ВСЕГО 5 лист 06
" " 20__ г.
Генеральный директор
ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"
В.К. Сергеенко

