



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»

"

Ю.М. Панурко

«23» февраля 2025 г.

**«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по
ТУ 32.50.50-001-71838600-2024**

Фотографии медицинского изделия

(Взамен)



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см приложение 1) с втулкой.



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см приложение 1) с втулкой.



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см приложение 1) без втулки.



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см приложение 1) без втулки.

«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024»
Производитель: ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»
Вариант исполнения: Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024, 30х30-1 шт. (рулон)
Количество изделий в рулоне - 100 шт

Юридический адрес: 455019, Челябинская Область, г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Большевикская, д. 13А, офис 108, помещ. 108

Адрес места производства: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Большевикская, д. 13А
Телефон: 8-922-722-97-03 Почта: ctb-lider@yandex.ru
Изделие изготовлено по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024 Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Материал: Нетканый материал «Спанлейс» Партия № 01;
Типоразмер (Длина x Ширина) 30см x 30см Дата изготовления 14/06/2024
Цвет: белый Срок хранения: 14/06/2030

Краткая инструкция по применению:

- Не использовать изделия с истекшим сроком хранения.
- Перед применением проверьте целостность упаковки и изделия (в случае нарушения целостности упаковки изделие подлежит утилизации).
- Не применять изделия повторно.
- Использовать изделие строго по назначению.
- Изделие не подлежит повторному применению.
- Изделия, которые использовались по назначению и имели контакт с биологическими жидкостями пациента, утилизуются как медицинские отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.3684-21.
- Не использовать по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, утилизуются как твердые бытовые отходы класса А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Порядок применения:

1. Извлеките рулон из упаковки
2. Оторвите по линии перфорации
3. Примените по назначению.

Примечание: Если применение изделия предусматривает контакт с биологическими жидкостями или поверхностями, обеспечивающие контакт с биологическими жидкостями, используйте защитные перчатки.

4. После применения утилизировать.
- Примечание: Категорически запрещается применение изделия вблизи от включенных обогревательных приборов, открытого огня.



+80°C



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см. приложение 1) Маркировка изделий в потребительской упаковке.

«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024»
Производитель: ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»

Вариант исполнения: Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024, 20х10-1 шт. (рулон)
Количество изделий в рулоне - 100 шт

Юридический адрес: 455019, Челябинская Область, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, ул. Большевикская, д. 13А, офис 108, помещ. 108

Адрес места производства: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Большевикская, д. 13а

Телефон: 8-922-722-97-03 Почта: ctb-lider@yandex.ru

Изделие изготовлено по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024

Материал: Нетканый материал «Спанлейс»

Типоразмер (Длина х Ширина) 20смх10см

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Партия № 01;

Дата изготовления 14/06/2024

Срок хранения: 14/06/2030

Краткая инструкция по применению:

- Не использовать изделия с истекшим сроком хранения.
- Перед применением проверьте целостность упаковки и изделия (в случае нарушения целостности упаковки изделие подлежит утилизации).
- Не применять изделия повторно.
- Использовать изделие строго по назначению.
- Изделие не подлежит повторному применению.
- Изделия, которые использовались по назначению и имели контакт с биологическими жидкостями пациентов, уничтожаются как медицинские отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.3.684-21.
- Не использовать по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, уничтожаются как твердые бытовые отходы класса А согласно СанПиН 2.1.3.684-21.


Порядок применения:

1. Извлеките рулон из упаковки
2. Оторвите по линии перфорации
3. Примените по назначению.

Примечание: Если применение изделия предусматривает контакт с биологическими жидкостями или поверхностями имеющими контакт с биологическими жидкостями, используйте защитные перчатки.

4. После применения утилизировать.

Примечание: Категорически запрещается применение изделия вблизи от включенных обогревательных приборов, открытого огня.



0°C



«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см. приложение 1) Маркировка изделия в потребительской упаковке.

«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024» (Вариант исполнения см. приложение 1) Маркировка изделия в транспортной упаковке.

**«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из
нетканого материала
по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024»**

Вариант исполнения: Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из
нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024, 30х30-1шт. (рулон)

Типоразмер (Длина х Ширина) 30см х 30см

Производитель: ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»

Юридический адрес: 455019, Челябинская Область, г.о.
Магнитогорский, г Магнитогорск, ул Большевистская, д. 13А,
офис 108, помещ. 108

Адрес места производства: 455019, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Большевистская, д. 13а

Дата изготовления: 14/06/2024

Количество изделий: 50 шт/рулонов, (1 шт. (рулон) – 100 шт.,
салфеток)

Материал: Нетканый материал, типа «Спанлейс»

Изделие изготовлено по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024

Срок хранения: 14/06/2030



**«Салфетки медицинские, одноразовые,
нестерильные из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024»**

Вариант исполнения: Салфетки медицинские, одноразовые,
нестерильные из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-71838600-
2024, 30х30-1шт. (рулон)

Типоразмер (Длина х Ширина) 30см х 30см

Производитель: ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»

Юридический адрес: 455019, Челябинская
Область, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, ул
Большевицкая, д. 13А, офис 108, помещ. 108

Адрес места производства: 455019, Челябинская
область, г. Магнитогорск, ул. Большевицкая, д. 13а

Дата изготовления: 14/06/2024

Количество изделий: 50 шт/рулонов, (1 шт. (рулон) –
100 шт., салфеток)

Материал: Нетканый материал, типа «Спанлейс»

Изделие изготовлено по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024

Срок хранения: 14/06/2030



Макет маркировки транспортной упаковки

«Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024»

Производитель ООО «ЦТБ-ЛИДЕР»

Вариант исполнения: Салфетки медицинские, одноразовые, нестерильные из нетканого материала по ТУ32.50.50-001-71838600-2024, 20х10-1 шт. (рулон)

Количество изделий в рулоне -100 шт

Юридический адрес: 455019, Челябинская Область, г.о. Магнитогорский, г Магнитогорск, ул Большевистская, д. 13А, офис 108, помещ. 108

Адрес места производства: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Большевистская, д. 13а

Телефон: 8-922-722-97-03 **Почта:** ctb-lider@yandex.ru

Изделие изготовлено по ТУ 32.50.50-001-71838600-2024

Материал: Нетканый материал «Спанлейс»

Типоразмер (Длина х Ширина) 20смх10см

Цвет: белый

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Партия № 01;

Дата изготовления 14/06/2024

Срок хранения: 14/06/2030

Краткая инструкция по применению:


- Не использовать изделия с истекшим сроком хранения.
- Перед применением проверьте целостность упаковки и изделия (в случае нарушения целостности упаковки изделие подлежит утилизации).
- Не применять изделия повторно
- Использовать изделие строго по назначению
- Изделие не подлежит повторному применению.
- Изделия, которые использовались по назначению и имели контакт с биологическими жидкостями пациентов, уничтожаются как медицинские отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.3684-21.
- Не использованные по назначению изделия и изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, уничтожаются как твердые бытовые отходы класса А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Порядок применения:

1. Извлеките рулон из упаковки
2. Оторвите по линии перфорации
3. Примените по назначению.

Примечание: Если применение изделия предусматривает контакт с биологическими жидкостями или поверхностями имеющие контакт с биологическими жидкостями, используйте защитные перчатки.

4 После применения утилизировать.
Примечание: Категорически запрещается применение изделия вблизи от включенных обогревательных приборов, открытого огня.



0°C



Макет маркировки потребительской упаковки

