



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23753

На медицинское изделие

**Шкафы для сушки и хранения эндоскопов "NEOS"**  
по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИПАК"  
(ООО "КЛИНИПАК"), Россия,

125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, ком. 31

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "КЛИНИПАК"  
(ООО "КЛИНИПАК"), Россия,

125212, Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, помещ. XVI, ком. 31

Место производства медицинского изделия

ООО "КЛИНИПАК", Россия, 141580, Московская обл., г.о. Химки,  
д. Перепечино, стр. С/З, к. 1

Номер регистрационного досье № РД-66244/103780 от 26.12.2024


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7620  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0080474

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23753

Лист 1

На медицинское изделие

**Шкафы для сушки и хранения эндоскопов "NEOS"**

по ТУ 32.50.50-008-69745848-2019 с принадлежностями:

I. Варианты исполнения:

2L-S, 2R-S, 3L-S, 3R-S, 4L-S, 4R-S, 5L-S, 5R-S, 6L-S, 6C-S, 6R-S, 7L-S, 7C-S, 7R-S,  
8L-S, 8C-S, 8R-S, 9L-S, 9C-S, 9R-S, 10L-S, 10C-S, 10R-S, 12L-S, 12R-S, 14L-S, 14R-S,  
15L-S, 15R-S, 16C-S. 2L-C, 2R-C, 3L-C, 3R-C, 4L-C, 4R-C, 5L-C, 5R-C, 6L-C, 6C-C,  
6R-C, 7L-C, 7C-C, 7R-C, 8L-C, 8C-C, 8R-C, 9L-C, 9C-C, 9R-C, 10L-C, 10C-C, 10R-C,  
12L-C, 12R-C, 14L-C, 14R-C, 15L-C, 15R-C, 16C-C.


II. Состав:

1. Шкаф для сушки и хранения эндоскопов - 1 шт.
2. Руководство пользователя - 1 шт.
3. Сетевой кабель - 1 шт.
4. Набор для подключения - не более 16 шт.:
  - трубка соединительная воздушного/водного канала (с меткой синего цвета);
  - трубка соединительная вытяжного канала (с меткой красного цвета);
  - трубка соединительная биопсийного канала (с меткой зеленого цвета);
  - трубка соединительная струйного канала (с меткой белого цвета);
  - трубка разделительная;
  - трубка удлинительная - 2 шт.;
  - коннектор для подключения биопсийного канала (при необходимости);
  - коннектор для подключения воздушного/водного канала (при необходимости);
  - коннектор для подключения газового (CO<sub>2</sub>) канала (при необходимости);
  - заглушка для каналов - 2 шт. (при необходимости);
  - клапан канальный (при необходимости).
5. Фильтр компрессора - не более 4 шт.
6. Фильтр соединительных трубок - не более 16 шт.
7. Компрессор - не более 4 шт.
8. Принтер - 1 шт. (при необходимости).
9. Лампа бактерицидная Philips TUV 8W G5 - не более 4 шт.
10. Паспорт - 1 шт.

III. Принадлежности:

1. Бумага для принтера - 1 рулон.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0155914