

**Фотографические изображения общего вида  
медицинского изделия и принадлежностей  
«Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615»,  
в вариантах комплектации»**

**Официальный производитель:**

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, корпус В, Парк высоких технологий, улица Гуанцяо, община Тяньляо, улица Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

**Наименование и адрес места производства:**

«Шеньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.),

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P.R. China

(10-й этаж, корпус В, Парк высоких технологий, улица Гуанцяо, община Тяньляо, улица Ютан, район Гуанмин, Шэньчжэнь 518107, КНР)

Tel: +86-755-26008015

Fax: +86 755 26746162

E-mail: intl@dymind.com

**Уполномоченный представитель в Российской Федерации**

ООО «РЕАГЕНТИКА»

108802, Г.МОСКВА,

ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, Д НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, Д. 1006, СТР. 1

Тел./Факс: +7 495 230 88 08

Электронная почта: mail@reagentika.ru

**Утверждено:**

Полное имя

Позднев Павел Владимирович

Должность:

Генеральный директор

Компания:

ООО «Реагентика»

Подпись:



Дата:

Печать:


16 ДЕК 2024






Вариант комплектации I Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации I Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;

## Hematology Analyzer Lyse

### Applicable Analyzers:

The product is applicable to the following auto hematology analyzers produced by Dymind: DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

### Intended Use:

It is used to destroy red blood cells, lyse out hemoglobin, and maintain the shape of the cells to be tested before blood cell analysis, thereby facilitating cell differential count or quantitative determination of hemoglobin.

### Storage and Stability:

The product can be stably stored for 2 years at 2°C~30°C.

The product can be stably used for 60 days at 15°C~32°C after first opening.

### Components:

Surfactant, buffer, and antibacterial agent



**Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.**

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,  
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 500 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия :2. RF-карта – 1 шт.




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия  
для диагностики *in vitro*

«Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в  
вариантах комплектации»,  
производства  
«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 2. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации I Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», вторичная упаковка

## Hematology Analyzer Lyse

 DYMIND

500mL

### Applicable Analyzers:

The product is applicable to the following auto hematology analyzers produced by Dymind: DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

### Intended Use:

It is used to destroy red blood cells, lyse out hemoglobin, and maintain the shape of the cells to be tested before blood cell analysis, thereby facilitating cell differential count or quantitative determination of hemoglobin.

### Storage and Stability:

The product can be stably stored for 2 years at 2°C~30°C. The product can be stably used for 60 days at 15°C~32°C after first opening.

### Components:

Surfactant, buffer, and antibacterial agent

LOT 2024031302

20240313

20260312

LYN-D



### Warning:

Do not ingest. Avoid contact with skin and eyes. Once in contact, rinse immediately with plenty of water. If accidentally taken or splashed into eyes, please seek medical attention immediately.

### Precautions:

Do not use after the expiry date. If it is frozen, thaw it at room temperature, mix well, and make sure that the background result is within the range required by the device before use. Please dispose of waste, waste liquid and remaining reagents according to local regulations and relevant environmental protection requirements.

EC REP

Eunitor GmbH  
Kennedydamm 5, 40476 Düsseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,  
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China



MADE IN CHINA

Вариант комплектации I Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», вторичная упаковка



Вариант комплектации II Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации II Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в составе:

1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;
2. RF-карта – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.



Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;





Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия: 1. Реагент лизирующий LYN-D (1 флакон по 1000 мл) – 1 шт;



Компонент медицинского изделия : 2. RF-карта – 1 шт.




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

медицинского изделия  
для диагностики *in vitro*

«Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», в  
вариантах комплектации»,  
производства  
«Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд.» (Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.), КНР

Компонент медицинского изделия : 3. Инструкция по применению – 1 шт.



Вариант комплектации II Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», вторичная упаковка

# Hematology Analyzer Lyse

## Hematology Analyzer Lyse



1L

### Applicable Analyzers:

The product is applicable to the following auto hematology analyzers produced by Dymind: DH-600, DH-602, DH-605, DH-610, DH-612 and DH-615.

### Intended Use:

It is used to destroy red blood cells, lyse out hemoglobin, and maintain the shape of the cells to be tested before blood cell analysis, thereby facilitating cell differential count or quantitative determination of hemoglobin.

### Storage and Stability:

The product can be stably stored for 2 years at 2°C-30°C. The product can be stably used for 60 days at 15°C-32°C after first opening.

### Components:

Surfactant, buffer, and antibacterial agent.

**Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.**

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,  
Yuliang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

CE IVD i +2°C +30°C  
MADE IN CHINA

LOT 2023052401

20230524



20250523

LYN-D



### Warning:

Do not ingest. Avoid contact with skin and eyes. Once in contact, rinse immediately with plenty of water. If accidentally taken or splashed into eyes, please seek medical attention immediately.

### Precautions:

Do not use after the expiry date.  
If it is frozen, thaw it at room temperature, mix well, and make sure that the background test is within the range required by the device before use.  
Please dispose of waste, waste liquid and remaining reagents according to local regulations and relevant environmental-protection requirements.

EC REP

Eunitor GmbH

Kennedydamm 5, 40476 Düsseldorf, Germany

10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community,  
Yuliang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

Вариант комплектации II Реагент лизирующий LYN-D для «Анализатора гематологического автоматического DH-615», вторичная упаковка

ПРОШТО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

21/06/2017  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Позднев П. В.

