

СОГЛАСОВАНО
Генеральный Директор
ООО «ИПС»
Марьин Е.А.

Фотографические изображения
Система ультразвуковая диагностическая Aloka
Arietta 850, с принадлежностями


Система ультразвуковая диагностическая Aloka Arietta 850




1. Монитор цветной медицинский




2. Блок подключения второго монитора



3. Блок подключения датчиков




4. Накопитель на жестком диске




5. Видеокарта


6.



6. Блок записи на CD, DVD диски




7. Блок записи на гибкие диски




8. Блок питания




9. Блок записи данных




10. Блок обработки данных




11. Мышь компьютерная (трэкбол).




12. Панель управления (клавиатура)




12. Блок оперативной памяти



14. Кабель питания



15. Материнская плата.




16. Дисплей для управления системой.



17. Конвексный интраоперационный датчик С22К для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 82°.



18. Конвексный абдоминальный датчик С22Р для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 74°.



19. Конвексный датчик с пальцевым хватом С22I для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 80°. (При необходимости).




20. Конвексный датчик с пальцевым хватом С22Т для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 80°.



21. Конвексный абдоминальный датчик C251 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 70°.



22. Конвексный монокристаллический абдоминальный датчик С252 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 70°




23. Конвексный абдоминальный датчик C253 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 70°.




24. Конвексный абдоминальный датчик С25Р для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 70°.




25. Конвексный абдоминальный датчик С35 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-8 МГц и углом обзора 70°.




26. Коконвексный датчик С41 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-13 МГц и углом обзора 100°.




27. Конвексный трансвагинальный датчик С41В для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-10 МГц и углом обзора 200°.



28. Конвексный трансвагинальный датчик C41V1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-10 МГц и углом обзора 200°.




29. Конвексный трансректальный датчик С41РР для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-9 МГц и углом сканирования 180°.



30. Конвексный датчик С42 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-8 МГц и углом обзора 80°.




31. Конвексный интраоперационный датчик С42К для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-10 МГц и углом обзора 65°.




32. Конвексный датчик с пальцевым хватом С42Т для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-10 МГц и углом обзора 65°.




33. Трансректальный биплановый датчик (конвексный/конвексный) СС41R для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-8 МГц и углами сканирования 100°/120°.




34. Трансректальный биплановый (конвексный/конвексный) датчик СС41R1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-10 МГц и углом обзора 180°. (При необходимости).




35. Трансректальный биплановый (конвексный/линейный) датчик CL4416R для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-14 МГц и углом обзора 180°.




36. Конвексный трансвагинальный/трансректальный датчик С41В для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-10 МГц и углом обзора 200°.



37. Трансректальный биплановый (конвексный/линейный) датчик C41L47RP для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-10 МГц, апертурой 60 мм и углом обзора 200°.




38. Биопсийный датчик с прорезью для иглы в сканирующей поверхности EUP-B514 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-5 МГц и углом обзора 90°.




39. Линейный датчик типа «хоккейная клюшка» EUP-054J для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 7-13 МГц и апертурой 20 мм.




40. Линейный датчик EUP-L53L для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и апертурой 90 мм.



41. Линейный лапароскопический датчик L44LA для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-13 МГц и апертурой 35 мм.



42. Линейный лапароскопический датчик L44LA1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-13 МГц и апертурой 35 мм.



43. Линейный датчик L34 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-7 МГц и апертурой 38 мм.




44. Линейный мультимастотный датчик L441 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-12 МГц и апертурой 38 мм.



45. Линейный мультимастотный датчик L442 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-12 МГц и апертурой 38 мм.




46. Линейный датчик с креплением для щипцов L43K для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-12 МГц и апертурой 26 мм.




47. Линейный датчик L44K для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-14 МГц и апертурой 42 мм.




48. Линейный датчик L46K для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-13 МГц и апертурой 60 мм.




49. Линейный датчик L46K1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-14 МГц и апертурой 60 мм.



50. Линейный датчик с креплением для пинцета L51K для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-15 МГц и апертурой 10 мм.



51. Линейный датчик типа «хоккейная клюшка» L53K для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-15 МГц и апертурой 25 мм.



52. Линейный датчик L55 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-13 МГц и апертурой 50 мм.



53. Линейный мультимастотный датчик L64 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-18 МГц и апертурой 38 мм.




54. Линейный CMUT мультимастотный датчик SML44 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-22 МГц и апертурой 38 мм.



**55. Секторный фазированный датчик S11 для аппарата ультразвукового
диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 90°.**




56. Секторный фазированный датчик S12 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 90°.




57. Монокристаллический секторный фазированный датчик S121 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 120°.



58. Кардиологический секторный фазированный датчик S31 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-9 МГц и углом обзора 90°.




59. Нейрохирургический секторный фазированный датчик S31KP для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-8 МГц и углом сканирования 90°.




60. Кардиологический чреспищеводный секторный фазированный датчик S3ESEL для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-8 МГц и углом обзора 90°.



61. Кардиологический секторный фазированный датчик S42 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-14 МГц и углом обзора 90°.



62. Кардиологический чреспищеводный секторный фазированный датчик S3ESL1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-9 МГц и углом обзора 90°.




63. Объемный датчик VC34 для аппарата диагностического ультразвукового, с диапазоном частот 2-7 МГц и углом обзора 70°.



64. Объемный датчик VC35 для аппарата диагностического ультразвукового, с диапазоном частот 2-8 МГц и углом обзора 72°.



65. Объемный внутриполостной датчик VC41V для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-8 МГц и углом обзора 150°.




66. Объемный линейный датчик VL54 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-13 МГц и апертурой 39 мм.




67. Секторный фазированный датчик UST-52105 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 90°.




68. Чреспищеводный датчик UST-52126 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-10 МГц и углом обзора 90°.




69. Линейный датчик UST-533 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-13 МГц и апертурой 10 мм.



70. Линейный лапароскопический датчик UST-5418 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 2-13 МГц и апертурой 30 мм.



71. Линейный лапароскопический датчик UST-5550 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 4-13 МГц и апертурой 30 мм.



72. Конвексный высокоплотный датчик UST-9130 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-6 МГц и углом обзора 60°.



73. Конвексный высокоплотный датчик с пальцевым хватом UST-9132I для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 3-10 МГц и углом обзора 60°.




74. Карандашный датчик для доплерографии UST-2265-2 для аппарата
ультразвукового диагностического, с частотой 2 МГц.




**75. Карандашный датчик для доплерографии UST-2266-5 для аппарата
ультразвукового диагностического, с частотой 5 МГц.**




76. Трансректальный датчик R41R для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 360°.



77. Трансректальный датчик R41RL для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 360°.




78. Эндоскопический датчик GF-UC140P для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 180°.




79. Эндоскопический датчик GF-UCT140 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 180°.




80. Эндоскопический датчик GF-UE160 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 360°.




81. Эндоскопический датчик GF-UCT180 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 180°.




82. Эндоскопический датчик TGF-UC180J для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 90°.




83. Эндоскопический датчик GF-UCT240 для аппарата ультразвукового
диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 180°.




84. Эндоскопический датчик GF-UC240P для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-10 МГц и углом обзора 180°.




**85. Эндоскопический датчик GF-UE260 для аппарата ультразвукового
диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 360°.**




86. Эндоскопический датчик GF-UCT260 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 180°.




87. Эндоскопический датчик TGF-UC260J для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 5-7,5 МГц и углом обзора 90°.




88. Гелевая насадка для датчиков.




89. Объемный 4D секторный датчик MXS1 для аппарата ультразвукового диагностического, с диапазоном частот 1-5 МГц и углом обзора 90°.




90. Переходник для подключения датчиков с другим разъемом



91. Водная насадка для датчиков.




92. Биопсийная насадка для датчиков




93. Набор биопсийный для датчиков


А) Направляющие для игл




Б) Игла



95. Параллельная насадка для датчиков.




96. Блок для подогрева геля.




97. Насадка для эластографии для датчиков.




98. Стерильный чехол для датчиков.




99. Стерилизуемый чехол для панели управления УЗ сканером




100. Контейнер для стерилизации УЗ датчиков.



Гель для УЗ исследований 250 мл.



101. Компрессионный пистолет для соноэластографии.




102. Баллоны для компрессионного пистолета для соноэластографии.




103. Стартовый набор для ректального датчика




II. Принадлежности к системе ультразвуковой диагностической Aloka Lisendo 880:
1. Плата архивирующая.




2. Плата контрольная



3. Плата интерфейсная




4. Плата управляющая




5. Блок записи на магнитно-оптические диски



6. USB интерфейс




7. Программное обеспечение для работы с контрастными веществами.



8. Разветвитель




9. Сетевая карта.




10. Программное обеспечение в виде операционной системы Windows со служебными программами и инструкциями по эксплуатации на CD и DVD дисках




11. Держатель кабеля




12. Адаптер для подключения электродов




13. Блок постоянно-волнового доплера



14. Блок для подключения карандашных датчиков




15. Программное обеспечение для передачи данных в формате DICOM




16. Программное обеспечение для 3D реконструкции.




17. Программное обеспечение для измерений при 3D реконструкции.




18. Программное обеспечение для автоматического измерения воротникового пространства.




19. Блок для 4D визуализации.




20. Программное обеспечение для 4D визуализации.




21. Программное обеспечение для изучения сердца плода в 4D (STIC).




22. Программное обеспечение для 4D исследования сердца.




23. Блок для соноэластографии




24. Модуль анализа тканевого доплера TDI.




25. Модуль анализа в режиме контрастной эхографии.




26. Модуль трекинга и анализ смещения стенки миокарда.




27. Программное обеспечение для 4D Shading.




28. Программное обеспечение для соноэластографии.




29. Программное обеспечение для виртуальной сонографии.




30. Программное обеспечение для кардиологической опции EyeBallEF.




31. Программное обеспечение для автоматических кардиологических измерений




32. Программное обеспечение для сверхчувствительной визуализации кровотока




33. Программное обеспечение для эластографии сдвиговой волной.




34. Программное обеспечение для численного анализа эластографии.




35. Программное обеспечение для анализа интенсивности волны.




36. Программное обеспечение для оценки эластичности стенки артерии.




37. Программное обеспечение для исследования поток-опосредованной дилатации.




38. Программное обеспечение для анализа в режиме слежения за структурами сердца.




39. Программное обеспечение для автоматического измерения ЧСС плода.




40. Программное обеспечение для анализа стеноза сосудов.




41. Программное обеспечение для исследования профиля потока.



42. Программное обеспечение для работы с расширенным объемом данных.




43. Программное обеспечение для отслеживания положения иглы.




44. Программное обеспечение для отслеживания положения тела.




45. Программное обеспечение для симуляции процедур с электродами.




46. Программное обеспечение для ассистирования исследований




47. Блок магнитной ориентации.




48. Стойка для генератора магнитного поля.



49. Программное обеспечение для кардиологических измерений.




50. Программное обеспечение для оценки толщины стенок сосудов (интима-медиа).




51. Программное обеспечение анатомического М-режима по двум направлениям



52. Программное обеспечение для панорамного сканирования.



53. Программное обеспечение для проведения стресс-эхо.




54. Программное обеспечение для подключения эндоскопических датчиков.



55. Программное обеспечение для работы режима «картинка в картинке».







57. Программное обеспечение для цифровой архивации данных.




58. Блок дистанционного управления.



59. Интерфейс для дистанционного управления.



60. Блок отображения «картинка в картинке».




61. Программное обеспечения распознавания речи.




62. Комплект для передачи голосовых команд:
1. Bluetooth-гарнитура.



2. Программное обеспечение.




63. Блок цифрового захвата.




64. Ножная педаль.




65. Адаптер для коннекторов разного типа.




66. Программное обеспечение для внешней рабочей станции




67. Дополнительная полка.




68. Черно-белый видеопринтер.



69. Цветной видеопринтер.



70. Термобумага 1уп./100 листов




71. Черно-белый принтер.




72. Цветной принтер




73. Увеличенная полка для принадлежностей.



74. Полка для принтера



75. Держатель датчика



74. Источник бесперебойного питания.

